

Slovakija-Bratislava: Medicinos reikmenys

OJ S 141/2021 23/07/2021

Klaidų ištaisymas

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1. Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Nacionalinis registracijos Nr.: 00165565

Adresas: Limbová

Miestas: Bratislava-Nové Mesto

NUTS kodas: SK01 Bratislavský kraj

Pašto kodas: 837 52

Šalis: Slovakija

Asmuo ryšiams: Ing. Ivana Ichnatoliová

El. paštas: ivana.ichnatoliová@health.gov.sk

Telefonas: +421 259373289

Faksas: +421 254789321

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: <https://www.health.gov.sk/>

Pirkėjo profilio adresas: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/636>

II dalis: Objektas

II.1. Pirkimo apimtis

II.1.1. Pavadinimas

Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19

Nuorodos numeris: S16757-2021-OddZZ

II.1.2. Pagrindinis BVPŽ kodas

33140000 Medicinos reikmenys

II.1.3. Sutarties tipas

Prekės

II.1.4. Trumpas aprašymas

Predmetom zákazky je nákup 250 ks kitov na RT-qPCR detekciu COVID-19 na vykonanie cirka 250 000 reakcií na detekciu SARS-CoV-2. Pre vírus SARS-CoV-2 by mali byť použité najmenej dva ciele genómu ktoré kódujú kľúčové vírusové proteíny podľa odporúčaní WHO a aspoň jeden z cieľov musí byť úplne špecifický pre SARS-CoV-2 vo vzťahu k iným respiračným RNA vírusom. Kit obsahuje špecifické primery a sondy na detekciu SARS-CoV-2 vírusu v qPCR reakcií má spĺňať nasledovné:

1) kit s európskou certifikáciou pre in vitro diagnostiku - CE IVD/rovnocenný ekvivalent

2) kit určený pre použitie na prístrojoch Real Time PCR s fluorescenčnou detekciou (napr. BioRAD CFX, ThermoFisher ABI 7500, ROCHE LIGHT CYCLER 480 a obdobné)

- 3) kit na princípe TaqMan eseje s fluorescenčnou detekciou amplifikácie; nutná jednokroková esej
- 4) Kit zahŕňa:
- internú kontrolu na sledovanie kvality priebehu RT-PCR (vrátane syntetickej)
 - kontrolu kvality odberu a izolácie cez detekciu ľudského génu
 - pozitívnu kontrolu a pasívnu referenciu na kontrolu kolísania fluorescencie
- 5) kit umožňujúci pridanie aspoň 5(mikro)L testovanej vzorky
- 6) limit detekcie na úrovni min. 2 kópií genómu v reakcii so senzitivitou aspoň 95 % kit s expiračnou dobou minimálne 12 mesiacov

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5. Šio skelbimo išsiuntimo data

20/07/2021

VI.6. Pradinio skelbimo nuoroda

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: [2021/S 107-279626](#)

VII dalis: Pakeitimai

VII.1. Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta

VII.1.2. Taisytinis pradinio skelbimo tekstas

Dalies numeris: IV.2.2)

Keistino teksto vieta:

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Yra:

Data: 23/07/2021 Vietos laikas: 10:00

Turi būti:

Data: 30/07/2021 Vietos laikas: 10:00

Dalies numeris: IV.2.7)

Keistino teksto vieta:

Podmienky na otváranie ponúk

Yra:

Data: 23/07/2021 Vietos laikas: 10:30

Turi būti:

Data: 30/07/2021 Vietos laikas: 10:30

VII.2. Kita papildoma informacija