

## 141215-2026 - Konkurss

**Beļģija – Analīzes aparāti – Marché de fournitures « Fourniture et installation d'analyseurs de la qualité de l'air (ozone, oxydes d'azote, particules en suspension PM10 et PM2.5) pour le réseau fixe de surveillance de la qualité de l'air ambiant en Wallonie »**

**OJ S 41/2026 27/02/2026**

**Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms - Izmaiņu paziņojums**  
**Piegādes**

### 1. Pircējs

---

#### 1.1. Pircējs

Oficiālais nosaukums: Institut Scientifique de Service Public

E-pasts: [direction@issep.be](mailto:direction@issep.be)

Pircēja juridiskais statuss: Centrālās pārvaldes iestāde

Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

### 2. Procedūra

---

#### 2.1. Procedūra

Nosaukums: Marché de fournitures « Fourniture et installation d'analyseurs de la qualité de l'air (ozone, oxydes d'azote, particules en suspension PM10 et PM2.5) pour le réseau fixe de surveillance de la qualité de l'air ambiant en Wallonie »

Apraksts: L'objet du marché est l'acquisition (y compris, l'installation et la mise en service) d'instruments ainsi que leurs accessoires afin d'analyser la qualité de l'air ambiant pour le réseau fixe de surveillance de la qualité de l'air ambiant en Wallonie. Les composés visés sont : l'ozone, les oxydes d'azote, les particules en suspension (PM10 ; PM2.5). Ces fournitures relèvent du code CPV : 38432000 Énumération (et détail éventuel) des prestations à exécuter : - livraison - montage/installation - mise en service - formation - service après-vente Lot(s) : Le marché est divisé en lots. Lot 1 : Analyseur de référence de l'ozone (O3) selon la norme NBN EN 14625 :2024, 18 analyseurs. Les références techniques de ces analyseurs sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges. Lot 2 : Analyseur de référence des oxydes d'azote (NO2, NO et NOx) selon la norme NBN EN 14211 :2024, 26 analyseurs. Les références techniques de ces analyseurs sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges. Lot 3 : Analyseur des particules en suspensions PM10 et PM2.5 et leurs accessoires selon la norme NBN EN 16450 :2017, 30 analyseurs, accessoires utiles. Les références techniques de ces analyseurs ainsi que de leurs accessoires sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges. Vous pouvez remettre offre pour plusieurs lots. Tous les lots pourront vous être attribués. Vous pouvez proposer des rabais ou améliorations en cas d'attribution de plusieurs lots : OUI. Variante(s) : Ce marché ne comporte aucune variante autorisée, exigée ou libre. Vous ne pouvez pas introduire de variante. Les variantes libres sont interdites. Les variantes éventuellement proposées ne seront pas prises en compte. Option(s) : Ce marché ne comporte aucune option autorisée, exigée ou libre. Vous ne pouvez pas introduire d'option. Les options libres sont interdites. Les options éventuellement proposées ne seront pas prises en compte. Tranche(s) : Pour chacun des trois lots, le marché est divisé en tranches. Le caractère ferme ou conditionnel des tranches dépend du caractère certain ou non de leur commande par le pouvoir adjudicateur. La conclusion du marché porte sur l'ensemble du marché mais n'engage le pouvoir adjudicateur que pour les tranches fermes. Les tranches

fermes vous sont commandées au moment de la notification du marché. La/Les tranche(s) conditionnelle(s) peu(ven)t être commandée(s) plus tard, mais l'adjudicateur n'y est pas obligé. Le marché contient les tranches fermes suivantes : Lot 1 : Analyseur de référence de l'ozone (O3) selon la norme NBN EN 14625 :2024, achat de 16 analyseurs. Lot 2 : Analyseur de référence des oxydes d'azote (NO2, NO et NOx) selon la norme NBN EN 14211 :2024, achat de 22 analyseurs. Lot 3 : Analyseur des particules en suspensions PM10 et PM2.5 et leurs accessoires selon la norme NBN EN 16450 :2017, achat de 26 analyseurs, accessoires utiles. Le marché contient les tranches conditionnelles suivantes : Lot 1 : Analyseur de référence de l'ozone (O3) selon la norme NBN EN 14625 :2024, achat de 2 analyseurs supplémentaires. Lot 2 : Analyseur de référence des oxydes d'azote (NO2, NO et NOx) selon la norme NBN EN 14211 :2024, achat de 4 analyseurs supplémentaires. Lot 3 : Analyseur des particules en suspensions PM10 et PM2.5 et leurs accessoires selon la norme NBN EN 16450 :2017, achat de 4 analyseurs supplémentaires et leurs accessoires utiles. La commande de la /les tranche(s) conditionnelle(s) vous sera adressée par le pouvoir adjudicateur selon les modalités suivantes : modalités identiques à la commande des analyseurs relatifs aux tranches fermes.

Procedūras identifikators: 68abdb68-fee-480f-a0ea-93d3b6104e3d

Iekšējais identifikators: CSC 22/25

Procedūras veids: Atklāta

Procedūra ir paātrināta: nē

#### **2.1.1. Mērķis**

Līguma veids: Piegādes

Galvenā klasifikācija (cpv): 38432000 Analīzes aparāti

#### **2.1.2. Izpildes vieta**

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

Valsts: Beļģija

#### **2.1.4. Vispārīga informācija**

**Juridiskais pamats:**

Direktīva 2014/24/ES

#### **2.1.5. Iepirkuma noteikumi**

**Iesniegšanas noteikumi:**

Maksimālais daļu skaits, par kuru pretendents var iesniegt piedāvājumus: 3

**Līguma noteikumi:**

Maksimālais daļu skaits, par kuru var piešķirt līgumus vienam pretendētājam: 0

#### **2.1.6. Izslēgšanas iemesli**

Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments

## **5. Daļa**

---

### **5.1. Daļa: LOT-0001**

Nosaukums: Lot 1 : Analyseur de référence de l'ozone (O3) selon la norme NBN EN 14625 : 2024, 18 analyseurs. Les références techniques de ces analyseurs sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges.

Apraksts: Principe de mesure : Méthode de référence spécifiée dans la directive 2024/2881 et selon la norme spécifique NBN EN 14625 :2024. Performances : Le modèle d'analyseur doit être conforme et a dû satisfaire à tous les tests d'approbation de type (en laboratoire et sur site) définis dans la norme NBN 14625 :2024. De plus, il doit satisfaire à la conformité de

qualité « QAL1 » selon mais selon la norme EN 15267-1 : 2023 (la norme EN 15267-1 (2009) ayant été officiellement retirée.) De ce fait, le modèle d'équipement doit être repris sur le site <https://qal1.de/en/main-navigation/start/> et détenir un certificat de conformité valable. L'appareil doit satisfaire aux normes de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne. L'analyseur doit être équipé : - D'une alimentation : 230 VAC – 50 Hz - D'un écran d'affichage : pour lecture des concentrations, des alarmes et des paramètres de fonctionnement, graphique, etc - De capteurs pression et température : pour permettre la correction automatique des mesures en CNTP. - D'électrovannes internes à l'appareil télécommandables : voies « zéro », « span » et « sample ». - D'un système interne de génération d'air zéro : pour permettre des contrôles automatiques au zéro - D'un système interne de génération d'ozone : pour permettre des contrôles automatiques au point d'échelle (span). - De raccords de conduites : prévu pour du tubing de 6 mm de diamètre extérieur. - D'un système de fixations pour rack 19". - De ports de communication de type série RS-232 et RJ45 (IP). - D'un filtre d'entrée sur la voie échantillon qui sera placé devant les électrovannes de cycles afin de les protéger des poussières Tout particulièrement concernant le système d'enregistrement et la transmission des données vers un système d'acquisition externe : L'équipement doit pouvoir enregistrer les données sur sa mémoire interne. Mais surtout, l'analyseur sera à 100 % compatible avec le système d'acquisition de données de la marque ENVEA (et ce inclus tous les produits de la gamme ENVEA « XR ». Ex : SAM LITE, SAM LX, etc). Le protocole dédié permettra l'acquisition des données, des paramètres techniques, de tous les défauts et toutes les alarmes ainsi que l'envoi de commandes pour permettre les contrôles automatiques via les voies « zéro » et « span ». Ce protocole doit être disponible en IP (port RJ45) ainsi qu'en RS (RS-232) et sera totalement opérationnel. De ce fait, il devra être répertorié dans le listing des protocoles numériques développés par ENVEA. Ce catalogue ENVEA est mis à la disposition de l'ISSEP et ces aspects seront vérifiés. L'adjudicataire doit également fournir : - l'installation dans les racks 19" des stations de mesure, la mise en service et le raccordement au système d'acquisition des données (ENVEA) ; - une formation d'une journée pour huit personnes présentant l'analyseur, son fonctionnement, son utilisation, ses principales pannes, sa maintenance préventive, etc ; - le mode d'emploi en 2 exemplaires en français ou en anglais comprenant : le circuit fluide de l'analyseur ; les caractéristiques techniques ; le protocole de communication (RS / IP) ; la description des opérations normales ; la description du fonctionnement des éléments internes la description du montage des pièces de rechange ; les schémas des circuits électroniques ; la liste de recherche des pannes ; la liste des pièces de rechange ; la description des entretiens préventif et correctif. - la fiche de contrôle avec les valeurs de paramètres d'origine testées par le constructeur avant l'expédition de l'appareil.

lekšējais identifikators: 1

#### **5.1.1. Mērķis**

Līguma veids: Piegādes

Galvenā klasifikācija (cpv): 38432000 Analīzes aparāti

#### **5.1.2. Izpildes vieta**

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Arr. Liège (BE332)

Valsts: Beļģija

#### **5.1.3. Paredzamais ilgums**

Darbības termiņš: 1 Gads

#### **5.1.6. Vispārīga informācija**

**Rezervēta dalība:**

Dalība nav rezervēta.

Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem  
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

#### **5.1.9. Atlases kritēriji**

Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

#### **5.1.11. Iepirkuma dokumenti**

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/documents>

##### **Ad hoc saziņas kanāls:**

URL: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/forum>

#### **5.1.12. Iepirkuma noteikumi**

##### **Iesniegšanas noteikumi:**

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts

Iesniegšanas adrese: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/general>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Vajadzīgs uzlabots vai kvalificēts elektroniskais paraksts vai zīmogs (kā definēts Regulā (ES) Nr. 910/2014)

Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 10/03/2026 09:30:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Laiks, kurā piedāvājumam jā saglabājas derīgam: 120 Dienas

##### **Līguma noteikumi:**

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē

Elektroniskie rēķini: Prasīts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: jā

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

#### **5.1.15. Paņēmieni**

##### **Pamat nolīgums:**

Nav pamat nolīguma

##### **Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:**

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

#### **5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana**

Pārskatīšanas organizācija: Conseil d'Etat

Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Ces informations seront communiqués dans les lettres de notification de la décision.

#### **5.1. Daļa: LOT-0002**

Nosaukums: Lot 2 : Analyseur de référence des oxydes d'azote (NO<sub>2</sub>, NO et NO<sub>x</sub>) selon la norme NBN EN 14211 :2024, 26 analyseurs. Les références techniques de ces analyseurs sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges.

Apraksts: Principe de mesure : Méthode de référence spécifiée dans la directive 2024/2881 et selon la norme spécifique NBN EN 14211 :2024. Performances : Le modèle d'analyseur doit être conforme et a dû satisfaire à tous les tests d'approbation de type (en laboratoire et sur site) définis dans la norme NBN 14211 :2024. De plus, il doit satisfaire à la conformité de qualité « QAL1 » selon la norme EN 15267-1 : 2023 (la norme EN 15267-1 (2009) ayant été officiellement retirée.) De ce fait, le modèle d'équipement doit être repris sur le site <https://qal1>.

[de/en/main-navigation/start/](#) et détenir un certificat de conformité valable. L'appareil doit satisfaire aux normes de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne. L'analyseur doit être équipé : - D'une alimentation : 230 VAC – 50 Hz - D'un écran d'affichage : pour lecture des concentrations, des alarmes et des paramètres de fonctionnement, graphique, ... - De capteurs pression et température : pour permettre la correction automatique des mesures en CNTP. - D'électrovannes internes à l'appareil télécommandables : voies « zéro », « span » et « sample ». - D'un système interne de génération d'air zéro : pour permettre des contrôles automatiques du zéro. - D'un système interne permettant l'injection d'un gaz de contrôle en pression afin de permettre des contrôles automatiques au point d'échelle (span). De ce fait, un élément de contrôle/régulation du débit doit être présent pour l'injection du gaz (voie « span »). Par exemple, cette régulation se fera par orifice critique ou par régulation manuelle via un rotamètre. - De raccords de conduites : prévu pour tubing de 6 mm de diamètre extérieur. - D'un système de fixations pour rack 19". - De ports de communication de type série RS-232 et RJ45 (IP). - D'un filtre d'entrée sur la voie échantillon qui sera placé devant les électrovannes de cycles afin de les protéger des poussières Tout particulièrement concernant le système d'enregistrement et la transmission des données vers un système d'acquisition externe : L'équipement doit pouvoir enregistrer les données sur sa mémoire interne. Mais surtout, l'analyseur sera à 100 % compatible avec le système d'acquisition de données de la marque ENVEA (et ce inclus tous les produits de la gamme ENVEA « XR ». Ex : SAM LITE, SAM LX, etc). Le protocole permet l'acquisition des données, des paramètres techniques, de tous les défauts et toutes les alarmes ainsi que l'envoi de commandes pour permettre les contrôles automatiques via les voies « zéro » et « span ». Ce protocole doit être disponible en IP (RJ45 Ethernet) ainsi qu'en RS (RS-232) et sera totalement opérationnel. De ce fait, il devra être répertorié dans le listing des protocoles numériques développés par ENVEA. Ce catalogue ENVEA est mis à la disposition de l'ISSeP et ces aspects seront vérifiés. L'adjudicataire doit également fournir : - l'installation dans les racks 19" des stations de mesure, la mise en service et le raccordement au système d'acquisition des données (ENVEA SAM) - une formation d'une journée pour huit personnes présentant l'analyseur, son fonctionnement, son utilisation, ses principales pannes, sa maintenance préventive, etc ; - le mode d'emploi en 2 exemplaires en français ou en anglais comprenant : le circuit fluide de l'analyseur ; les caractéristiques techniques ; le protocole de communication(RS / IP); la description des opérations normales ; la description du fonctionnement des éléments internes la description du montage des pièces de rechange ; les schémas des circuits électroniques ; la liste de recherche des pannes ; la liste des pièces de rechange ; la description des entretiens préventif et correctif. - la fiche de contrôle avec les valeurs de paramètres d'origine testées par le constructeur avant l'expédition de l'appareil.

lekšējais identifikators: 2

#### **5.1.1. Mērķis**

Līguma veids: Piegādes

Galvenā klasifikācija (cpv): 38432000 Analīzes aparāti

#### **5.1.2. Izpildes vieta**

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Arr. Liège (BE332)

Valsts: Beļģija

#### **5.1.3. Paredzamais ilgums**

Darbības termiņš: 1 Gads

#### **5.1.6. Vispārīga informācija**

**Rezervēta dalība:**

Dalība nav rezervēta.

Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

#### **5.1.9. Atlases kritēriji**

Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

#### **5.1.11. Iepirkuma dokumenti**

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/documents>

**Ad hoc saziņas kanāls:**

URL: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/forum>

#### **5.1.12. Iepirkuma noteikumi**

**Iesniegšanas noteikumi:**

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts

Iesniegšanas adrese: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/general>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Vajadzīgs uzlabots vai kvalificēts elektroniskais paraksts vai zīmogs (kā definēts Regulā (ES) Nr. 910/2014)

Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 10/03/2026 09:30:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Laiks, kurā piedāvājumam jā saglabājas derīgam: 120 Dienas

**Līguma noteikumi:**

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē

Elektroniskie rēķini: Prasīts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: jā

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

#### **5.1.15. Paņēmieni**

**Pamatnolīgums:**

Nav pamatnolīguma

**Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:**

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

#### **5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana**

Pārskatīšanas organizācija: Conseil d'Etat

Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Ces informations seront communiqués dans les lettres de notification de la décision.

#### **5.1. Daļa: LOT-0003**

Nosaukums: Lot 3 : Analyseur des particules en suspensions PM10 et PM2.5 et leurs accessoires selon la norme NBN EN 16450 :2017, 30 analyseurs, accessoires utiles. Les références techniques de ces analyseurs ainsi que de leurs accessoires sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges.

Apraksts: Principe de mesure : Méthode optique de mesure. Tout autre principe de mesure (ex : rayonnement beta, microbalance) ne sera pas accepté. La méthode de mesure proposée doit être reconnue et démontrée équivalente à la méthode de référence selon la norme spécifique NBN EN 16450 :2017. La mesure des fractions PM10 et PM2.5 doit être réalisée en

simultanée par le même instrument. Performances : Le modèle d'analyseur doit être conforme et a dû satisfaire à tous les tests d'approbation de type (en laboratoire et sur site) définis dans la norme NBN 16450 :2017. De plus, il doit satisfaire à la conformité de qualité « QAL1 » selon la norme EN 15267-1 : 2023 (la norme EN 15267-1 (2009) ayant été officiellement retirée.) De ce fait, le modèle d'équipement doit être repris sur le site <https://qal1.de/en/main-navigation/start/> et détenir un certificat de conformité valable. L'équipement devra être également repris dans la liste des appareils conformes pour la mesure réglementaire de la qualité de l'air définie et publiée par le LCSQA (Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air, France. Selon la mise à jour du 09/07/2025). L'appareil doit satisfaire aux normes de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne. L'analyseur doit être équipé : - D'une alimentation : 230 VAC – 50 Hz - D'un écran d'affichage : pour lecture des concentrations, des alarmes et des paramètres de fonctionnement, graphique, ... - De capteurs pression et température : pour permettre la correction automatique des mesures en CNTP. - D'un capteur d'humidité relative présent dans le flux d'échantillonnage afin de contrôler l'hygrométrie de l'aérosol analysé. - D'un système de fixations pour rack 19". - De ports de communication de type série RS-232 et RJ45 (IP). Tout particulièrement concernant le système d'enregistrement et la transmission des données vers un système d'acquisition externe : L'équipement doit pouvoir enregistrer les données sur sa mémoire interne. Mais surtout, l'analyseur sera à 100 % compatible avec le système d'acquisition de données de la marque ENVEA (et ce inclus tous les produits de la gamme ENVEA « XR ». Ex : SAM LITE, SAM LX, etc). Le protocole permet l'acquisition des données, des paramètres techniques, de tous les défauts et toutes les alarmes ainsi que l'envoi de commandes pour permettre les contrôles automatiques via les voies « zéro » et « span ». Ce protocole doit être disponible en IP (RJ45 ethernet) ainsi qu'en RS (RS-232) et sera totalement opérationnel. De ce fait, il devra être répertorié dans le listing des protocoles numériques développés par ENVEA. Ce catalogue ENVEA est mis à la disposition de l'ISSEP et ces aspects seront vérifiés. L'adjudicataire doit également fournir : - tout le matériel nécessaire à l'installation de l'analyseur en station (passe-toit, système d'étanchéité, visserie, etc) ; - l'installation dans les racks 19" des stations de mesure, la mise en service et le raccordement au système d'acquisition des données (ENVEA SAM) ; - une formation d'une journée pour huit personnes présentant l'analyseur, son fonctionnement, son utilisation, ses principales pannes, sa maintenance préventive, etc; - le mode d'emploi en 2 exemplaires en langage français et potentiellement au moins un autre langage, par exemple en anglais, comprenant : le circuit fluide de l'analyseur ; les caractéristiques techniques ; le protocole de communication(RS / IP); la description des opérations normales ; la description du fonctionnement des éléments internes la description du montage des pièces de rechange ; les schémas des circuits électroniques ; la liste de recherche des pannes ; la liste des pièces de rechange ; la description des entretiens préventif et correctif. - la fiche de contrôle avec les valeurs de paramètres d'origine testées par le constructeur avant l'expédition de l'appareil. L'adjudicataire doit fournir également les accessoires techniques suivants : - un kit de maintenance pour un fonctionnement normal durant une période de deux ans. - un kit de contrôle portable prévu pour le terrain afin de garantir la qualité de la mesure optique de l'analyseur. - un kit de contrôle du débit prévu pour le terrain, - un kit de contrôle de l'étanchéité du circuit prévu pour le terrain, - un kit de contrôle et/ou de calibration de la sonde météo, - un kit permettant de réaliser un contrôle « air zéro » prévu pour le terrain.

lekšējais identifikators: 3

#### 5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Piegādes

Galvenā klasifikācija (cpv): 38432000 Analīzes aparāti

#### **5.1.2. Izpildes vieta**

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

Valsts: Beļģija

#### **5.1.3. Paredzamais ilgums**

Darbības termiņš: 1 Gads

#### **5.1.6. Vispārīga informācija**

##### **Rezervēta dalība:**

Dalība nav rezervēta.

Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

#### **5.1.9. Atlases kritēriji**

Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

#### **5.1.11. Iepirkuma dokumenti**

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/documents>

##### **Ad hoc saziņas kanāls:**

URL: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/forum>

#### **5.1.12. Iepirkuma noteikumi**

##### **Iesniegšanas noteikumi:**

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts

Iesniegšanas adrese: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/general>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Vajadzīgs uzlabots vai kvalificēts elektroniskais paraksts vai zīmogs (kā definēts Regulā (ES) Nr. 910/2014)

Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 10/03/2026 09:30:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Laiks, kurā piedāvājumam jā saglabājas derīgam: 120 Dienas

##### **Līguma noteikumi:**

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē

Elektroniskie rēķini: Prasīts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: jā

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

#### **5.1.15. Paņēmieni**

##### **Pamatnolīgums:**

Nav pamatnolīguma

##### **Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:**

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

#### **5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana**

Pārskatīšanas organizācija: Conseil d'Etat

Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Ces informations seront communiquées dans les lettres de notification.

## 8. Organizācijas

---

### 8.1. ORG-0001

Oficiālais nosaukums: Institut Scientifique de Service Public

Reģistrācijas numurs: 0241530493\_5262

Pasta adrese: Rue du Chéra 200

Pilsēta: Liège

Pasta indekss: 4000

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Arr. Liège (BE332)

Valsts: Beļģija

E-pasts: [direction@issep.be](mailto:direction@issep.be)

Tālrunis: +32 42298311

Interneta adrese: <http://www.issep.be>

Pircēja profils: <https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=5262&includeOrganisationChildren=true>

**Šīs organizācijas lomas:**

Pircējs

### 8.1. ORG-0002

Oficiālais nosaukums: SPF Stratégie et Appui

Reģistrācijas numurs: BE001

Pasta adrese: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1

Pilsēta: Bruxelles

Pasta indekss: 1000

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Valsts: Beļģija

E-pasts: [revise@publicprocurement.be](mailto:revise@publicprocurement.be)

Tālrunis: +32 2 740 80 00

Interneta adrese: <https://bosa.belgium.be>

**Šīs organizācijas lomas:**

TED eSender

### 8.1. ORG-0003

Oficiālais nosaukums: Conseil d'Etat

Reģistrācijas numurs: 0931814266

Pilsēta: Bruxelles

Pasta indekss: 1000

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Valsts: Beļģija

**Šīs organizācijas lomas:**

Pārskatīšanas organizācija

## 10. Izmaiņas

---

Paziņojuma versija, kurā veicamas izmaiņas

:

2edfdee2-6f76-42ee-b1e2-cad710023d5a-01

Galvenais izmaiņu iemesls

:

Informācija atjaunināta

### 10.1. Izmaiņas

Iedaļas identifikators: PROCEDURE

Datums, kad veiktas izmaiņas iepirkuma dokumentos: 25/02/2026

## Informācija par paziņojumu

---

Paziņojuma identifikators/versija: e7fbb5b0-349f-4d00-b360-193464ec234f - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Paziņojuma apakšveids: 16

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 25/02/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks,  
Rietumeiropas vasaras laiks

Paziņojuma nosūtīšanas datums (e- sūtītājs): 25/02/2026 00:00:00 (UTC+01:00)

Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: franču valoda

Paziņojuma publikācijas numurs: 141215-2026

OV S sērijas izdevuma numurs: 41/2026

Publicēšanas datums: 27/02/2026