

Slovākija-Bratislava: Medicīnas palīgmateriāli

OJ S 141/2021 23/07/2021

Labojums

Piegādes

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1. Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Valsts reģistrācijas numurs: 00165565

Pasta adrese: Limbová

Pilsēta: Bratislava-Nové Mesto

NUTS kods: SK01 Bratislavský kraj

Pasta indekss: 837 52

Valsts: Slovākija

Kontaktpersona: Ing. Ivana Ichnatoliová

E-pasts: ivana.ichnatoliov@health.gov.sk

Tālrunis: +421 259373289

Fakss: +421 254789321

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: <https://www.health.gov.sk/>

Pircēja profila adrese: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/636>

II iedaļa: Priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Nosaukums

Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19

Atsauces numurs: S16757-2021-OddZZ

II.1.2. Galvenās CPV kods

33140000 Medicīnas palīgmateriāli

II.1.3. Līguma veids

Piegādes

II.1.4. Īss apraksts

Predmetom zákazky je nákup 250 ks kitov na RT-qPCR detekciu COVID-19 na vykonanie cirka 250 000 reakcií na detekciu SARS-CoV-2. Pre vírus SARS-CoV-2 by mali byť použité najmenej dva ciele genómu ktoré kódujú kľúčové vírusové proteíny podľa odporúčaní WHO a aspoň jeden z cieľov musí byť úplne špecifický pre SARS-CoV-2 vo vzťahu k iným respiračným RNA vírusom. Kit obsahuje špecifické primery a sondy na detekciu SARS-CoV-2 vírusu v qPCR reakcií má spĺňať nasledovné:

1) kit s európskou certifikáciou pre in vitro diagnostiku - CE IVD/rovnocenný ekvivalent

2) kit určený pre použitie na prístrojoch Real Time PCR s fluorescenčnou detekciou (napr. BioRAD CFX, ThermoFisher ABI 7500, ROCHE LIGHT CYCLER 480 a obdobné)

- 3) kit na princípe TaqMan eseje s fluorescenčnou detekciou amplifikácie; nutná jednokroková esej
- 4) Kit zahŕňa:
- internú kontrolu na sledovanie kvality priebehu RT-PCR (vrátane syntetickej)
 - kontrolu kvality odberu a izolácie cez detekciu ľudského génu
 - pozitívnu kontrolu a pasívnu referenciu na kontrolu kolísania fluorescencie
- 5) kit umožňujúci pridanie aspoň 5(mikro)L testovanej vzorky
- 6) limit detekcie na úrovni min. 2 kópií genómu v reakcii so senzitivitou aspoň 95 % kit s expiračnou dobou minimálne 12 mesiacov

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

20/07/2021

VI.6. Sākotnējā paziņojuma atsauce

Paziņojuma numurs ES OV: [2021/S 107-279626](#)

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1. Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina

VII.1.2. Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā

Iedaļas numurs: IV.2.2)

Teksta labojuma vieta:

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Tekstu:

Datums: 23/07/2021 Vietējais laiks: 10:00

Lasīt šādi:

Datums: 30/07/2021 Vietējais laiks: 10:00

Iedaļas numurs: IV.2.7)

Teksta labojuma vieta:

Podmienky na otváranie ponúk

Tekstu:

Datums: 23/07/2021 Vietējais laiks: 10:30

Lasīt šādi:

Datums: 30/07/2021 Vietējais laiks: 10:30

VII.2. Cita papildu informācija