

494243-2026 - Konkurss

Čehija – Diagnostiskie reaģenti – Koagulace I. Plně automatizovaná koagulace

OJ S 136/2026 17/07/2026

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Piegādes

1. Pircējs

1.1. Pircējs

Oficiālais nosaukums: Fakultní nemocnice Olomouc

E-pasts: katerina.bodinkova@fnol.cz

Pircēja juridiskais statuss: Publisko tiesību subjekts, ko kontrolē centrālās pārvaldes iestāde

Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Veselība

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Nosaukums: Koagulace I. Plně automatizovaná koagulace

Apraksts: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka přstrojového vybavení včetně příslušenství pro stanovení koagulací

Procedūras identifikators: 44a495ec-8d27-4082-b481-6e4eb3fc79e9

Iekšējais identifikators: VZ-2026-000611

Procedūras veids: Atklāta

Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1. Mērķis

Līguma veids: Piegādes

Galvenā klasifikācija (cpv): 33694000 Diagnostiskie reaģenti

Papildu klasifikācija (cpv): 38434000 Analizatori

2.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Valsts: Čehija

Papildu informācija: Fakultní nemocnice Olomouc

2.1.4. Vispārīga informācija

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Pārrobežu situācijās piemērojamie tiesību akti: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6. Izslēgšanas iemesli

Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments

5. Daļa

5.1. Daļa: LOT-0001

Nosaukums: Koagulace I. Plně automatizovaná koagulace

Apraksts: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka přstrojového vybavení včetně příslušenství pro stanovení koagulací

lekšējais identifikators: VZ-2026-000611

5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Piegādes

Galvenā klasifikācija (cpv): 33694000 Diagnostiskie reaģenti

Papildu klasifikācija (cpv): 38434000 Analizatori

Iespējas:

Opciju apraksts: viz. zadāvacī dokumentāce

5.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Valsts: Čehija

Papildu informācija: Fakultní nemocnice Olomouc

5.1.3. Paredzamais ilgums

Sākuma datums: 01/10/2026

Darbības termiņš: 6 Gadi

5.1.6. Vispārīga informācija

Rezervēta dalība:

Dalība nav rezervēta.

Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

Šis iepirkums ir piemērots arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): jā

5.1.7. Stratēģiskais iepirkums

Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Inovatīvs pirkums

Apraksts: Nastavením zadávacích podmínek zadavatel požaduje nejmodernější, nejnovější dostupná řešení. Tato umožní kvalitnější a bezpečnější péči o pacienta.

Inovācijas iepirkums: Iepirktie būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi ir saistīti ar produktu inovāciju.

5.1.9. Atlases kritēriji

Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.10. Piešķiršanas kritēriji

Kritērijs:

Veids: Cena

Nosaukums: Celková nabídková cena v Kč bez DPH

Apraksts: Celková nabídková cena v Kč bez DPH Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, která bude převzata z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, a to podle její absolutní výše. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce nejnižší celk. nabídková cena v Kč bez DPH
----- x 100 x váha kritéria, tj. 70% hodnocená celk.

nabídková cena v Kč bez DPH

Kategorija piešķiršanas kritērija svārs: Svērums (precīza procentuālā attiecība)

Piešķiršanas kritērija skaitlis: 70

Kritērijs:

Veids: Kvalitāte

Nosaukums: Technické vlastnosti

Apraksts: 2. kritérium: Technické vlastnosti: 2a) kritérium: stabilita reagensií pro vyšetření č. 2 Zadavatel bude hodnotit délku stability nabídnutých reagensií na palubě analyzátoru pro vyšetření č. 2. Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2a) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud všechny reagentie pro vyšetření číslo 2, které jsou součástí nabídky, mají stabilitu na palubě analyzátoru 5 dnů nebo více. Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 20 bodů. „NE“, pokud jedna nebo více nabízených reagensií pro vyšetření číslo 2 má stabilitu na palubě analyzátoru kratší než 5 dnů. Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2a) uvede název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2a) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2b_I.) kritérium: forma reagensií pro vyšetření č. 2 Zadavatel bude hodnotit, zda součástí hodnocené nabídky jsou reagentie pro vyšetření č. 2, které nejsou lyofilizované ani zmrazené Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2b_I.) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 2 nejsou lyofilizované ani mrazené reagentie Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 10 bodů. „NE“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 2 jsou lyofilizované či mrazené reagentie Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2b_I.) uvede název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2b_I.) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2b_II.) kritérium: forma reagensií pro vyšetření č. 6 Zadavatel bude hodnotit, zda součástí hodnocené nabídky jsou reagentie pro vyšetření č. 6, které nejsou lyofilizované ani zmrazené Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2b_II.) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 6 nejsou lyofilizované ani mrazené reagentie Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 10 bodů. „NE“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 6 jsou lyofilizované či mrazené reagentie Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2b_II.) uvede název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2b_II.) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2c) kritérium: vyšetření č. 16 – metoda stanovení Zadavatel bude hodnotit nabídnutou metodu stanovení vyšetření č. 16 „aktivita von Willebrandova faktoru (vWFA)“ Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2c) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud součástí hodnocené nabídky je vyšetření č. 16 – stanovení pomocí metody vWF: Act (activity) Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 30 bodů. „NE“, pokud součástí hodnocené nabídky je vyšetření č. 16 – stanovení pomocí jiné metody než vWF: Act (activity) Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2c) uvede nabídnutou metodu pro vyšetření č. 16 a název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2c) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2d) kritérium: reakční (koagulační) křivky a middleware Zadavatel bude hodnotit, zda nabízené analyzátory zobrazují reakční (koagulační) křivky vč. individuálního grafu reakčního mechanismu měření vzorku a ukládají je a dále zda middleware zajišťuje

centralizovaný přístup k náhledu všech křivek ze všech analyzátorů Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2d) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud všechny nabízené analyzátory zobrazují reakční (koagulační) křivky vč. individuálního grafu reakčního mechanismu měření vzorku a ukládají je a dále middleware zajišťuje centralizovaný přístup k náhledu všech křivek ze všech analyzátorů Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 30 bodů. „NE“, pokud jeden nebo více nabízených analyzátorů nezobrazuje reakční (koagulační) křivky vč. individuálního grafu reakčního mechanismu měření vzorku nebo je neukládají nebo middleware nezajišťuje centralizovaný přístup k náhledu všech křivek ze všech nabízených analyzátorů Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2d) název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2d) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. Pro zjištění celkem získaných bodů za 2. kritérium zadavatel sečte všechny body získané v rámci 2. kritéria, tedy 2a) + 2b_I.) + 2b_II.) + 2c) + 2d) Pro zjištění celkem získaných redukováných bodů za 2. kritérium zadavatel použije hodnocení bodovací metodou a bodové hodnocení vypočte dle vzorce:
$$\frac{\text{Hodnocený počet bodů za druhé hodnotící kritérium}}{\text{počet bodů za druhé hodnotící kritérium}} \times 100 \times \text{váha kritéria, tj. 30\%}$$
 Nejvyšší

počet bodů za druhé hodnotící kritérium

Kategorija piešķiršanas kritērija svārs: Svērums (precīza procentuālā attiecība)

Piešķiršanas kritērija skaitlis: 30

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol>

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts

Iesniegšanas adrese: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: čehu valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 20/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Laiks, kurā piedāvājumam jā saglabājas derīgam: 0 Diena

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē

Elektroniskie rēķini: Prasīts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: jā

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

5.1.15. Paņēmieni

Pamat nolīgums:

Nav pamat nolīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Pārskatīšanas organizācija: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o

domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8. Organizācijas

8.1. ORG-0001

Oficiālais nosaukums: Fakultní nemocnice Olomouc

Reģistrācijas numurs: 00098892
Pasta adrese: Zdravotníků 248/7
Pilsēta: Olomouc - Nová Ulice
Pasta indekss: 77900
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Valsts: Čehija
E-pasts: katerina.bodinkova@fnol.cz
Tālrunis: +420 588445257
Pircēja profils: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol>
Šīs organizācijas lomas:
Pircējs

8.1. ORG-0002

Oficiālais nosaukums: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Reģistrācijas numurs: 65349423
Pasta adrese: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Pilsēta: Brno
Pasta indekss: 60200
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Valsts: Čehija
E-pasts: posta@uohs.cz
Tālrunis: +420 542167111
Interneta adrese: <https://uohs.gov.cz>
Šīs organizācijas lomas:
Pārskatīšanas organizācija
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 3a52e1c9-1378-45ef-91e5-669e7fa9811b - 01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 16
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 16/07/2026 12:42:46 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: čehu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 494243-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 136/2026
Publicēšanas datums: 17/07/2026