

494243-2026 - Kompetizzjoni

Iċ-Ċekja – Aġenti diagnostiċi – Koagulace I. Plně automatizovaná koagulace

OJ S 136/2026 17/07/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Provvisti

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Fakultní nemocnice Olomouc

Email: katerina.bodinkova@fnol.cz

Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika, ikkontrollat minn awtorità tal-gvern ċentrali

Attività tal-awtorità kontraenti: Saňha

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Koagulace I. Plně automatizovaná koagulace

Deskrizzjoni: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka přstrojového vybavení včetně příslušenství pro stanovení koagulací

Identifikatur tal-proċedura: 44a495ec-8d27-4082-b481-6e4eb3fc79e9

Identifikatur intern: VZ-2026-000611

Tip ta' proċedura: Miftuħa

Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Provvisti

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 33694000 Aġenti diagnostiċi

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 38434000 Analizzaturi

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Pajjiż: Iċ-Ċekja

Informazzjoni addizzjonali: Fakultní nemocnice Olomouc

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Baži legali:

Direttiva 2014/24/UE

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Liġi transfruntiera applikabbli: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6. Raġunijiet għall-esklużjoni

Sors tal-motivi għall-eżklużjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: Koagulace I. Plně automatizovaná koagulace

Deskrizzjoni: Predmĕtem veřejnĕ zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veřkerĕho dalřího materiálu a současnĕ výpůjčka přstrojového vybavení včetně přísluřství pro stanovení koagulací
Identifikatur intern: VZ-2026-000611

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Provvisti

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 33694000 Agenti diagnostiċi

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 38434000 Analizzaturi

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: viz zadávací dokumentace

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Pajjiż: Iċ-Ċekja

Informazzjoni addizzjonali: Fakultní nemocnice Olomouc

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 01/10/2026

Tul ta' żmien: 6 Snin

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriži żgħar u ta' daqs medju (SMEs): iva

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Xiri innovattiv

Deskrizzjoni: Nastavením zadávacích podmínek zadavatel požaduje nejmodernější, nejnovější dostupná řešení. Tato umožní kvalitnější a bezpečnější péči o pacienta.

Akkwist tal-Innovazzjoni: Ix-xogħlijiet, il-provvisti, jew is-servizzi akkwistati jinvolvu innovazzjoni tal-prodott.

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Isem: Celková nabídková cena v Kč bez DPH

Deskrizzjoni: Celková nabídková cena v Kč bez DPH Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, která bude převzata z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, a to podle její absolutní výše. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce nejnířší celk. nabídková cena v Kč bez DPH

----- x 100 x váha kritéria, tj. 70% hodnocená celk.

nabídková cena v Kč bez DPH

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 70

Kriterju:

Tip: Kwalità

Isem: Technické vlastnosti

Deskripcijoni: 2. kritérium: Technické vlastnosti: 2a) kritérium: stabilita reagentií pro vyšetření č. 2 Zadavatel bude hodnotit délku stability nabídnutých reagentií na palubě analyzátoru pro vyšetření č. 2. Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2a) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud všechny reagentie pro vyšetření číslo 2, které jsou součástí nabídky, mají stabilitu na palubě analyzátoru 5 dnů nebo více. Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 20 bodů. „NE“, pokud jedna nebo více nabízených reagentií pro vyšetření číslo 2 má stabilitu na palubě analyzátoru kratší než 5 dnů. Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2a) uvede název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2a) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2b_I.) kritérium: forma reagentií pro vyšetření č. 2 Zadavatel bude hodnotit, zda součástí hodnocené nabídky jsou reagentie pro vyšetření č. 2, které nejsou lyofilizované ani zmrazené Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2b_I.) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 2 nejsou lyofilizované ani mrazené reagentie Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 10 bodů. „NE“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 2 jsou lyofilizované či mrazené reagentie Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2b_I.) uvede název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2b_I.) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2b_II.) kritérium: forma reagentií pro vyšetření č. 6 Zadavatel bude hodnotit, zda součástí hodnocené nabídky jsou reagentie pro vyšetření č. 6, které nejsou lyofilizované ani zmrazené Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2b_II.) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 6 nejsou lyofilizované ani mrazené reagentie Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 10 bodů. „NE“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 6 jsou lyofilizované či mrazené reagentie Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2b_II.) uvede název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2b_II.) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2c) kritérium: vyšetření č. 16 – metoda stanovení Zadavatel bude hodnotit nabídnutou metodu stanovení vyšetření č. 16 „aktivita von Willebrandova faktoru (vWFA)“ Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2c) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud součástí hodnocené nabídky je vyšetření č. 16 – stanovení pomocí metody vWF: Act (activity) Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 30 bodů. „NE“, pokud součástí hodnocené nabídky je vyšetření č. 16 – stanovení pomocí jiné metody než vWF: Act (activity) Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2c) uvede nabídnutou metodu pro vyšetření č. 16 a název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2c) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2d) kritérium: reakční (koagulační) křivky a middleware Zadavatel bude hodnotit, zda nabízené analyzátory zobrazují reakční (koagulační) křivky vč. individuálního grafu reakčního mechanismu měření vzorku a ukládají je a dále zda middleware zajišťuje centralizovaný přístup k náhledu všech křivek ze všech analyzátorů Dodavatel uvede v příloze

č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2d) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud všechny nabízené analyzátory zobrazují reakční (koagulační) křivky vč. individuálního grafu reakčního mechanismu měření vzorku a ukládají je a dále middleware zajišťuje centralizovaný přístup k náhledu všech křivek ze všech analyzátorů Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 30 bodů. „NE“, pokud jeden nebo více nabízených analyzátorů nezobrazuje reakční (koagulační) křivky vč. individuálního grafu reakčního mechanismu měření vzorku nebo je neukládají nebo middleware nezajišťuje centralizovaný přístup k náhledu všech křivek ze všech nabízených analyzátorů Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2d) název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2d) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. Pro zjištění celkem získaných bodů za 2. kritérium zadavatel sečte všechny body získané v rámci 2. kritéria, tedy 2a) + 2b_I.) + 2b_II.) + 2c) + 2d) Pro zjištění celkem získaných redukováných bodů za 2. kritérium zadavatel použije hodnocení bodovací metodou a bodové hodnocení vypočte dle vzorce: Hodnocený počet bodů za druhé hodnotící kritérium ----- x 100 x váha kritéria, tj. 30% Nejvyšší

počet bodů za druhé hodnotící kritérium

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 30

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Ċek

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 20/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant,

Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 0 Jum

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjegji protetti: Le

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: iva

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riežami: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti

úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Organizazzjoni li tipprovidi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8. Organizazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: Fakultní nemocnice Olomouc

Numru tar-registrazzjoni: 00098892

Indirizz postali: Zdravotníků 248/7

Belt: Olomouc - Nová Ulice
Kodiči postali: 77900
Sottodivizzjoni tal-pajjiż (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Pajjiż: Ič-Čekja
Email: katerina.bodinkova@fnol.cz
Telefown: +420 588445257
Profil tax-xerrej: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol>
Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:
Xerrej

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Numru tar-registrazzjoni: 65349423
Indirizz postali: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Belt: Brno
Kodiči postali: 60200
Sottodivizzjoni tal-pajjiż (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pajjiż: Ič-Čekja
Email: posta@uohs.cz
Telefown: +420 542167111
Indirizz tal-internet: <https://uohs.gov.cz>
Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:
Organizzazzjoni tar-rieżami
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 3a52e1c9-1378-45ef-91e5-669e7fa9811b - 01
Tip ta' formola: Kompetizzjoni
Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 16/07/2026 12:42:46 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant,
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ċek
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 494243-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 136/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 17/07/2026