

246608-2026 - Mededinging

Kroatië – Instrumenten voor mammografie – Nabava mamografa s kontrastnom tomosintezom, stereotaksijom i vakuum iglenom biopsijom

OJ S 70/2026 10/04/2026

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling - Bericht van wijziging van een aankondiging

Leveringen

1. Koper

1.1. Koper

Officiële naam: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

E-mail: info@pozeska-bolnica.hr

Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling onder zeggenschap van een centrale overheidsinstantie

Activiteit van de aanbestedende dienst: Gezondheid

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Nabava mamografa s kontrastnom tomosintezom, stereotaksijom i vakuum iglenom biopsijom

Beschrijving: Predmet nabave je isporuka, instalacija i puštanje u rad digitalnog mamografskog sustava s kontrastno pojačanom tomosintezom, stereotaksijom i sustavom za vakuum iglenu biopsiju, uključujući edukaciju korisnika i jamstveno održavanje. Uređaj mora biti nov, proizveden sukladno važećim propisima za medicinske proizvode, s CE oznakom te omogućavati 2D i 3D snimanje, kontrastnu mamografiju, stereotaksijsko navođenje i izvođenje vakuum biopsije uz DICOM kompatibilnost i integraciju s RIS/PACS sustavom naručitelja.

Identificatiecode van de procedure: 1ca718d8-2d11-4033-9ede-37b05dadcb2a

Interne identificatiecode: 73/26

Type procedure: Openbaar

De procedure wordt versneld: neen

Belangrijkste kenmerken van de procedure: Openbare procedure

2.1.1. Doel

Aard van het contract: Leveringen

Belangrijkste classificatie (cpv): 33111650 Instrumenten voor mammografie

2.1.2. Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Požeško-slavonska županija (HR023)

Land: Kroatië

Aanvullende informatie: Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, Požega

2.1.3. Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 341 000,00 EUR

2.1.4. Algemene informatie

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6. Gronden voor uitsluiting

Bronnen voor uitsluitingsgronden: Aanbestedingsstuk, Aankondiging

Deelname aan een criminele organisatie: Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

Corruptie: Korupcija

Fraude: Prijevara

Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Pranje novca ili financiranje terorizma

Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Niet-nakoming van de verplichting tot betaling van belastingen: Plaćanje poreza

Niet-nakoming van de verplichting tot betaling van socialezekerheidsbijdragen: Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

5. Perceel

5.1. Perceel: LOT-0000

Titel: Nabava mamografa s kontrastnom tomosintezom, stereotaksijom i vakuum iglenom biopsijom

Beschrijving: Predmet nabave je isporuka, instalacija i puštanje u rad digitalnog mamografskog sustava s kontrastno pojačanom tomosintezom, stereotaksijom i sustavom za vakuum iglenu biopsiju, uključujući edukaciju korisnika i jamstveno održavanje. Uređaj mora biti nov, proizveden sukladno važećim propisima za medicinske proizvode, s CE oznakom te omogućavati 2D i 3D snimanje, kontrastnu mamografiju, stereotaksijsko navođenje i izvođenje vakuum biopsije uz DICOM kompatibilnost i integraciju s RIS/PACS sustavom naručitelja. Interne identifikatiecode: 73/26

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Leveringen

Belangrijkste classificatie (cpv): 33111650 Instrumenten voor mammografie

5.1.2. Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Požeško-slavonska županija (HR023)

Land: Kroatië

Aanvullende informatie: Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, Požega

5.1.3. Geraamde duur

Begindatum: 25/05/2026

Looptijd: 3 Maanden

5.1.4. Verlenging

Maximumaantal verlengingen: 0

5.1.5. Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 341 000,00 EUR

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

Deze aanbesteding is ook geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's): ja

5.1.8. Toegankelijkheidscriteria

Er zijn geen criteria opgenomen inzake de toegankelijkheid voor personen met een handicap, omdat de aanbesteding niet bestemd is voor gebruik door natuurlijke personen

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging, Aanbestedingsstuk

Criterium: Inschrijving in een handelsregister

Beschrijving van het selectie criterium: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Criterium: Monsters, beschrijvingen of foto's met certificering van echtheid voor leveringscontracten

Beschrijving van het selectie criterium: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten

Beschrijving van het selectie criterium: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Naam: Cijena ponude

Beschrijving: Cijena ponude

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (punten, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 45

Criterium:

Type: Kwaliteit

Naam: Toplinski kapacitet cijevi

Beschrijving: Toplinski kapacitet cijevi označava maksimalnu količinu toplinske energije koju cijev može akumulirati tijekom rada bez rizika od pregrijavanja te utječe na mogućnost izvođenja većeg broja uzastopnih ekspozicija bez prekida za hlađenje. Veći toplinski kapacitet omogućuje učinkovitiji i kontinuiraniji rad uređaja, što je osobito važno kod postupaka poput tomosinteze, stereotaksije i vakuum iglene biopsije.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (punten, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 5

Criterium:

Type: Kwaliteit

Naam: Toplinski kapacitet anode

Beschrijving: Toplinski kapacitet anode kao dodatni kriterij kvalitete vrednuje se jer izravno utječe na radnu učinkovitost i pouzdanost mamografskog sustava. Veći toplinski kapacitet anode omogućuje izvođenje većeg broja uzastopnih ekspozicija bez potrebe za prekidima rada radi hlađenja rendgenske cijevi, što je osobito važno kod zahtjevnijih postupaka poput digitalne tomosinteze, stereotaksije i vakuumske biopsije dojke.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (punten, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 5

Criterium:

Type: Kwaliteit

Naam: Motorizirana rotacija

Beschrijving: Motorizirana rotacija kao dodatni kriterij kvalitete važna je naručitelju jer omogućuje automatsko i precizno pozicioniranje rendgenske cijevi i detektora tijekom snimanja, posebno kod postupaka tomosinteze, stereotaksije i intervencijskih zahvata. Takvo rješenje doprinosi većoj preciznosti snimanja, lakšem radu osoblja, smanjenju vremena

pregleda te većoj učinkovitosti i pouzdanosti rada sustava, zbog čega se ova značajka opravdano vrednuje kroz dodatno bodovanje.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (punten, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 5

Criterium:

Type: Kwaliteit

Naam: Kut akvizicije tomosinteze

Beschrijving: Kut akvizicije tomosinteze predstavlja ukupan raspon kuta (u stupnjevima) kroz koji se rendgenska cijev pomiče tijekom snimanja serije projekcija dojke za potrebe digitalne tomosinteze. Tijekom tog procesa sustav snima više niskodoznih projekcija iz različitih kutova, koje se potom računalnom rekonstrukcijom pretvaraju u slojevite (3D) prikaze dojke.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (punten, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 5

Criterium:

Type: Kwaliteit

Naam: Veličina piksela

Beschrijving: Kriterij se odnosi na dostupnu veličinu piksela digitalnog detektora (izraženu u μm). Manja veličina piksela omogućuje veću prostornu rezoluciju i precizniji prikaz sitnih struktura, poput mikrokalcifikacija, te se sustavi s manjom veličinom piksela dodatno boduju.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (punten, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 5

Criterium:

Type: Kwaliteit

Naam: Tehnologija softverskog rješenja smanjenja raspršenog zračenja (bez rešetke) i provođenje pregleda uz do 20% manju dozu zračenja kod 2D snimanja u usporedbi s dozom pri korištenju konvencionalne rešetke za smanjenje raspršenog zračenja

Beschrijving: Sustav mora omogućiti smanjenje raspršenog zračenja bez uporabe fizičke rešetke ili uz ekvivalentno tehnološko rješenje, uz istovremeno smanjenje doze zračenja kod 2D snimanja u odnosu na standardnu tehniku s rešetkom.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (punten, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 5

Criterium:

Type: Kwaliteit

Naam: Rekonstrukcija 2D i 3D sumacijske snimke iz tomosinteze

Beschrijving: Kriterij se odnosi na mogućnost mamografskog sustava da iz podataka dobivenih tijekom tomosinteznog snimanja softverski rekonstruira 2D sintetsku (sumacijsku) snimku te 3D slojevite prikaze dojke, bez potrebe za dodatnim zasebnim 2D snimanjem. Takva funkcionalnost omogućuje smanjenje doze zračenja pacijentici, skraćuje trajanje pregleda te učinkovitiju analizu dobivenih snimki, pa se sustavi koji omogućuju ovu rekonstrukciju dodatno boduju.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (punten, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 5

Criterium:

Type: Kwaliteit

Naam: Kako bi se omogućila optimalna prilagodba spektra zračenja različitim debljinama i strukturama dojke te osigurala odgovarajuća kvaliteta slike u skladu s kliničkim zahtjevima, broj filtera ≥ 4

Beschrijving: Kriterij se odnosi na broj dostupnih rendgenskih filtera u mamografskom sustavu koji omogućuju prilagodbu spektra rendgenskog zračenja različitim debljinama i strukturama dojke. Veći broj dostupnih filtera omogućuje optimalnu prilagodbu kvalitete snimanja i doze

zračenja različitim kliničkim situacijama, čime se osigurava odgovarajuća kvaliteta slike i učinkovitija dijagnostika, pa se sustavi koji imaju četiri ili više filtera dodatno boduju.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (punten, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 5

Criterium:

Type: Kwaliteit

Naam: Oslikavanje uzoraka bioptiranog tkiva na mamografskom uređaju bez izravnog ozračivanja dojke za vrijeme dok je pacijent i dalje pozicioniran na uređaju

Beschrijving: Kriterij se odnosi na mogućnost mamografskog sustava da omogući oslikavanje (verifikaciju) uzoraka bioptiranog tkiva izravno na mamografskom uređaju, bez potrebe za dodatnim uređajem i bez ponovnog ozračivanja dojke pacijentice dok je ona i dalje pozicionirana na uređaju. Takva funkcionalnost omogućuje brzu provjeru prisutnosti ciljanih struktura (npr. mikrokalcifikacija) u uzorku tkiva, skraćuje trajanje postupka biopsije te povećava sigurnost i učinkovitost zahvata, pa se sustavi koji posjeduju ovu mogućnost dodatno boduju.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (punten, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 5

Criterium:

Type: Kwaliteit

Naam: Kontrastnom mamografijom navođena biopsija

Beschrijving: Kriterij se odnosi na mogućnost mamografskog sustava da omogućuje biopsiju vođenu kontrastnom mamografijom. Ova funkcionalnost omogućuje precizno ciljanje lezija koje su vidljive nakon primjene kontrastnog sredstva, čime se povećava točnost biopsije i učinkovitost dijagnostičkog postupka, pa se sustavi koji posjeduju ovu mogućnost dodatno boduju.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (punten, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 5

Criterium:

Type: Kwaliteit

Naam: Vrijeme trajanja tomosinteze manje ili jednako 5 sec

Beschrijving: Kriterij se odnosi na ukupno vrijeme potrebno za izvođenje tomosinteznog snimanja, odnosno vrijeme tijekom kojeg sustav prikuplja projekcije potrebne za rekonstrukciju slojevitih prikaza dojke. Sustavi koji omogućuju vrijeme trajanja tomosinteze manje ili jednako 5 sekundi dodatno se boduju jer kraće vrijeme snimanja smanjuje mogućnost zamućenja i izobličenja slike uzrokovanih pokretom pacijentice te doprinosi učinkovitijem izvođenju pregleda.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (punten, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 5

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://eojn.hr/tender-eo/76544>

Ad-hoccommunicatiekanaal:

Naam: <https://eojn.hr/>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://eojn.hr/tender-eo/76544>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Kroatisch

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Varianten: Niet toegestaan

Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Niet toegestaan

Beschrijving van de financiële garantie: Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude. Ukoliko uz ponudu nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, Naručitelj će ponudu odbiti kao nepravilnu jer ista nije sukladna Dokumentaciji o nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažurnih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi, neprihvatanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku javnobilježnički solemnizirane bjanko zadužnice sukladno odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17, 154/22) ili javnobilježnički solemnizirane zadužnice sukladno odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 82/17, 154/22) ili bankarske garancije. U slučaju da se kao jamstvo dostavlja bankarska garancija, ona mora biti neopoziva i bezuvjetna, naplativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Jamstvo mora biti s rokom valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti dostavljeno prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju ponuda smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja ponude elektroničkim sredstvima komunikacije. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja putem EOJN RH. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za ozbiljnost ponude: a) mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata (u slučaju jamstva u obliku javnobilježnički solemnizirane bjanko zadužnice ili javnobilježnički solemnizirane zadužnice jedan član podnosi istu dok ostali članovi zajednice moraju biti navedeni kao jamci platci) ili b) svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo za svoj dio jamstva kumulativno do ukupno traženog iznosa. Umjesto jamstva za ozbiljnost ponude u obliku javnobilježnički solemnizirane zadužnice/bjanko zadužnice, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa Naručitelja.

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 90 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Plaats: Opća županijska bolnica Požega Osječka 107 34000 Požega

Aanvullende informatie: Ovlaštene predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati prije otvaranja ponuda.

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht: UGOVORNA KAZNA U slučaju neizvršenja ugovornih obveza u ugovorenom roku iz razloga na strani ugovaratelja, ugovaratelj se obvezuje platiti ugovornu kaznu u visini od 2 ‰ (dva promila) od ukupne ugovorene cijene bez PDV-a za svaki započeti kalendarski dan kašnjenja. Ukupni iznos ugovorne kazne ne može prelaziti 10% (deset posto) ukupne ugovorene cijene bez PDV-a. Smatra se da je ugovaratelj upoznat s obvezom plaćanja ugovorne kazne te nije potrebna

posebna obavijest o nastupanju zakašnjenja. Po dostizanju maksimalnog iznosa ugovorne kazne, naručitelj ima pravo raskinuti ugovor na štetu ugovaratelja. Ako šteta koju naručitelj pretrpi zbog neurednog izvršenja ugovornih obveza ugovaratelja prelazi iznos ugovorne kazne, naručitelj ima pravo zahtijevati naknadu štete u dijelu koji prelazi visinu ugovorne kazne. Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne i/ili naknade štete odbiti od bilo kojeg dospjelog računa ugovaratelja ili se naplatiti put...

Elektronische facturering: Vereist

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

Financiële regeling: Plaćanje na žiro-račun ponuditelja u roku do 30 dana od dana zaprimanja eRačuna na osnovu potpisanog primopredajnog zapisnika. Naručitelj će neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene. Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

8. Organisaties

8.1. ORG-0001

Officiële naam: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

Registratienummer: 40589450667

Postadres: Osječka 107

Stad: Požega

Postcode: 34000

Onderverdeling land (NUTS): Požeško-slavonska županija (HR023)

Land: Kroatië

Contactpunt: Vesna Zrnčić

E-mail: info@pozeska-bolnica.hr

Telefoon: +385 34254505

Internetadres: <https://www.pozeska-bolnica.hr>

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

8.1. ORG-0002

Officiële naam: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Registratienummer: 95857869241

Postadres: Ulica grada Vukovara 23/V

Stad: Zagreb
Postcode: 10000
Onderverdeling land (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Land: Kroatië
Contactpunt: Kontakt
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559 930
Internetadres: <https://www.dkom.hr/>

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

8.1. ORG-0003

Officiële naam: Narodne novine d.d.
Registratienummer: TED94
Registratienummer: HR64546066176
Postadres: Savski gaj XIII. 6
Stad: Zagreb
Postcode: 10020
Onderverdeling land (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Land: Kroatië
Contactpunt: EOJN Helpdesk
E-mail: ejn@nn.hr
Telefoon: +385 16652889
Internetadres: <https://www.nn.hr/>

Rollen van deze organisatie:

TED eSender

10. Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd

:

35d0bf5f-d555-409b-b245-5ca50c4cab4d-01

Voornaamste reden voor de wijziging

:

Informatie bijgewerkt

Beschrijving

:

Naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi temeljem zaprimljenih upita gospodarskih subjekata, u cilju dodatnog pojašnjenja i preciziranja pojedinih odredbi. Izmjene su izvršene radi osiguravanja veće jasnoće i nedvojbenosti dokumentacije te usklađivanja zahtjeva s dostupnim rješenjima na tržištu.

10.1. Wijziging van een aankondiging

Identificatiecode afdeling: LOT-0000

Beschrijving van de wijzigingen: Izmjena troškovnika - Naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi temeljem zaprimljenih upita gospodarskih subjekata, u cilju dodatnog pojašnjenja i preciziranja pojedinih odredbi. Izmjene su izvršene radi osiguravanja veće jasnoće i nedvojbenosti dokumentacije te usklađivanja zahtjeva s dostupnim rješenjima na tržištu.

De aanbestedingsstukken zijn gewijzigd op: 10/04/2026

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: dd67e003-da8a-40cf-a917-468ab83ab1fc - 01

Type formulier: Mededinging

Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

Subtype aankondiging: 16

Verzenddatum van de aankondiging: 08/04/2026 18:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd,
Midden-Europese zomertijd

Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Kroatisch

Publicatienummer aankondiging: 246608-2026

Nummer uitgave PB S: 70/2026

Datum van bekendmaking: 10/04/2026