

Slowakije-Bratislava: Medische verbruiksartikelen

OJ S 141/2021 23/07/2021

Rectificatie

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Nationaal identificatienummer: 00165565

Postadres: Limbová

Plaats: Bratislava-Nové Mesto

NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj

Postcode: 837 52

Land: Slowakije

Contactpersoon: Ing. Ivana Ichnatoliová

E-mail: ivana.ichnatoliova@health.gov.sk

Telefoon: +421 259373289

Fax: +421 254789321

Internetadres(sen):

Hoofadres: <https://www.health.gov.sk/>

Adres van het kopersprofiel: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/636>

Afdeling II: Voorwerp

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming

Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19

Referentienummer: S16757-2021-OddZZ

II.1.2. CPV-code hoofdcategorie

33140000 Medische verbruiksartikelen

II.1.3. Type opdracht

Leveringen

II.1.4. Korte beschrijving

Predmetom zákazky je nákup 250 ks kitov na RT-qPCR detekciu COVID-19 na vykonanie cirka 250 000 reakcií na detekciu SARS-CoV-2. Pre vírus SARS-CoV-2 by mali byť použité najmenej dva ciele genómu ktoré kódujú kľúčové vírusové proteíny podľa odporúčaní WHO a aspoň jeden z cieľov musí byť úplne špecifický pre SARS-CoV-2 vo vzťahu k iným respiračným RNA vírusom. Kit obsahuje špecifické primery a sondy na detekciu SARS-CoV-2 vírusu v qPCR reakcií má spĺňať nasledovné:

- 1) kit s európskou certifikáciou pre in vitro diagnostiku - CE IVD/rovnocenný ekvivalent
- 2) kit určený pre použitie na prístrojoch Real Time PCR s fluorescenčnou detekciou (napr. BioRAD CFX, ThermoFisher ABI 7500, ROCHE LIGHT CYCLER 480 a obdobné)

- 3) kit na princípe TaqMan eseje s fluorescenčnou detekciou amplifikácie; nutná jednokroková esej
- 4) Kit zahŕňa:
- internú kontrolu na sledovanie kvality priebehu RT-PCR (vrátane syntetickej)
 - kontrolu kvality odberu a izolácie cez detekciu ľudského génu
 - pozitívnu kontrolu a pasívnu referenciu na kontrolu kolísania fluorescencie
- 5) kit umožňujúci pridanie aspoň 5(mikro)L testovanej vzorky
- 6) limit detekcie na úrovni min. 2 kópií genómu v reakcii so senzitivitou aspoň 95 % kit s expiračnou dobou minimálne 12 mesiacov

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5. Datum van verzending van deze aankondiging

20/07/2021

VI.6. Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Nummer van de aankondiging in het PB S: [2021/S 107-279626](#)

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

In plaats van:

Datum: 23/07/2021 Plaatselijke tijd: 10:00

Te lezen:

Datum: 30/07/2021 Plaatselijke tijd: 10:00

Afdelingsnummer: IV.2.7)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:

Podmienky na otváranie ponúk

In plaats van:

Datum: 23/07/2021 Plaatselijke tijd: 10:30

Te lezen:

Datum: 30/07/2021 Plaatselijke tijd: 10:30

VII.2. Overige nadere inlichtingen