

117283-2026 - Procedura konkurencyjna

Polska – Materiały medyczne – Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i wyrobów okulistycznych Nr postępowania: EO/LA-M-2722/XVIII/26

OJ S 35/2026 19/02/2026

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

E-mail: zamowienia@usk1.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Zdrowie

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i wyrobów okulistycznych Nr postępowania: EO/LA-M-2722/XVIII/26

Opis: Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i wyrobów okulistycznych

Identyfikator procedury: 8fa1cd2c-1a8a-449e-ae21-a8f5156fccda

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33140000 Materiały medyczne

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Stanisława Staszica 16

Miejscowość: Lublin

Kod pocztowy: 20-081

Podpodział krajowy (NUTS): Lubelski (PL814)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.5. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które jeden oferent może składać oferty: 9

Warunki zamówienia:

Maksymalna liczba części zamówienia, których można udzielić jednemu oferentowi: 9

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: zadanie 1

Opis: Sonda do lasera OS4, giętka zakrzywiona, 23G, sterylna/jednorazowa Elastyczny żyrandol 25G miękki 23/25G Zestaw do iniekcji lub ekstrakcji oleju silikonowego: strzykawka 10 cc z uniwersalną kaniulą 23/25/27g Gaz SF6 podawany śródoperacyjnie do oka, pojemność 30 ml, jednorazowy zestaw dla jednego pacjenta: jeden dozownik z gazem, filtr 0,22 mikrona, strzykawka 50 ml, igła 30 G. Współczynnik ekspansji: 1,9-2; czas ekspansji: 2 dni; czas efektu terapeutycznego: do 15 dni Gaz C3F8 podawany śródoperacyjnie do oka, pojemność 30 ml, jednorazowy zestaw dla jednego pacjenta: jeden dozownik z gazem, filtr 0,22 mikrona, strzykawka 50 ml, igła 30 G. Współczynnik ekspansji: 4; czas ekspansji: 3 dni; czas efektu terapeutycznego: do 65 dni Witrektom pneumatyczny 23G Pęseta witrektomijna do ILM 23G, zaokrąglone cienkie szczęki, budowa umożliwiająca dobrą widoczność. Możliwość wydłużenia lub skrócenia rękojeści, możliwość dopasowania długości. Osprzęt do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Oertil OS4. Sonda do lasera OS4, giętka zakrzywiona, 23G, sterylna/jednorazowa

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33140000 Materiały medyczne

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Lubelski (PL814)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://spsk1.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://spsk1.ezamawiajacy.pl>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Termin składania ofert: 23/03/2026 08:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 3 Miesiące

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 23/03/2026 08:15:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a).

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: zadanie 2

Opis: Osłona jałowa jednorazowego użytku do modułu strefy sterylnego powietrza Operio Mobile. Sonda do lasera jaskrowego: do leczenia wiązką przerywaną/pulsacyjną o wartości 31,3% wiązki ciągłej, długość fali 810 nm. Światłowod obudowany umożliwiający płynny ruch po gałce ocznej oznaczenie orientacyjne względem rąbka rogówki na końcówce sondy kanał dla żelu wiskoelastycznego końcówka profilowana do budowy gałki ocznej, jednorazowa i sterylna. Sonda do lasera jaskrowego z podświetleniem: do leczenia wiązką ciągłą długość fali 810 nm, wyposażona w podświetlenie, iluminację służącą do lokalizacji ciała rzęskowego końcówka profilowana do budowy gałki ocznej, jednorazowa i sterylna. Infuzyjny wpust przedniokomorowy w postaci jednorazowego, sterylnego, silikonowego drenu o dł. 15 cm. Zakończony metalową końcówką z poprzecznie fazowanymi pierścieniami do samowkleśczenia. Metalowa końcówka w dwóch rozmiarach 0,64 x 3,5 mm i 0,9 x 3,5 mm do wyboru przez Zamawiającego.

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33140000 Materiały medyczne

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Lubelski (PL814)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://spsk1.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://spsk1.ezamawiajacy.pl>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Termin składania ofert: 23/03/2026 08:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 3 Miesiące

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 23/03/2026 08:15:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a).

5.1. Część zamówienia: LOT-0003

Tytuł: zadanie 3

Opis: Pakiet jałowy do Faco w składzie: 1 tip do fakoemulsyfikacji 0,9 mm, mini flared 45°, 1 osłonka na tip 0,9 mm, 1 kaniula 25G do przedniej komory (zagięta), 1 kaniula do hydrodysekcji 27G, 1 obłożenie na stolik 140 x 140 cm, 1 cystotom 25G, 1 obłożenie pacjenta 100 x 120 cm z workiem odpływowym, 1 nóż do porów bocznych 1,2 mm, 1 nóż typu slit 2,2 mm, 1 kasetta do fakoemulsyfikacji do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Constellation Vision System, 1 plastikowa osłonka na oko, 1 kaniula do wiskoelastyku 23G, 2 podłokietniki 35,5 x 80 cm, 1 obłożenie na tacę, 1 kubek plastikowy 60 ml, 1 op. sącze 20 cm a 2 szt., 1 obłożenie 112 x 152 cm, 3 x fartuch XL, 1 op. mikrogąbki a 6 szt., 5 gazików 5 x 5 cm, 1 przylepiec 2,5 x 13 cm, 2 strzykawka 1 ml, 2 strzykawka 3 ml z gwintem, 1 strzykawka 5

ml LL, 2 strzykawki 1 ml, 3 ręczniki papierowe, 1 tacka plastikowa 25 x 13 x 2,5-3 cm, 2 pary rękawiczek 7,0. Pakiet jałowy do witrektomii 23 G w składzie: 2 kaniule 27G zagięte do hydrodysekcji, 1 kaniula 27 G 1 kaniula do wiskoelastyku 23G 1 obłożenie na stolik 140 x 140 cm, 1 obłożenie pacjenta 140x160 cm z 2 workami odpływowymi, 1 pęseta ILM 23G, 4 igła 23 G z silikonową końcówką - soft tip , 1 igła fletowa 23G, 1 kaseta do witrektomii 23G do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Constellation Vision System, 1 endosonda do lasera 23G, 1 system trokarów 23G bezzaworowy 4 mm 1 plastikowa osłonka na oko, 2 podłokietniki 35,5 x 80 cm, 1 obłożenie na tacę 80 x 145 cm, 1 kubek plastikowy 60 ml, 1 op sączek 20 cm a 2 szt., 2 x fartuchy L długi, , 1 x fartuch XL, 1 opatrunek na oko, 1 op. mikrogąbki , 5 gazików 8 x 8 cm, 1 przylepiec 2,5 x 13 cm, 2 strzykawki tuberkulinowe 1 ml, 2 strzykawki 20 ml z gwintem, 2 strzykawki 3 ml LL, 1 strzykawka 5 ml LL, 3 ręczniki papierowe, 1 taca plastikowa 25 x 13 x 5 cm, 1 czyścik do narzędzi, 1 para rękawiczek 7,0, 1 para rękawiczek bezpudrowych 7,5. Pakiet jałowy do witrektomii łączonej z Faco 23 G w składzie 1 kaniula z silikonową końcówką 23G 0,8 mm, 2 x kaniula 27G zagięta do hydrodysekcji, 1 kaniula 27G 1 kaniula z silikonową końcówką 25G 1 obłożenie na stolik 140 x 140 cm, 1 obłożenie pacjenta 140 x 160 cm z 2 workami odpływowymi, 1 nóż do porów bocznych 1,2 mm, 1 nóż typu Slit 2,2 mm, 1 kaseta do procedury łączonej 23G do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Constellation Vision System, 1 system trokarów 23G bezzaworowy 4 mm 1 osłonka na tip 0,9 mm 1 nożyczki 23G, 1 Pęseta ILM, 1 nożyczki zakrzywione 25+, 2 sonda do diatermii 25G, 1 plastikowa osłonka na oko, 1 endosonda do lasera 23G, 1 tip do fakoemulsyfikacji 30° zagięty, 2 kaniule do wiskoelastyku 23G, 2 podłokietniki 35,5 x 80 cm, 1 obłożenie na tacę, 1 kubek plastikowy 60 ml, 1 sączek 20 cm a 2 szt., 2 x fartuchy L długi, 1 fartuch XL, 1 opatrunek na oko, 1 op. mikrogąbki a 6 szt, 5 gazików 8 x 8 cm, 1 przylepiec 2,5 x 13 cm, 2 strzykawki tuberkulinowe 1 ml., 2 strzykawki 20 ml z gwintem, 2 strzykawki 3 ml LL, 1 strzykawka 5 ml LL, 3 ręczniki papierowe, 1 taca plastikowa 25 x 13 x 5 cm, 1 czyścik do narzędzi, 1 para rękawiczek 7,0, 1 para rękawiczek bezpudrowych 7,5. Pakiet jałowy do witrektomii łączonej z Faco 25 G w składzie kaniula z silikonową końcówką 25G, 2 kaniule 27G zagięta, 1 obłożenie na stolik 140 x 140 cm, 1 obłożenie pacjenta 140 x 160 cm z 2 workami odpływowymi, 1 pęseta ILM 25G+, 1 nóż do porów bocznych 1,2 mm, 1 nóż typu Slit 2,2 mm, 1 kaseta do procedury łączonej 25G do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Constellation Vision System, 1 igła fletowa 25G, 1 endosonda do lasera 25G, nożyczki 25 G, 1 plastikowa osłonka na oko, 1 tip do fakoemulsyfikacji 30° zagięty, 1 kaniula do wiskoelastyku 23G, 2 podłokietniki 35,5 x 80 cm, 1 obłożenie na tacę 80 x 145 cm, 1 kubek plastikowy 60 ml, 1 op sączek 20 cm a 2 szt. 2 x fartuchy L, 1 x fartuch XL, 1 opatrunek na oko, 1 op. mikrogąbki, 5 gaziki 8 x 8 cm, 1 przylepiec 2,5 x 13 cm, 2 strzykawki tuberkulinowe 1 ml, 2 strzykawki 20 ml z gwintem, 2 strzykawki 3 ml LL, 1 strzykawka 5 ml LL, 3 ręczniki papierowe, 1 taca plastikowa 25 x 13 x 5 cm, 1 czyścik do narzędzi, 1 para rękawiczek 7,0, 1 para rękawiczek bezpudrowych 7,5, 1 para rękawiczek bezpudrowych 7,0. 1 system trokarów 25G bezzaworowy 4 mm Jałowy jednorazowy zestaw wstępnie przygotowanych materiałów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji – gravity w składzie: kaseta do fakoemulsyfikacji do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Centurion, tip 30 st. z osłonką, kaniula 25G, kaniula do hydrodysekcji 27G, cytostom 25G, obłożenie pacjenta rozm. 100 x 120 cm z workiem odpływowym, nóż do portów bocznych 1,2 mm, nóż typu slit 2,2 mm, plastikowa osłona na oko, przylepiec 2,5x13 cm kaniula do wiskoelastyku 23G, 2 x podłokietnik rozm. 35,5 x 80 cm, obłożenie na stolik narzędziowy 140x140 cm, kubek plastikowy 60 ml, sączek, rękawiczki bezpudrowe rozm. 7, 3 x fartuch rozmiar L długi, obłożenie 139 x 193 cm, mikrogąbka – 6 szt., gaziki okrągłe, średnie, gaziki 5 x 5 cm, przylepiec 2,5 x 13 cm, strzykawka 20 ml LL, 2 x strzykawka 3 ml LL, strzykawka 5 ml LL, ręcznik papierowy, tacka plastikowa 25 x 13 x 3 cm. Sonda do witrektomii przedniej 23G do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Centurion Active Sentry. Opakowanie 6 szt. Jednorazowa, sterylna

pęseta 23G, z ząbkowanymi końcówkami typu krokodylek zapewniającymi pewniejsze uchwycenie zwłókniałych błon. Z tępą zakończonymi końcówkami, z siłą uchwytu przekraczającą 50 gramów. Z możliwością aktywacji 360 stopni dookoła. Jednorazowa, sterylna pęseta 25G, z ząbkowanymi końcówkami typu krokodylek zapewniającymi pewniejsze uchwycenie zwłókniałych błon. Z tępą zakończonymi końcówkami, z siłą uchwytu przekraczającą 50 gramów. Z możliwością aktywacji 360 stopni dookoła. Światłowod żyrandol – szerokokątny z kątem oświetlenia 106° i z dołączonym w zestawie trokarem – kaniulą 25G, jednorazowy, pakowany sterylnie. Op. 12 szt.

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33140000 Materiały medyczne

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Lubelski (PL814)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://spsk1.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://spsk1.ezamawiajacy.pl>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Termin składania ofert: 23/03/2026 08:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 3 Miesiące

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 23/03/2026 08:15:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a).

5.1. Część zamówienia: LOT-0004

Tytuł: zadanie 4

Opis: Noże CLB do posiadanego przez użytkownika mikrokeratomu ML7 firmy MED-LOGICS, w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego: NÓZ CLB -30 (minus 30) NÓZ CLB -20 (minus 20) NÓZ CLB -10 (minus 10) NÓZ CLB 0 (planum) NÓZ CLB +10 (plus 10) NÓZ CLB +20 (plus 20) Każde opakowanie zawiera 10 sztuk sterylnych noży do mikrokeratomu ML7. Zapakowane w jednorazowe kartridże pozwalające na bezkontaktowe zakładanie ostrza do głowicy. Zestaw do monitorowania ciśnienia- sterylny - (TUBING SET- strzykawka + wężyk). Zestaw niezbędny do utrzymania ciśnienia w komorze przedniej mikrokeratomu ML7

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33140000 Materiały medyczne

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Lubelski (PL814)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://spsk1.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://spsk1.ezamawiajacy.pl>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Termin składania ofert: 23/03/2026 08:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 3 Miesiące

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 23/03/2026 08:15:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a).

5.1. Część zamówienia: LOT-0005

Tytuł: zadanie 5

Opis: Implant bioceramiczny po usunięciu gałki ocznej, stożkowy, rozm. 20mm. Konformer (w rozm. S; M; L), przeznaczony do separacji tarczki powiekowej i spojówki gałkowej. Rozmiar do wyboru Zamawiającego.

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33140000 Materiały medyczne

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Lubelski (PL814)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://spsk1.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://spsk1.ezamawiajacy.pl>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Termin składania ofert: 23/03/2026 08:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 3 Miesiące

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 23/03/2026 08:15:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a).

5.1. Część zamówienia: LOT-0006

Tytuł: zadanie 6

Opis: Materiał wiskoelastyczny kohezyjny, o stężeniu 1,8% hialuronianu sodu, otrzymany w procesie biofermentacji; masa cząsteczkowa: 850 000 - 1 400 000 Da, lepkość ≥ 1000 mPas, wskaźnik kohezja-dyspersja: 25,0% asp./100 mmHg, ampułkostrzykawka o pojemności: 1,1 ml. Roztwór nie zawiera lateksu oraz ftalanów. Sterylna zawiesina do barwienia ciała szklatego w chirurgii witreoretinalnej, zawierająca 4,0% roztwór acetonidu triamcynolonu, fiolka o pojemności 2 ml Hipotoniczny roztwór RYBOFLAWINY nie zawierający dekstranu o objętości 1,5 ml o stężeniu 0,1% w fiolce do stosowania w procedurach sieciowania rogówki metodą cross-linking. Produkt uniwersalny zarówno do 1) zabiegów Cross-linkingu z usunięciem nabłonka rogówki (Epi-off) oraz 2) bez usuwania nabłonka rogówki (Epi-on) do stosowania w połączeniu z emiterem promieni UV-A, lub z użyciem jonoforezy. Roztwór nie zawierający lateksu.

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33140000 Materiały medyczne

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Lubelski (PL814)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://spsk1.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://spsk1.ezamawiajacy.pl>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Termin składania ofert: 23/03/2026 08:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 3 Miesiące

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 23/03/2026 08:15:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a).

5.1. Część zamówienia: LOT-0007

Tytuł: zadanie 7

Opis: Hydroksymetylopropyloceluloza, lepkość: 4000 – 5000 cp; osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg; pH: 6,8 – 7,5; Zawartość w 1 ml: Hydroxypropylmethylcellulose-20,00 mg; Sodium chloride-6,40 mg; Potassium chloride-0,75 mg; Calcium chloride 2H₂O-0,48 mg; Magnesium chloride 6H₂O- 0,30 mg; Sodium acetate 3H₂O-3,90 mg; Sodium citrate 2H₂O-1,70 mg; pozostałe: HCl/NaOH, woda do iniekcji, op. 1 strzykawka a 2,0 ml plus kaniula

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33140000 Materiały medyczne

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Lubelski (PL814)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://spsk1.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://spsk1.ezamawiajacy.pl>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Termin składania ofert: 23/03/2026 08:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 3 Miesiące

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 23/03/2026 08:15:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a).

5.1. Część zamówienia: LOT-0008

Tytuł: zadanie 8

Opis: Jednorazowe sondy kompatybilne z elektronicznym tonometrem indukcyjnym ICARE IC 200 posiadanym przez Zamawiającego. Opak. zbiorcze max. 600 szt.

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33140000 Materiały medyczne

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Lubelski (PL814)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://spsk1.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://spsk1.ezamawiajacy.pl>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Termin składania ofert: 23/03/2026 08:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 3 Miesiące

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 23/03/2026 08:15:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a).

5.1. Część zamówienia: LOT-0009

Tytuł: zadanie 9

Opis: Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa zoptymalizowana do widzenia pośredniego z tylną powierzchnią asferyczną wyższego rzędu. Materiał, z którego jest wytworzona soczewka to akryl hydrofobowy glistening-free (użyty materiał oraz opakowanie muszą być w roztworze soli fizjologicznej co powoduje brak powstawania wakuoli po wszczepie oraz brak odbłasków). Soczewka posiadająca filtr UV. Cięcie ≥ 2.2 mm. Uwodnienie soczewki 4%, współczynnik refrakcji (w 35°C) wynoszący 1.53, temperatura zeszklenia 15°C, liczba Abbego 42. Filtr UV (dł. fali cięcia: 10%, przepuszczalność przy 389 nm). Konstrukcja soczewki: jednoczęściowa, dwuwypukła, dwa zmodyfikowane hapteny typu C-loop, otwór fenestracyjny w każdym z hapterów, kwadratowa tylna krawędź 360°C (poniżej 10µm) i optyka soczewki przesunięta do tyłu w stosunku do hapterów (typu step vaulted) gwarantują dobre przyleganie soczewki do tylnej torby oraz stanowią barierę zabezpieczającą przed PCO. Konstrukcja optyczna: zoptymalizowana dla widzenia pośredniego soczewka z wewnątrzgałkowa z tylną powierzchnią asferyczną wyższego rzędu. Średnica całkowita: 12,5 mm, średnica części optycznej: 6,0 mm. Stała SRK/T A: 119.1. Zakres dioptryzacji: od +6.00D do + 34.0D, co 0,5D.

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33140000 Materiały medyczne

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Lubelski (PL814)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://spsk1.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://spsk1.ezamawiajacy.pl>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Termin składania ofert: 23/03/2026 08:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 3 Miesiące

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 23/03/2026 08:15:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a).

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Numer rejestracyjny: 712-24-29-274

Adres pocztowy: ul. Staszica 16

Miejscowość: Lublin

Kod pocztowy: 20-081

Podział krajowy (NUTS): Lubelski (PL814)

Kraj: Polska

E-mail: zamowienia@usk1.pl

Telefon: 815344610

Adres strony internetowej: <https://spsk1.ezamawiajacy.pl>

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 20-081

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telefon: 224587801

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 3e2f1ee7-f128-46a3-b778-51f9a855bf7a - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 18/02/2026 12:16:53 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 117283-2026

Numer wydania Dz.U. S: 35/2026

Data publikacji: 19/02/2026