

Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne
OJ S 65/2023 31/03/2023
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 140130346
Adres pocztowy: Koszykowa 78
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-671
Państwo: Polska
E-mail: zp@wckik.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wckik.pl

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

I.5. Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Dostawa odczynników oraz krwi kontrolnej wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych niezbędnych do wykonywania morfologii krwi
Numer referencyjny: 3/D/2023

II.1.2. Główny kod CPV

33696500 Odczynniki laboratoryjne - PA02

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

Dostawa odczynników oraz krwi kontrolnej wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych niezbędnych do wykonywania morfologii krwi

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7.

Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 710 316,00 PLN

II.2. Opis

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Kod NUTS: PL623 Elcki

Kod NUTS: PL634 Gdański

Kod NUTS: PL814 Lubelski

Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4. Opis zamówienia

4. Analizatory posiadają pomiar PLT eliminujący możliwość interferencji z RBC. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora, który pomiar PLT dokonuje metodą konduktometryczną (impedancyjną), czyli metodą referencyjną używaną w większości analizatorów hematologicznych typu 3 DIFF, dostępnych na rynku, w której mogą wystąpić interferencje ze strony RBC. 5. Wskaźnik anizocytozy oznaczany jako wartość procentowa i absolutna (RDW% i RDW_a). Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora, który wskaźnik anizocytozy oznacza jako wartość RDW-CV oraz RDW-SD 6. Automatyczne płukanie i czyszczenie przez analizator igły pobierającej po każdej analizie. 7. Analizatory posiadają 3 tory pobierania., ręcznie z próbówki otwartej, tor rozcieńczający próbkę, tor mikrometody pozwalający dokonać pomiaru z 20 uL krwi włośniczkowej pobranej bezpośrednio od dawcy (objętość aspirowanej próbki od 20 uL do 110 uL) . Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora, który dokonuje pomiaru z 50 µl, natomiast w torze rozcieńczającym próbkę pobiera tylko 20 µl materiału do badań 8. Analizatory posiadają możliwość oznaczania krwi rozcieńczonej (wbudowana funkcja dyspensera diluentu) używany w przypadku problemów z zagęszczeniem elementów morfotycznych automatycznie przeliczający rozcieńczenie na wartości w krwi pełnej. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym należy wykonać manualnie rozcieńczenie próbki 9. Możliwość zdefiniowania różnych zakresów referencyjnych dla płci, wieku, pacjenta (minimum 12 zakresów). 10. Możliwość nadawania indywidualnych opisów dla badanych próbek. 11. Ekran ciekłokrystaliczny pozwalający na odczyt wyniku wraz z histogramami bez sporządzenia wydruku. 12. Wydruk wyniku wraz z histogramami dla RBC, WBC, PLT z wykorzystaniem drukarki laserowej. 13. Analizator wyposażony w drukarkę laserową (Wykonawca zapewnia materiały eksploatacyjne na okres trwania umowy). 14. System flagowania wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie. 15. Wprowadzanie informacji o kalibratorach i materiale kontrolnym przy użyciu kodów kreskowych lub innego nośnika elektronicznego. 16. Tylko dwa odczynniki do pracy rutynowej (podgląd stanu zużycia odczynników z poziomu menu analizatora). Automatyczne procedury konserwacji. 17. Niewymagający codziennych procedur konserwujących (nie trzeba podstawiać żadnych odczynników myjących po zakończonym dniu pracy). Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym jedyną metodą konserwacji jest podstawienie odczynnika odbiającego 18. Wbudowany system kontroli jakości z zastosowaniem analizy Levey-Jennings'a oraz możliwości kontroli dla 6 różnych materiałów kontrolnych, graficzne prezentowanie wyników kontroli jakości na ekranie oraz możliwość drukowania zbiorczych wyników (dzienne i zbiorcze raporty kontrolne). Dotyczy trzech materiałów kontrolnych 19.

Możliwość drukowania zbiorczych raportów dotyczących badań (raporty dzienne, miesięczne itp.).

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Zamawiający w związku z odpowiedziami na zadane przez wykonawców pytania zmienia częściowo opis przedmiotu zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2023/S 020-057704](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa odczynników oraz krwi kontrolnej wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych niezbędnych do wykonywania morfologii krwi

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

23/03/2023

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Alpha Diagnostics Sp. z o.o. ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 710 316,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Warszawa

Miejscowość: Warszawa

Państwo: Polska

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

28/03/2023