

291450-2026 - Procedura konkurencyjna

Niemcy – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) – NMR-Spektrometer

OJ S 82/2026 28/04/2026

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Bergische Universität Wuppertal

E-mail: dez14euvergabe@uni-wuppertal.de

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego kontrolowany przez instytucję regionalną

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Edukacja

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: NMR-Spektrometer

Opis: Los 1: Für die Forschung in der Fachgruppe Chemie soll ein modernes Hochfeld-NMR-Spektrometer mit einer Protonenresonanzfrequenz von 500 MHz beschafft werden. Das System ist für Routine- und Spezialmessungen mit einem Breitband-Raumtemperatur-Probenkopf auszulegen und muss Messungen an verschiedenen Kernen sowie Experimente unter Hoch- und Tieftemperaturbedingungen ermöglichen. Los 2: Für die Forschung in der Fachgruppe Chemie soll ein modernes Hochfeld-NMR-Spektrometer (600 MHz) mit stickstoffgekühltem Breitband-Kryo-Probenkopf für Routine- und Spezialmessungen (Heterokerne, Hoch- und Tieftemperaturmessungen u. a.) beschafft werden.

Identyfikator procedury: 6c08e169-c14c-4d73-958c-98fe51d7c179

Wewnętrzny identyfikator: EU26014

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 38433000 Spektrometry

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Gaußstr. 20

Miejscowość: Wuppertal

Kod pocztowy: 42119

Podpodział krajowy (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

Kraj: Niemcy

Informacje dodatkowe: Gebäude V

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: #Bekanntmachungs-ID: CXUHYDYDT8GFN0J4# 1. Den Angeboten sind die bereitgestellten Vergabeunterlagen zugrunde zu legen. Die Verwendung selbst

gefertigter Abschriften und Kurzfassungen als Angebot ist nicht zulässig. Die Einreichung eigener Unterlagen ist nur dann zulässig, wenn diese ausdrücklich verlangt werden. Änderungen an den Vergabeunterlagen führen zum Ausschluss des Angebots. 2. Die Anforderung der Vergabeunterlagen ist kostenlos. 3. Alle Preise sind in Euro ohne Umsatzsteuer anzugeben. Etwaige Umsatzsteuerbeträge sind unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes hinzuzufügen. 4. Die Angebote müssen vollständig sein. Unvollständige Angebote werden ausgeschlossen. 5. Sämtliche Änderungen der Bietenden an ihren Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 6. Der bzw. die Bietende hat sämtliche zur Bearbeitung der Angebote erforderlichen Unterlagen beizufügen. 7. Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

vgv -

2.1.5. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które jeden oferent może składać oferty: 2

Warunki zamówienia:

Maksymalna liczba części zamówienia, których można udzielić jednemu oferentowi: 2

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Uwaga

Naruszenie obowiązków określonych w podstawach wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym:

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną: Zu erklären in Formular 521 EU

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: Zu erklären in Formular 521 EU

Nadużycia: Zu erklären in Formular 521 EU

Korupcja: Zu erklären in Formular 521 EU

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: Zu erklären in Formular 521 EU

Naruszenie obowiązku płatności podatków: Zu erklären in Formular 521 EU

Naruszenie obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne: Zu erklären in Formular 521 EU

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska: Zu erklären in Formular 521 EU

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego: Zu erklären in Formular 521 EU

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy: Zu erklären in Formular 521 EU

Niewypłacalność: Zu erklären in Formular 521 EU

Aktywami zarządza likwidator: Zu erklären in Formular 521 EU

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego: Zu erklären in Formular 521 EU

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji: Gemäß Vergabegrundlage Kapitel 2.11

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: NMR-Spektrometer 500 MHz mit Breitband-Probenkopf

Opis: Für die Forschung in der Fachgruppe Chemie soll ein modernes Hochfeld-NMR-Spektrometer mit einer Protonenresonanzfrequenz von 500 MHz beschafft werden. Das

System ist für Routine- und Spezialmessungen mit einem Breitband-Raumtemperatur-Probenkopf auszulegen und muss Messungen an verschiedenen Kernen sowie Experimente unter Hoch- und Tieftemperaturbedingungen ermöglichen. Neben Messungen der Kerne ^1H und ^{13}C müssen insbesondere auch Heterokerne wie ^{11}B , ^{15}N , ^{19}F , ^{29}Si , ^{31}P , ^{51}V , ^{69}Ga , ^{77}Se , ^{109}Ag , ^{119}Sn , ^{195}Pt und ^{207}Pb detektierbar sein. Das System muss darüber hinaus die Durchführung entsprechender homo- und heteronuklearer zweidimensionaler Korrelationsexperimente ermöglichen, insbesondere COSY, TOCSY, NOESY, ROESY, HSQC und HMBC. Weiterhin müssen Experimente der Typen $^1\text{H}\{^{19}\text{F}\}$, $^{19}\text{F}\{^1\text{H}\}$, $^{13}\text{C}\{^1\text{H},^{19}\text{F}\}$ sowie $\text{X}\{^1\text{H},^{19}\text{F}\}$ durchführbar sein. Sowohl Tieftemperaturmessungen bis mindestens -100°C als auch Hochtemperaturmessungen bis $+150^\circ\text{C}$ müssen ebenfalls möglich sein. Aufgrund des hohen Probendurchsatzes und der regelmäßig wechselnden Messkerne ist ein automatischer Probengeber mit einer Kapazität von mindestens 60 Proben erforderlich; eine Kapazität von 100 Probenplätzen wäre vorteilhaft. Zusätzlich ist eine automatisierte Kernabstimmung (ATMA oder gleichwertig) erforderlich. Um im Routinebetrieb Messungen an Proben bei 20°C durchführen zu können, ohne den automatisierten Probenbetrieb zu unterbrechen, muss das System zusätzlich mit einer elektrischen Kühleinheit ausgestattet sein.

Wewnętrzny identyfikator: 1

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 38433000 Spektrometry

Opcje:

Opis opcji: Es ist ein 5mm Probenkopf als Ersatzprobenkopf zur schnelleren Fehlersuche oder zur Überbrückung von Reparaturzeiten des Hauptprobenkopfes anzubieten. Anforderungen: Automatische Kernabstimmung und mindestens die Möglichkeit ^1H - und ^{13}C - Experimente (1D und 2D) messen zu können. Der Preis für die Option auf den Probenkopf ist nicht im angegebenen Maximalbudget enthalten. Das bedeutet, dass der Maximalpreis für das in Los 1 angebotene Gerät maximal 748.000 EUR brutto betragen darf, zzgl. des Preises für den optionalen Probenkopf. Der Preis für den optionalen Probenkopf wird in die Preisbewertung einbezogen. Es besteht für den Auftraggeber keine Verpflichtung auf die Ziehung der Option.

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Gaußstr. 20

Miejscowość: Wuppertal

Kod pocztowy: 42119

Podpodział krajowy (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

Kraj: Niemcy

Informacje dodatkowe: Gebäude V

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 12 Miesiące

5.1.4. Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień: 1

Inne informacje o wznowieniu: Verlängerung möglich, falls Lieferverzögerungen entstehen.

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Należy podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu
wyznaczonych do realizacji zamówienia: Niewymagane
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP): tak
Informacje dodatkowe: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga

Kryterium: Środki zapewniające jakość

Opis kryterium selekcji: Formularz 521 EU (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

Eigenerklärung Ausschlussgründe

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Preis

Opis: Preiskriterium für "Niedrigster Preis (mit Ausschlusskriterien)"

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

Kryterium:

Rodzaj: Koszt

Nazwa: Einhaltung des jeweiligen Maximalbudgets pro Los

Opis: Eine Überschreitung des jeweiligen Maximalbudgets pro Los führt zum

Angebotsausschluss. Los 1: 748.000,- EUR brutto Los 2: 1.359.000,- EUR brutto

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 0

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: niemiecki

Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 20/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXUHYYDYT8GFN0J4/documents>

Kanał komunikacji ad hoc:

Adres URL: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXUHYYDYT8GFN0J4>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXUHYYDYT8GFN0J4>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: niemiecki

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Niedozwolone

Termin składania ofert: 28/05/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 47 Dni

Informacje, które można uzupełnić po upływie terminu zgłoszeń:

Według uznania nabywcy wszystkie brakujące dokumenty dotyczące oferenta mogą zostać przedłożone później.

Informacje dodatkowe: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende Unterlagen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben nachzufordern. Der Auftraggeber sieht allerdings in Ausübung des ihr insoweit zustehenden Ermessens bei den Angeboten von Nachforderungen ab, die bereits aus anderen Gründen keine Berücksichtigung finden können.

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 28/05/2026 10:05:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Einhaltung des jeweiligen Maximalbudgets pro Los

Fakturowanie elektroniczne: Wymagane

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Vergabekammer Rheinland · c/o Bezirksregierung Köln

Informacje o terminach odwołania: Rügt die bzw. der Bietende einen ihrer bzw. seiner Ansicht nach vorliegenden Vergaberechtsverstoß und widerspricht die BUW dieser Rüge, muss die bzw. der Bietende innerhalb von 15 Tagen nach Mitteilung der BUW, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, ein Nachprüfungsverfahren einleiten, wenn sie bzw. er ihre bzw. seine Rüge aufrechterhalten will. Andernfalls ist sie bzw. er mit ihrer bzw. seiner Rüge präkludiert.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Bergische Universität Wuppertal

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Bergische Universität Wuppertal

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: NMR-Spektrometer 600 MHz mit Stickstoff-gekühltem Breitband-Kryo-Probenkopf

Opis: Für die Forschung in der Fachgruppe Chemie soll ein modernes Hochfeld-NMR-Spektrometer (600 MHz) mit stickstoffgekühltem Breitband-Kryo-Probenkopf für Routine- und Spezialmessungen (Heterokerne, Hoch- und Tieftemperaturmessungen u. a.) beschafft werden. Die wissenschaftlichen Fragestellungen umfassen häufig strukturell komplexe Verbindungen (z. B. Peptide, pentacyclische Terpenoide, Polyketide), die oftmals nur in geringen Substanzmengen zur Verfügung stehen. Für deren Strukturaufklärung ist eine sehr hohe Empfindlichkeit der Messungen erforderlich. Darüber hinaus müssen Experimente wie ¹³C, ¹³C-INADEQUATE sowie direkte ¹⁵N-Messungen durchgeführt werden können. Die hierfür notwendige Empfindlichkeit wird durch den Einsatz eines Kryo-Probenkopfs erreicht. Weitere Forschungsprojekte erfordern Messungen verschiedener Heterokerne (¹¹B, ¹⁵N, ¹⁹F, ²⁹Si, ³¹P, ⁵¹V, ⁶⁹Ga, ⁷⁷Se, ¹⁰⁹Ag, ¹¹⁹Sn, ¹⁹⁵Pt und ²⁰⁷Pb) sowie entsprechende homo- und heteronukleare 2D-Korrelationsexperimente, darunter COSY, TOCSY, NOESY, ROESY, HSQC und HMBC. Zusätzlich müssen ¹H{¹⁹F}-, ¹⁹F{¹H}-, ¹³C{¹H,¹⁹F}- und X{¹H, ¹⁹F}-Experimente sowie Tieftemperaturmessungen möglich sein. Zur Abdeckung der

unterschiedlichen experimentellen Anforderungen ist neben einem stickstoffgekühlten Breitband-Kryo-Probenkopf auch ein Raumtemperatur-Probenkopf erforderlich, der $^{13}\text{C}\{^1\text{H}, ^{19}\text{F}\}$ - und $\text{X}\{^1\text{H}, ^{19}\text{F}\}$ -Experimente sowie Tieftemperaturmessungen bis mindestens -100°C und Hochtemperaturmessungen bis $+150^\circ\text{C}$ ermöglicht. Aufgrund des hohen Probendurchsatzes und der regelmäßig wechselnden Messkerne ist ein automatischer Probengeber mit einer Kapazität von mindestens 60 Proben erforderlich; eine Kapazität von 100 Probenplätzen wird bevorzugt. Zusätzlich ist eine automatisierte Kernabstimmung (ATMA oder gleichwertig) erforderlich. Um im Routinebetrieb Messungen an Proben bei $\pm 20^\circ\text{C}$ durchführen zu können, ohne den automatisierten Probenbetrieb zu unterbrechen, muss das System zusätzlich mit einer elektrischen Kühleinheit ausgestattet sein.

Wewnętrzny identyfikator: 2

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 38433000 Spektrometry

Opcje:

Opis opcji: Es ist ein 5mm Probenkopf als Ersatzprobenkopf zur schnelleren Fehlersuche oder zur Überbrückung von Reparaturzeiten des Hauptprobenkopfes anzubieten. Anforderungen: Automatische Kernabstimmung und mindestens die Möglichkeit ^1H - und ^{13}C - Experimente (1D und 2D) messen zu können. Der Preis für die Option auf den Probenkopf ist nicht im angegebenen Maximalbudget enthalten. Das bedeutet, dass der Maximalpreis für das in Los 1 angebotene Gerät maximal 748.000 EUR brutto betragen darf, zzgl. des Preises für den optionalen Probenkopf. Der Preis für den optionalen Probenkopf wird in die Preisbewertung einbezogen. Es besteht für den Auftraggeber keine Verpflichtung auf die Ziehung der Option.

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Gaußstr. 20

Miejscowość: Wuppertal

Kod pocztowy: 42119

Podział krajowy (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

Kraj: Niemcy

Informacje dodatkowe: Gebäude V

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 12 Miesiące

5.1.4. Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień: 1

Inne informacje o wznowieniu: Verlängerung möglich, falls Lieferverzögerungen entstehen.

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Należy podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu wyznaczonych do realizacji zamówienia: Niewymagane

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): tak

Informacje dodatkowe: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. **Zamówienia strategiczne**

Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne

5.1.9. **Kryteria kwalifikacji**

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga

Kryterium: Środki zapewniające jakość

Opis kryterium selekcji: Formularz 521 EU (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

Eigenerklärung Ausschlussgründe

5.1.10. **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Preis

Opis: Preiskriterium für "Niedrigster Preis (mit Ausschlusskriterien)"

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

Kryterium:

Rodzaj: Koszt

Nazwa: Einhaltung des jeweiligen Maximalbudgets pro Los

Opis: Eine Überschreitung des jeweiligen Maximalbudgets pro Los führt zum

Angebotsausschluss. Los 1: 748.000,- EUR brutto Los 2: 1.359.000,- EUR brutto

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 0

5.1.11. **Dokumenty zamówienia**

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: niemiecki

Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 20/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXUHYYDYT8GFN0J4/documents>

Kanał komunikacji ad hoc:

Adres URL: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXUHYYDYT8GFN0J4>

5.1.12. **Warunki udzielenia zamówienia**

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXUHYYDYT8GFN0J4>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: niemiecki

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Niedozwolone

Termin składania ofert: 28/05/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 47 Dni

Informacje, które można uzupełnić po upływie terminu zgłoszeń:

Według uznania nabywcy wszystkie brakujące dokumenty dotyczące oferenta mogą zostać przedłożone później.

Informacje dodatkowe: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende Unterlagen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben nachzufordern. Der Auftraggeber sieht allerdings in Ausübung des ihr insoweit zustehenden Ermessens bei den Angeboten von Nachforderungen ab, die bereits aus anderen Gründen keine Berücksichtigung finden können.

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 28/05/2026 10:05:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Einhaltung des jeweiligen Maximalbudgets pro Los

Fakturowanie elektroniczne: Wymagane

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Vergabekammer Rheinland · c/o Bezirksregierung Köln

Informacje o terminach odwołania: Rügt die bzw. der Bietende einen ihrer bzw. seiner Ansicht nach vorliegenden Vergaberechtsverstoß und widerspricht die BUW dieser Rüge, muss die bzw. der Bietende innerhalb von 15 Tagen nach Mitteilung der BUW, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, ein Nachprüfungsverfahren einleiten, wenn sie bzw. er ihre bzw. seine Rüge aufrechterhalten will. Andernfalls ist sie bzw. er mit ihrer bzw. seiner Rüge präkludiert.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Bergische Universität Wuppertal

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Bergische Universität Wuppertal

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Bergische Universität Wuppertal

Numer rejestracyjny: 05124-06001-71

Adres pocztowy: Rainer-Gruenter-Str. 21

Miejscowość: Wuppertal

Kod pocztowy: 42119

Podpodział krajowy (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

Kraj: Niemcy

Punkt kontaktowy: Dezernat 1.3 - EU Vergaben

E-mail: dez14euvergabe@uni-wuppertal.de

Telefon: +49 202-439-0

Faks: +49 202-439-3702

Adres strony internetowej: <https://dez1.uni-wuppertal.de/de/services/eu-vergaben-zoll-und-aussenwirtschaftsrecht/eu-vergaben/>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

8.1. **ORG-0002**

Oficjalna nazwa: Vergabekammer Rheinland · c/o Bezirksregierung Köln

Numer rejestracyjny: 05315-03002-81

Adres pocztowy: Zeughausstraße 2-10

Miejscowość: Köln

Kod pocztowy: 50667

Podpodział krajowy (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)

Kraj: Niemcy

E-mail: vrheinland@bezreg-koeln.nrw.de

Telefon: +49 221147-3045

Faks: +49 221147-2889

Adres strony internetowej: <https://www.bezreg-koeln.nrw.de/themen/wirtschaft-und-kultur/vergabekammer-rheinland>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. **ORG-0003**

Oficjalna nazwa: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numer rejestracyjny: 0204:994-DOEVD-83

Miejscowość: Bonn

Kod pocztowy: 53119

Podpodział krajowy (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Kraj: Niemcy

E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 7f8d6f85-064d-4aad-b716-2856a5d5b77b - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 27/04/2026 00:00:39 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: niemiecki

Numer publikacji ogłoszenia: 291450-2026

Numer wydania Dz.U. S: 82/2026

Data publikacji: 28/04/2026