

Polska-Gdańsk: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

OJ S 199/2021 13/10/2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia**Dostawy****Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Adres pocztowy: Długa 75/76

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Kod pocztowy: 80-831

Państwo: Polska

E-mail: przetargi.ias.gdansk@mf.gov.pl

Tel.: +48 583002340

Faks: +48 583012444

Adresy internetowe:Główny adres: www.pomorskie.kas.gov.pl**I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: jednostka administracji rządowej niezespólonej

I.5. Główny przedmiot działalności

Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia**II.1.1. Nazwa**

Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach Programu Wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”

Numer referencyjny: 2201-ILN-2.260.12.2021

II.1.2. Główny kod CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy, stanowiącej Załącznik Nr 6 do SWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na 15 części, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty na dowolnie wybraną liczbę części zamówienia.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 1 698 373,98 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Spektrometr FTIR

Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL6 Makroregion północny

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni; Dział Laboratorium, ul. Północna 9A, 81-029 Gdynia.

II.2.4. Opis zamówienia

Spektrometr FTIR

— z funkcją automatycznego rozpoznawania z poziomu oprogramowania akcesoriów: ATR – Smart Orbit, Golden Gate, Miracle, SplitPea, DRITFS, Specular Reflectance oraz elementów systemu takich jak detektory i beamsplitters,

— z możliwością rozbudowy na dalsze zakresy spektralne - maksymalny zakres po rozbudowie nie gorszy niż 27 000 - 15 cm⁻¹,

— z możliwością rozbudowy o techniki łączone: GC/IR, TG/IR, FT-Raman, mikroskopia IR,

— z możliwością rozbudowy o automatyczny układ wyprowadzenia wiązki promieniowania do eksperymentów zewnętrznych (w prawo jaki i w lewo od jednostki podstawowej).

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Uniwersalny zestaw do ekstrakcji metodą SOXHLET wraz z aparatem do hydrolizy

Część nr: 2

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL6 Makroregion północny

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni; Dział Laboratorium, ul. Północna 9A, 81-029 Gdynia

II.2.4. Opis zamówienia

Urządzenie do automatycznej ekstrakcji tłuszczu zgodnie z metodą Soxhlet standard (cykliczne wypłukiwanie zimnym rozpuszczalnikiem) o następujących parametrach:

- wymienny zespół szkła,
- możliwość przeprowadzenia ekstrakcji: Soxhlet standard (cykliczne wypłukiwanie zimnym rozpuszczalnikiem), Randall lub Twisselmann,
- w dostawie zestaw szkła do analizy Soxhlet standard,
- co najmniej 6 niezależnie działających stanowisk ekstrakcyjnych z oddzielnym, niezależnym systemem grzewczym dla każdego stanowiska,
- wielkość próbki: max. 10g,
- stanowiska ekstrakcyjne zgrupowane w aparacie w postaci dwóch modułów (lewy, prawy) umieszczonych pod kątem w stosunku do siebie. W każdym module min. 3 stanowiska ekstrakcyjne w jednej linii,
- praca automatyczna (bez nadzoru),
- zapobieganie oksydacji materiału wyekstrahowanego,
- poziom ogrzewania wstępnie ustawiony dla rozpuszczalników zawartych w fabrycznie zaprogramowanej bibliotece rozpuszczalników aparatu dla minimum: eteru naftowego, eter dietylowego, heksanu, chloroformu,
- co najmniej 3 etapy prowadzenia procesu:
 - 1) ekstrakcja – programowanie czasu trwania lub ilości cyklicznych przelewów do jej zakończenia,
 - 2) płukanie – programowanie czasu płukania,
 - 3) suszenie – programowanie czasu i intensywności, suszenia – możliwość podziału tego etapu na podetapy – stopniowanie szybkości suszenia końcowego,
- regulowany poziom zalewania próbki rozpuszczalnikiem,
- fotooptyczny czujnik i elektroniczna kontrola wysokości poziomu zalania próbki rozpuszczalnikiem w każdym cyklu w czasie trwania 1 i 2 kroku procesu ekstrakcji,
- możliwość dostosowania ustawienia czujnika poziomu/detekcji rozpuszczalnika do objętości próbki w każdym stanowisku pomiarowym oddzielnie,
- możliwość zamiennego umieszczenia próbki przeznaczonej do ekstrakcji zarówno w naczynkach szklanych ze spiekami ceramicznymi lub w celulozowych gilzach,
- pełna automatyzacja i kontrola przebiegu procesu w aparacie dla każdej kolumny Soxhleta będącej składowym elementem każdego stanowiska roboczego ekstraktora,
- systemy informacji o przypadkowych błędach w obsłudze urządzenia,
- możliwość stosowania rozpuszczalników: eter naftowy, eter dietylowy, heksan, chloroform,
- świeżo destylowany rozpuszczalnik zbierany w łatwo dostępnej i dającej się odłączyć butelce o poj. min. 2 litry,
- odbieranie wypłukiwanego związku (np. tłuszczu) do szklanych naczyń ekstrakcyjnych, o pojemności minimum 150 ml,
- sterowanie aparatem za pomocą kolorowego, dotykowego wyświetlacza LCD. Wyświetlacz umieszczony ergonomicznie po środku aparatu pomiędzy prawym a lewym modulem stanowisk ekstrakcyjnych,
- maksymalne wymiary aparatu Soxhlet, ze szkłem: 640 x 600 x 750 mm (szer x głęb x wys),
- całkowita moc grzewcza 1200 W $\pm$ 5 %,
- zasilanie: 220-230V, 50/60Hz.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11.

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Automatyczny analizator białka/azotu metodą Kjeldahl'a wraz z systemem do mineralizacji próbek

Część nr: 3

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni; Dział Laboratorium, ul. Północna 9A, 81-029 Gdynia

II.2.4. Opis zamówienia

Analizator białka/azotu

Umożliwiający automatyczne wykonywanie całej procedury: destylacja, rozcieńczanie próbek, dodawanie ługu, dodawanie roztworu odbierającego, opróżnianie probówki, miareczkowanie kolorymetryczne niewymagające nadzoru operatora,

- wbudowane automatyczne miareczkowanie kolorymetryczne z wymienną biuretą,
- przystosowany do probówek prostych o pojemności 250ml,
- posiadający aktywny system kontroli bezpieczeństwa chroniący operatora: m.in. czujnik zamknięcia drzwi bezpieczeństwa, czujnik wykrywający obecności probówki, poziomu wody i nadciśnienia w generatorze pary,
- sygnalizacja braku odczynników,
- precyzyjne dozowanie odczynników poprzez pompy mieszkowe zwiększające dokładność oznaczenia,
- dokładna kontrola temperatury destylatu dzięki czujnikowi temperatury destylatu,
- automatyczny system destylacji wykrystalizowanych próbek poprzez dozowanie pary w układzie równoważącym zintegrowany z cyklem destylacji i miareczkowania kolorymetrycznego; ustawienie czasu w zakresie: 0 do min. 15 s,
- możliwość pracy w trybie opóźnienia destylacji; ustawienie czasu w zakresie: 0 do min 1800 s,
- automatyczna kontrola przepływu wody chłodzącej, ograniczająca jej zużycie,
- możliwość rozbudowy o system podajnik próbek 20 lub 60 stanowiskowy,
- głowica zwrotna i naczynie do opróżniania probówek wykonane z tworzywa odpornego na działanie ługu,
- oprogramowanie sterujące aparatem i instrukcja obsługi w języku polskim,
- oprogramowanie komputerowe w zestawie z laptopem, współpracujące z destylatorem umożliwiające rejestrację i śledzenie próbek zgodnie z GLP, kontrolę systemu destylacyjnego z poziomu komputera, eksport danych w różnych formatach, komunikacja za pośrednictwem Ethernet, wymiana danych z systemem LIMS,

możliwość: śledzenia wyników w sieci, podłączenia urządzeń peryferyjnych: waga, drukarka; archiwizacja danych i kopia zapasowa metod z destylatora i mineralizatora,

- zakres pomiarowy: 0,1 do min 200 mg N,
- powtarzalność: max 1 % względne SD (łącznie z etapem mineralizacji),
- odzysk: min 99,5 % przy zawartości azotu 1 - 200 mg N,
- czas destylacji: max 3,5 min. przy 30 mg N (max 6,5 min. przy 200 mg N),
- wydajność destylacji: min 40 ml/min,
- definiowanie objętości odczynników w zakresie:
0 do min 150 ml w krokach co max 10ml,
- całkowita moc grzewcza 1200 W $\pm$ 5 %,
- zasilanie: 220-230V, 50/60Hz.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Chromatograf ciekłowy z detektorem diodowym i detektorem refraktometrycznym (HPLC-DAD /RID) oraz chromatograf ciekłowy z detektorem diodowym, detektorem refraktometrycznym i detektorem fluorescencyjnym

Część nr: 4

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni; Dział Laboratorium, ul. Północna 9A, 81-029 Gdynia

II.2.4. Opis zamówienia

CHROMATOGRAF CIECZOWY Z DETEKTOREM DIODOWYM I DEDEKTOREM REFRAKTOMETRYCZNYM (HPLC-DAD/RID)

CHROMATOGRAF CIECZOWY Z DETEKTOREM DIODOWYM, DEDEKTOREM REFRAKTOMETRYCZNYM I DEDEKTOREM FLUORESCENCYJNYM (HPLC-DAD/RID/FLD)

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Autoklaw

Część nr: 5

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni; Dział Laboratorium, ul. Północna 9A, 81-029 Gdynia

II.2.4. Opis zamówienia

1. Autoklaw

Autoklaw stołowy przeznaczony do sterylizacji cieczy, szkła, materiałów z tworzyw sztucznych i odpadów,

Komora pozioma o pojemności co najmniej 25 litrów, mieszcząca nie mniej niż 5 butelek 1-litrowych,

Sterowanie mikroprocesorowe, automatyczny proces sterylizacji bez konieczności dozoru ze strony użytkownika,

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD,

Zakres temperatury sterylizacji w zakresie co najmniej od 98oC do 135oC,

Co najmniej 10 programów sterylizacji, z możliwością modyfikacji parametrów,

Pamięć o pojemności umożliwiającej rejestrację danych co najmniej 100 cykli sterylizacji,

Port komunikacyjny RS 485 do transferu danych,

Komora sterylizacyjna ze stali nierdzewnej odpornej na korozję,

Obudowa zewnętrzna ze stali malowanej proszkowo,

Drzwi komory sterylizacyjnej wykonane z bezpiecznego szkła odpornego na wysoką temperaturę,

Automatyczny system zamykania drzwi,

Kolorystyczne podświetlenie drzwi komory odpowiadające poszczególnym fazą cyklu sterylizacji,

Zintegrowany zbiornik na wodę zasilającą oraz kondensator pary z wbudowanym pojemnikiem na kondensat,

Zintegrowany generator pary z elementami grzejnymi pracującymi bez bezpośredniego kontaktu z wodą,

Podwójny system zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury w komorze,

Blokada otwarcia drzwi w trakcie procesu sterylizacji,

Podwójne, niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem generatora pary,

Zabezpieczenie przed wydostawaniem się pary z komory przy otwartych drzwiach,

Wymiary zewnętrzne nie większe niż 45 x 55 x 70 cm (szer. x wys. x głęb.),

Ciężar nie większy niż 70 kg,

Zasilanie: 220 - 240 V

Pobór mocy nie większy niż 2,0 KW 1sztuka

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11.

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zestaw do elektroforezy – 2 szt., 2-kanalowy pH-metr – 1 szt., komora laminarna – 1 szt., mikrowirówka – 1 szt., termomikser – 1 szt., system do analizy i archiwizacji żeli – 1 szt.
Część nr: 6

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni; Dział Laboratorium, ul. Północna 9A, 81-029 Gdynia

II.2.4. Opis zamówienia

Zestaw do elektroforezy – 2 szt., 2-kanalowy pH-metr – 1 szt., komora laminarna – 1 szt., mikrowirówka – 1 szt., termomikser – 1 szt., system do analizy i archiwizacji żeli – 1 szt.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

System do monitorowania warunków środowiskowych
Część nr: 7

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni; Dział Laboratorium, ul. Północna 9A, 81-029 Gdynia

II.2.4. Opis zamówienia

System do monitorowania warunków środowiskowych

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Myjka ultradźwiękowa 1 szt

Część nr: 8

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni; Dział Laboratorium, ul. Północna 9A, 81-029 Gdynia

II.2.4. Opis zamówienia

- materiał: stal nierdzewna,
 - pokrywka ze stali nierdzewnej,
 - kosz ze stali nierdzewnej,
 - pojemność zbiornika: min. 19,0 litrów ale nie większa niż 22,0 litry,
 - obecność zaworu spustowego,
 - wymiary wewnętrzne zbiornika: min. 502x297x150 mm
 - częstotliwość ultradźwięków: maks. 45 kHz,
 - funkcja grzania,
 - maksymalna temperatura: min. 80oC,
 - regulacja mocy ultradźwięków,
 - funkcja odgazowania cieczy,
 - regulator czasu.
- Myjka ultradźwiękowa 1 szt
- zakres czasu: min. od 0 do 1 godz.,
 - wyświetlacz LED,
 - funkcja start/stop,
 - wkładka z otworami na 8 zlewek, 250ml, kompatybilna z pojemnością zbiornika.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

System do produkcji wody ultraczystej
Część nr: 9

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni; Dział Laboratorium, ul. Północna 9A, 81-029 Gdynia

II.2.4. Opis zamówienia

Woda zasilająca - wstępnie oczyszczona (destylowana, dejonizowana lub po odwróconej osmozie),

Wbudowany w system zbiornik o objętości min.

2L, do którego dozuje się wodę wstępnie oczyszczoną; zbiornik można wyciągnąć z urządzenia i transportować w nim wodę pomiędzy pomieszczeniami,

Urządzenie doczyszcz wodę na żądanie, szybkość podawania nie mniejsza niż 0,5 L/min,

Etapy oczyszczania wody: złoża żywicy jonowymiennej, lampa UV działająca w dwóch zakresach (185nm, 254nm), filtr końcowy w punkcie poboru wody,

Możliwość odczytu parametrów wody (przewodność/oporność, temperatura) na wyświetlaczu urządzenia; możliwość odczytu przewodnictwa/oporności jako wartości skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo,

Minimalne parametry oczyszczonej wody:

- Oporność ok. 18,2 MΩ*cm,
- Przewodność ok. 0,055 μS/cm,
- Poziom TOC < 5 ppb,
- Poziom bakterii < 0,1 cfu/ml,
- cząstki stałe > 0,05 μm < 1/ml.

Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, sygnalizacja alarmów i awarii,

Okresowa automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru (pompa recyrkulacyjna jako wyposażenie standardowe),

Kubatura urządzenia nie większa niż (dł. x szer. x wys.),

380mm/300mm/550, ciężar operacyjny nie większy niż 10 kg,

Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zestaw pipet automatycznych
Część nr: 10

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni; Dział Laboratorium, ul. Północna 9A, 81-029 Gdynia

II.2.4. Opis zamówienia

Zestaw składający się z pipet automatycznych jednokanałowych z możliwością regulacji objętości,

W skład zestawu wchodzi 4 sztuki pipet o specyfikacji przedstawionej poniżej:

Pipeta w zakresie poj. 0,5-10 µl,

Pipeta w zakresie poj. 10-100 µl,

Pipeta w zakresie poj. 20-200 µl,

Pipeta w zakresie poj. 100-1000 µl,

Możliwość autoklawowania pipet w całości,

Odporne na promieniowanie UV,

Wyposażone w zrzutnik końcówek,

Możliwość rekaliibracji przez użytkownika w zależności od gęstości pipetowanej cieczy (odrębna od rekaliibracji serwisowej),

Czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości.

Statyw karuzelowy na pipety obrotowy posiadający uchwyt/rączkę do przenoszenia statywu, kompatybilny z zestawem zamawianych pipet.

Pakowane w statywach (10 statywów x 96 końcówek):

— sterylne

— z filtrem

Dołączone akcesoria niezbędne do wykonania konserwacji pipety (np. smar silikonowy, klucz do odkręcania pipety, klucz do wymiany sprężynek i uszczelek).

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Waga analityczna
Część nr: 11

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Kod NUTS: PL6 Makroregion północny

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni; Dział Laboratorium, ul. Północna 9A, 81-029 Gdynia

II.2.4. Opis zamówienia

Charakterystyka:

- zakres ważenia min. 0 - 300g, ale nie więcej niż 400g,
- działka odczytowa $d=0,1\text{mg}$ w pełnym zakresie,
- działka legalizacyjna 1mg,
- adiustacja wewnętrzna: automatyczna przy zmianie temperatury i aktywowana przez użytkownika,
- szalka o konstrukcji kratki / grilla (podwieszana na tylnej ścianie komory wagowej, umożliwiającą łatwe czyszczenie komory wagowej i redukującą wpływ ruchu powietrza na proces ważenia) z możliwością zmiany na szalkę pełną oraz możliwością użycia akcesoriów ułatwiających ważenie np. kolb,
- automatycznie otwierane drzwiczki minimum przy użyciu przycisku na terminalu wagi,
- wyświetlacz dotykowy,
- minimum informowanie o niewypoziomowaniu oraz pomoc przy poziomowaniu wagi, wyświetlana na ekranie wagi w czasie rzeczywistym,
- oprogramowanie w języku polskim,
- możliwość połączenia z urządzeniami zewnętrznymi np. drukarką, PC.

Wyposażenie

- nakładka na grilla umożliwiającą zmianę na szalkę pełną
- wzorzec masy klasy E2 2g,
- wzorzec masy klasy E2 50g,
- wzorzec masy klasy E2 100g,
- wzorzec masy klasy E2 200g.

Pakowane oddzielnie

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Waga precyzyjna

Część nr: 12

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni; Dział Laboratorium, ul. Północna 9A, 81-029 Gdynia

II.2.4. Opis zamówienia

Charakterystyka:

- zakres ważenia min. 0 - 300g, ale nie więcej niż 400g,
- działka odczytowa $d=0,001g$ w pełnym zakresie,
- działka legalizacyjna $0,01g$,
- adiustacja wewnętrzna: automatyczna przy zmianie temperatury i aktywowana przez użytkownika,
- możliwość ważenia na pełnej szalce prostokątnej o wymiarach min. 120mm x 120mm ale nie większej niż 150mm x 150mm,
- minimum informowanie o niewypoziomowaniu oraz pomoc przy poziomowaniu wagi wyświetlana na ekranie wagi w czasie rzeczywistym,
- waga odkryta, bez komory ważenia,
- oprogramowanie w języku polskim,
- możliwość połączenia z urządzeniami zewnętrznymi np. drukarką, PC.

Wyposażenie

— jeśli jest to niezbędne nakładka umożliwiająca zmianę na szalkę pełną

Dodatkowe wymagania

Certyfikacja CE (kopia deklaracji zgodności), Świadectwo jakości producenta w formie dokumentu. Pomimo, iż posiadanie Certyfikatu ISO 9001 nie jest wymagane, w przypadku, gdy proponowany producent posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 prosimy o dołączenie kopii tego certyfikatu.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Waga precyzyjna

Część nr: 13

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni; Dział Laboratorium, ul. Północna 9A, 81-029 Gdynia

II.2.4. Opis zamówienia

Charakterystyka:

- zakres ważenia min. 0 - 3000g, ale nie więcej niż 4000g,
- działka odczytowa $d=0,01g$ w pełnym zakresie,

- działka legalizacyjna 0,1g,
- adiustacja wewnętrzna: automatyczna przy zmianie temperatury i aktywowana przez użytkownika,
- możliwość ważenia na pełnej szalce prostokątnej o wymiarach min. 160mm x 160mm ale nie większej niż 200mm x 200mm,
- minimum informowanie o niewypoziomowaniu oraz pomoc przy poziomowaniu wagi wyświetlana na ekranie wagi w czasie rzeczywistym,
- oprogramowanie w języku polskim,
- możliwość połączenia z urządzeniami zewnętrznymi np. drukarką, PC.

Wyposażenie

— jeśli jest to niezbędne nakładka umożliwiająca zmianę na szalkę pełną

Dodatkowe wymagania

Certyfikacja CE (kopia deklaracji zgodności), Świadectwo jakości producenta w formie dokumentu. Pomimo, iż posiadanie Certyfikatu ISO 9001 nie jest wymagane, w przypadku, gdy proponowany producent posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 prosimy o dołączenie kopii tego certyfikatu.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Stacja robocza informatyki śledczej (Forensic Workstation) wraz z oprogramowaniem umożliwiającym kopiowanie i analizę nośników danych – 1 stacja ze wskazanym wyposażeniem

Część nr: 14

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni; Dział Laboratorium, ul. Północna 9A, 81-029 Gdynia

II.2.4. Opis zamówienia

Stacja robocza informatyki śledczej (Forensic Workstation) wraz z oprogramowaniem umożliwiającym kopiowanie i analizę nośników danych – 1 stacja ze wskazanym wyposażeniem

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

System do detekcji ekspresji genów w czasie rzeczywistym z wyposażeniem – Real -Time PCR

Część nr: 15

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni; Dział Laboratorium, ul. Północna 9A, 81-029 Gdynia

II.2.4. Opis zamówienia

System Real-time PCR o poniższych parametrach:

- jednostka zawierająca podstawę z dotykowym wyświetlaczem oraz blokiem grzejno-chłodzącym z układami Peltier'a,
- blok grzejny o pojemności min. 96 probówek umożliwiający prowadzenie reakcji w standardowych niskoprofilowych mikropłytkach lub paskach probówek,
- zakres temperatury bloku 4-100oC,
- dokładność ustawienia temperatury nie gorsza niż $\pm 0,2\text{oC}$ w temp. 90oC,
- równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż $\pm 0,3\text{oC}$ osiągnięta w czasie min. 10 sek. dla temperatury 90oC,
- zakres wielkości próbki min. 1-50 μl ,
- maksymalna szybkość zmiany temperatury, co najmniej 5oC/s, średnia 3,3oC/s,
- gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji, co najmniej 8 reagentów,
- maksymalna rozpiętość programowalnego zakresu dynamicznego gradientu termicznego, co najmniej 24oC,
- zakres ustawienia gradientu 30-100oC,
- pokrywa z grzaniem do 110oC w minimalnym zakresie 30-110oC,
- fluorescencyjna metoda pomiarowa,
- źródło światła: diody LED,
- zakres spektralny światła wzbudzającego i emitowanego nie mniejszy niż 450-730 nm,
- multipleks 5 kanałowy – możliwość oznaczenia do 5 genów w jednej próbce,
- każdy kanał pomiarowy wyposażony w indywidualną diodę LED o długości światła optymalnej do barwników przypisanych do każdej z nich,
- urządzenie wyposażone w komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego zainstalowanych dla każdego z 5 kanałów,
- gotowy system do detekcji reakcji z użyciem barwników: SYBER GREEN, FAM, HEX, IC, TET, Cal Gold 540, ROX, TEXAS RED, Cal Red 610, Cy5, Quasar 670, Quasar 705, urządzenie fabrycznie skalibrowane do pracy z tymi barwnikami bez potrzeby przeprowadzania takiej procedury przez użytkownika,

- opcjonalnie dodatkowy kanał dostosowany do techniki FRET (wzbudzenie FAM, detekcja HEX),
- kilka trybów rejestracji danych w tym opcja szybkiego pomiaru dla pojedynczego kanału,
- możliwość programowania płytki doświadczalnej przed.

W trakcie lub po zakończeniu pomiaru,

- połączenie do komputera poprzez port USB, opcjonalnie możliwość połączenia do Wi-Fi,
- oprogramowanie zapewniające akwizycję i obróbkę wyników,
- tworzenie krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczania ilościowe,
- analiza krzywej topnienia,
- analiza względnego stężenia DNA "gene expression" poprzez pomiar ΔCT lub $\Delta\Delta CT$ z wieloma genami referencyjnymi,
- możliwość jednoczesnej analizy ekspresji genów dla próbek pochodzących z różnych pomiarów,
- analiza z zaprogramowanym punktem końcowym "end-point",
- analiza alleli (dyskryminacja alleli),
- możliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji (Microsoft Excel, Word, PowerPoint),
- oprogramowanie, jako zintegrowane z nim funkcje, winno zawierać możliwość analizy ANOVA oraz za pomocą testów normalności Shapiro-Wilka umożliwiać analizę genów pod kątem ich stabilności w celu wybrania genu/ów referencyjnych,
- urządzenie umożliwia analizę HRM

Z wykorzystaniem opcjonalnie dostępnego, w ofercie producenta, oprogramowania do analizy krzywych topnienia o wysokiej rozdzielczości, minimalnie 2 licencje,

- stacja robocza do sterowania i analizy wyników w zestawie,
- możliwość podłączenia myszy komputerowej, klawiatury, skanera kodów. 1 sztuka

Procesor:

- ilość jednocześnie przetwarzanych wątków minimum: 6,
- turbo.

Ekran:

- przekątna min.: 13,3 cala,
- rozdzielczość min.: 1920x1080 pix (FHD).

Pamięć min.:

- RAM 8 Gb,
- SSD (SATA lub M.2PCIe): 480-512 Gb.

Płyta główna złącza/łączność min.:

- USB 3.1 Gen.2 (USB 3.0),
- bluetooth 5.1.

Grafika min.:

- zintegrowane złącza grafiki: HDMI,
- dedykowana pamięć grafiki 2048 Mb.

Obudowa:

- kamera internetowa.

System operacyjny

- Windows 10 PRO 64 PRO. 1 sztuka

Supermix:

- 5,000 x 20µl, 50 ml 1 sztuka
- 96 dołkowa,
- kompatybilna z urządzeniem. 1 sztuka

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 117-304823](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2201-ILN-2.260.12.2021

Część nr: 1

Nazwa:

Spektrometr FTIR

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

07/09/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Spectro-Lab sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5240006677
Miejscowość: Łomianki
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-092
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 268 292,68 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 321 522,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Zamówienie nr: 2201-ILN-2-260.12.2021

Część nr: 2

Nazwa:

Uniwersalny zestaw do ekstrakcji metodą SOXHLET wraz z aparatem do hydrolizy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

07/09/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Donserv Wojciech Kaca
Krajowy numer identyfikacyjny: 5220011445
Adres pocztowy: ul. Michała Spisaka 31
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-495
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 121 951,22 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 149 789,40 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2201-ILN-2-260.12.2021

Część nr: 3

Nazwa:

Automatyczny analizator białka/azotu metodą Kjeldahl'a wraz z systemem do mineralizacji próbek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

07/09/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Danlab Danuta Katryńska

Krajowy numer identyfikacyjny: 6852047455

Adres pocztowy: ul. Handlowa 6a

Miejscowość: Białystok

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 15-399

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 162 601,63 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 199 900,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2201-ILN-2-260.12.2021

Część nr: 4

Nazwa:

Chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i dedektorem refraktometrycznym (HPLC-DAD /RID) oraz chromatograf cieczowy z detektorem diodowym, dedektorem refraktometrycznym i detektorem fluorescencyjny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

07/09/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Perlan Technologies Polska sp. z o. o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 5262369186

Adres pocztowy: ul. Puławska 303

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 593 495,93 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 719 673,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2201-ILN-2-260.12.2021

Część nr: 5

Nazwa:

Autoklaw

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

07/09/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Labo Baza Balcerek i wspólnicy spółka jawna

Krajowy numer identyfikacyjny: 9720139860
Adres pocztowy: ul. Szkolna 96
Miejscowość: Suchy Las
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 62-006
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 29 268,29 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 36 654,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2201-ILN-2-260.12.2021

Część nr: 14

Nazwa:

Stacja robocza informatyki śledczej (Forensic Workstation) wraz z oprogramowaniem umożliwiającym kopiowanie i analizę nośników danych – 1 stacja ze wskazanym wyposażeniem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

07/09/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Media sp. z o. o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 6342341032

Adres pocztowy: ul. Piotrowicka 61

Miejscowość: Katowice

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 40-723

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 58 536,59 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 73 500,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2201-ILN-2-260.12.2021

Część nr: 15

Nazwa:

System do detekcji ekspresji genów w czasie rzeczywistym z wyposażeniem – Real -Time PCR

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

07/09/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Donserv Wojciech Kaca

Krajowy numer identyfikacyjny: 5220011445

Adres pocztowy: ul. Michała Spisaka 31

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 138 211,38 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 129 998,70 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 Ustawy, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
- 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

- 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
- 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych, niż określone powyżej, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.).

VI.4.4.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

08/10/2021