

550843-2024 - Wyniki

Polska – Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego – „Usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez sp. z o.o.”

OJ S 179/2024 13/09/2024

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: MEGREZ Sp. z o.o.

E-mail: zp@szpitalmegrez.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Zdrowie

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: „Usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez sp. z o.o.”

Opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez sp. z o.o. 2. Okres wykonywania zamówienia: 24 miesiące 3. Opisu przedmiotu zamówienia dokonano zgodnie z pierwotnymi zapisami (nr sprawy: 34/22/ZP/PN) w formularzu asortymentowo – cenowym.

Identyfikator procedury: 5cb7b4c7-ce5a-4eb5-b08e-c726029d3dee

Poprzednie ogłoszenie: 604173-2023

Wewnętrzny identyfikator: 21/23/ZP/WR/5

Rodzaj procedury: Negocjacyjna z uprzednią publikacją zaproszenia do ubiegania się o zamówienie / konkurencyjna z negocjacjami

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

2.1.2. Miejsce realizacji

W dowolnym miejscu

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, iż niniejsze ogłoszenie przesyła do publikacji przed przeprowadzeniem negocjacji z wybranym Wykonawcą. Na tym etapie brak jest wszystkich danych niezbędnych do uzupełnienia ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż: 1) w sekcji V.2.1 Data decyzji o udzieleniu zamówienia- w wymaganym polu arkusz nie pozwala wpisać daty późniejszej niż data aktualna. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia data ta ulegnie zmianie na datę późniejszą, 2) w sekcji V.2.3. Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP – na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie ma wiedzy w przedmiotowym zakresie. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia informacja ta zostanie zaktualizowana o dane pozyskane od

Wykonawcy, 3) w sekcji V.2.4 Informacja na temat wartości zamówienia, całkowita końcowa wartość zamówienia – w wymaganym polu należy wpisać końcową wartość zamówienia, która na obecnym etapie nie jest Zamawiającemu znana. Zamawiający w niniejszej sekcji podał wartość szacunkową zamówienia, wartość ta może ulec zmianie w wyniku przeprowadzonych negocjacji z Wykonawcą. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia wartość ta ulegnie zmianie.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 -

Właściwe prawo transgraniczne: nie dotyczy

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0000

Tytuł: „Usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez sp. z o.o.”

Opis: 4. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności: a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem b) diagnostyka, naprawa i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem. Wymiana części zamiennych po przedstawieniu oferty kosztowej i jej akceptacji przez Zamawiającego. c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach, wymianie części oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania. 5. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje: a) sprawdzenie prawidłowości działania, b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami producenta, c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu), d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów, e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu), f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu), g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu), h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu), i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu, j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego –przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych po dokonaniu przeglądu l) sporządzanie orzeczeń dla sprzętów przeznaczonych do likwidacji z uwagi na brak możliwości naprawy, bądź na naprawę niekorzystną ekonomicznie wraz z opinią 6. Przed przystąpieniem do przeglądu technicznego Wykonawca ma obowiązek min 24h. wcześniej poinformować o swoim przybyciu Dział Techniczny. Wykonawcy zabrania się wykonywania przeglądów bez ustalenia terminu z Działem Technicznym. 7. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, tak aby utrzymać ciągłość aktualnych przeglądów, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. 8. Diagnostyka obejmuje w szczególności: a) ocenę stanu technicznego sprzętu b) weryfikację i lokalizację uszkodzenia, c) wystawienie protokołu z diagnostyki, i przesłanie go do Działu Technicznego w terminie do 3 dni roboczych po wykonaniu diagnostyki, d) jeżeli naprawa sprzętu przewiduje wymianę części, to przedstawienie oferty kosztowej na części zamienne, e) dokonanie stosownego

wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych 9. Naprawy obejmują w szczególności: a) naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów (jeśli dotyczy) b) sprawdzenie prawidłowości działania, c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych, e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów. 10. Czas reakcji w przypadku awarii: Diagnostyka –do 5 dni roboczych. Naprawa –do 7 dni roboczych bez wymiany części, z wymianą części bez konieczności sprowadzenia części zamiennych z za granicy do 10 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z za granicy do 14 dni roboczych od akceptacji przez Zamawiającego przedstawionej oferty naprawy.

Wewnętrzny identyfikator: Pakiet nr 5

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Tyski (PL22C)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: 100 % cena

Opis: Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) oraz być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych, obcych walutach. Wstępną Cenę deklaruje się na formularzu wstępnej propozycji cenowej załączonym do zaproszenia. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ustalona w negocjacjach jest ceną ostateczną, niepodlegającą dalszym negocjacjom i wyczerpującą wszystkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Informacje o terminach odwołania: W przypadku wniesienia odwołania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, Zamawiający zgodnie z art. 577 ustawy Pzp nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (zwanej dalej KIO lub Izbą) wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 67 176,00 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0000

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: pakiet nr 5

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0000

Wartość przetargu: 67 176,00 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Oferta jest ofertą wariantową: nie

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: WSS/230/2023/DZP/131

Data zawarcia umowy: 23/11/2023

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: MEGREZ Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 6342670310

Adres pocztowy: ul. Edukacji 102

Miejscowość: Tychy

Kod pocztowy: 43-100

Podpodział krajowy (NUTS): Tyski (PL22C)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Karolina Filipowska

E-mail: zp@szpitalmegrez.pl

Telefon: +48 323255125

Adres strony internetowej: <http://www.szpitalmegrez.pl>

Profil nabywcy: <http://www.szpitalmegrez.pl>

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o.
Wielkość podmiotu gospodarczego: Mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo
Numer rejestracyjny: 008045344
Adres pocztowy: UL STEFANA ŻEROMSKIEGO 10/4
Miejscowość: ZIELONA GÓRA
Kod pocztowy: 65-066
Podpodział krajowy (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Kraj: Polska
Role tej organizacji:
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Numer rejestracyjny: 010828091
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702
Adres strony internetowej: <http://uzp.gov.pl>
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>
Role tej organizacji:
TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 0b75cff7-cfb1-40d9-85f1-eb788c2924bb - 01
Typ formularza: Wyniki
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 29

Ogłoszenie – data wysłania: 12/09/2024 13:03:28 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 550843-2024

Numer wydania Dz.U. S: 179/2024

Data publikacji: 13/09/2024