

Polska-Wałbrzych: Urządzenia medyczne

OJ S 235/2021 03/12/2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 4

Miejscowość: Wałbrzych

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 58-309

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

E-mail: bernard.jach@zdrowie.walbrzych.pl

Tel.: +48 746489941

Faks: +48 746489700

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5. Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

„Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”

Numer referencyjny: Zp/50/PN-50/21

II.1.2. Główny kod CPV

33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

Pakiet nr 1 - Wideobronchoskop,

Pakiet nr 2 - Wideobronchoskop ultrasonograficzny EBUS,

Pakiet nr 3 - Sondy radialne USG wraz z osprzętem do biopsji obwodowych guzów płuca,

Pakiet nr 4 - Urządzenie do kriobiopsji płuca (+20 sond),

Pakiet nr 5 - Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 1 178 201,23 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Wideobronchoskop

Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY J.M. Ilość

1. Bronchoskop HDTV szt. 1

2. Bronchoskop HDTV szt. 1

WYMAGANIA TECHNICZNE

Ad.1 BRONCHOSKOP HDTV

1. produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy

2. obrazowanie w systemie HDTV

3. kąt obserwacji, min. 120 [°]

4. kierunek widzenia 0 [°]

5. głębia ostrego widzenia, min. 3 ÷ 100 [mm]

6. średnica zewnętrzna sondy, max. 6,1 [mm]

7. średnica kanału roboczego, min. 2,9 [mm]

8. kąty zagięcia końcówki endoskopu w górę/dół, min. 180/130 [°]

9. długość robocza, min. 600 [mm]

10. programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu, min. 4

11. dostępna funkcja obrotu sondy prawo/lewo 120 [°]/ 120 [°]

12. jednostopniowe wodoszczelne złącze bez konieczności zakładania zabezpieczenia przed zalaniem

13. oferowany videobronchoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem video model

EVIS EXERA III CV-190

14. Współpraca z posiadanym testerem szczelności

15. Współpraca z posiadaną myjnią serii ETD bez dodatkowych adapterów

AD 2.

BRONCHOSKOP HDTV

1. produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy

2. kąt obserwacji, min. 120 [°]

3. kierunek widzenia 0 [°]

4. głębia ostrego widzenia, min. 3 ÷ 100 [mm]

5. średnica zewnętrzna sondy, max. 4,9 [mm]

6. średnica kanału roboczego, min. 2,2 [mm]

7. kąty zagięcia końcówki endoskopu w górę/dół, min. 210/130 [°]
8. programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu, min. 4
9. dostępna funkcja obrotu sondy prawo/lewo 120 [°]/ 120 [°]
10. jednostopniowe wodoszczelne złącze bez konieczności zakładania zabezpieczenia przed zalaniem
11. oferowany videobronchoskop w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem video
model EVIS EXERA III CV-190
12. Współpraca z posiadanym testerem szczelności
13. Współpraca z posiadaną myjnią serii ETD bez dodatkowych adapterów

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

dodatkowy kod CPV: 33168000-5 - przyrządy do endoskopii, endochirurgii

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Wideobronchoskop ultrasonograficzny EBUS

Część nr: 2

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY J.M. Ilość

1. Wideobronchoskop ultrasonograficzny EBUS szt. 1

WYMAGANIA TECHNICZNE

WIDEOBRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY EBUS

1. produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy
2. zakres skanowania USG min. 60 o
3. kanał roboczy min. 2,2 mm
4. długość robocza sondy wzornikowej 600 mm
5. minimalne wychylenie końcówki sondy wzornikowej: góra 160°, dół 70°
6. średnica zewnętrzna sondy wzornikowej max 6,3 mm
7. głębokość ostrości min. 2-50 mm
8. minimum 4 dowolnie programowalne przyciski rękojeści endoskopu
9. oferowany aparat kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego demontowalnym przewodem do

podłączenia z aparatem USG lub dostawa demontowalnego przewodu USG

10. oferowany aparat w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem video model EVIS

EXERA III CV-190

11. oferowany aparat w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem USG Aloka

ProSound F75

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

dodatkowy kod CPV: 33168000-5 - przyrządy do endoskopii, endochirurgii

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Sondy radialne USG wraz z osprzętem do biopsji obwodowych guzów płuca

Część nr: 3

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY J.M. Ilość

1. Sondy radialne USG wraz z osprzętem do biopsji obwodowych guzów płuca szt. 1

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Sondy - 2 szt.

2. produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy

3. skanowanie mechaniczne, radialne

4. częstotliwość skanowania wysokiej rozdzielczości - 20MHz

5. zakres skanowania mechanicznego 360 stopni

6. średnica końcówki sondy: 1,7 mm

7. długość robocza: 2050 mm

8. współpraca z endoskopem posiadającym kanał roboczy – 2,2 mm

9. Napęd sond mechanicznych - 1szt

10. Ramię do sond z możliwością zamontowania na posiadanym wózku – 1 szt.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

dodatkowy kod CPV: 33141641-5 - sondy

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Urządzenie do kriobiopsji płuca (+20 sond)

Część nr: 4

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY J.M. Ilość

1. Urządzenie do kriobiopsji płuca (+20 sond) szt. 1

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Urządzenie do zabiegów kriochirurgicznych oraz diagnostycznej kriobiopsji w bronchoskopii, fabrycznie nowe

2. komunikacja za pomocą wyświetlacza i przycisków sterowania na panelu urządzenia

3. gaz roboczy CO2

4. wózek przeznaczony do montażu dwóch butli CO2

5. informacja na wyświetlaczu o stanie i rodzaju aktualnie podłączonej sondy

6. identyfikacja podłączonej sondy oraz automatyczne ustawienie parametrów pracy w zależności od rodzaju podłączonej sondy

7. możliwość regulacji temperatury pracy sondy

8. licznik czasu zamrażania z sygnalizacją wizualną i dźwiękową

9. możliwość programowania urządzenia – 10 indywidualnych programów

10. możliwość sprawdzenia ilości użyć danej sondy

11. aktywacja za pomocą włącznika nożnego

12. możliwość kontroli, sprawdzenia ciśnienia wejściowego gazu

13. informacja o aktualnym stanie pracy urządzenia

14. system bezpieczeństwa z informacją na ekranie oraz wyświetleniem kodu błędu

15. Elastyczna kriosonda, jednorazowa, ø 2,4 mm, dł. 1150 mm. 1op=5szt.

16. Elastyczna kriosonda, jednorazowa, ø 1,7 mm, dł. 1150 mm. 1op=5szt.

17. Włącznik nożny

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.11.

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

dodatkowy kod CPV: 33165000-4 - przyrządy do kriochirurgii i krioterapii

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca.

Część nr: 5

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY J.M. Ilość

1. Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca. szt. 1

I. Konstrukcja

1. Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2021

2. Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji

najpóźniej w 2020 r.

3. Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.

4. Min. 12-bitowy min. 12-bitowy

5. Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej.

6. Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych min. 4 600 000

7. Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4

8. Ilość gniazd parkingowych min. 2

9. Dynamika systemu min. 300 dB

10. Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach. Przekątna

ekranu min. 21 cali

11. Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo

12. Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu

13. Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna min. 10 cali

14. Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 1 MHz do 20 MHz.

15. Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop). Min. 75 000 obrazów

16. Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie

17. Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 900 s

18. Regulacja głębokości pola obrazowania Min. 1 - 39 cm

19. Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 300
20. Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy
21. Wysuwana klawiatura spod pulpitu sterującego
Obrazowanie i prezentacja obrazu
22. Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.
 - B, B + B, 4 B
 - M
 - B + M
 - D
 - B + D
 - B + C (Color Doppler)
 - B + PD (Power Doppler)
 - 4 B (Color Doppler)
 - 4 B (Power Doppler)
 - B + Color + M
23. Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 3500 obrazów/s
24. Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 400 obrazów/s
25. Obrazowanie harmoniczne min. 10 pasm częstotliwości
26. Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)
27. Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/s
28. Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy
29. Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach
30. Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania)
31. Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 15 m/s (przy zerowym kącie bramki)
32. Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,5 mm do 20 mm
33. Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie min. +/- 30 stopni
34. Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. +/- 80 stopni
35. Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni
36. Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI
37. Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)
38. Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 9
39. System obrazowania wyodrządzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach
40. Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)
41. Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym
42. Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych

W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

dodatkowy kod CPV: 33112200-0 - aparaty ultrasonograficzne

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 199-518516](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

Wideobronchoskop

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

15/11/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: OLYMPUS Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wynalazek 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-677
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 258 336,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2

Nazwa:

Wideobronchoskop ultrasonograficzny EBUS

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

15/11/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: OLYMPUS Polska Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 312 208,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3

Nazwa:

Sondy radialne USG wraz z osprzętem do biopsji obwodowych guzów płuca

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

15/11/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: OLYMPUS Polska Sp. z o.o.

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 141 097,60 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4

Nazwa:

Urządzenie do kriobiopsji płuca (+20 sond)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

15/11/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Erbe Polska Sp. z o.o.

Adres pocztowy: Al. Rzeczypospolitej 14, lok. 2.8

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 02-972

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 58 850,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Część nr: 5

Nazwa:

Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

15/11/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: OLYMPUS Polska Sp. z o.o.

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 407 709,63 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.3. Informacje dodatkowe**VI.4. Procedury odwoławcze**

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje na:

1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
 - Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 - Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 - b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Zamówień Publicznych.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

30/11/2021