

816910-2025 - Wyniki

Polska – Urządzenia medyczne – ZP 56/25 „Dostawa nowej lampy RTG do tomografu komputerowego, wraz z montażem i testami, oraz demontażem i utylizacją uszkodzonej lampy”
OJ S 237/2025 09/12/2025
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
E-mail: przetargi@skp.ump.edu.pl
Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Zdrowie

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: ZP 56/25 „Dostawa nowej lampy RTG do tomografu komputerowego, wraz z montażem i testami, oraz demontażem i utylizacją uszkodzonej lampy”
Opis: ZP 56/25 „Dostawa nowej lampy RTG do tomografu komputerowego, wraz z montażem i testami, oraz demontażem i utylizacją uszkodzonej lampy”
Identyfikator procedury: efe71ade-5e8c-4a80-967a-4edac893d8e5
Poprzednie ogłoszenie: 796746-2025
Wewnętrzny identyfikator: ZP 56/25
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 33100000 Urządzenia medyczne

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych -

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: ZP 56/25 „Dostawa nowej lampy RTG do tomografu komputerowego, wraz z montażem i testami, oraz demontażem i utylizacją uszkodzonej lampy”
Opis: ZP 56/25 „Dostawa nowej lampy RTG do tomografu komputerowego, wraz z montażem i testami, oraz demontażem i utylizacją uszkodzonej lampy”

Wewnętrzny identyfikator: ZP 56/25 „Dostawa nowej lampy RTG do tomografu komputerowego, wraz z montażem i testami, oraz demontażem i utylizacją uszkodzonej lampy”

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 33100000 Urządzenia medyczne

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Poznań (PL415)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 31/01/2026

Okres obowiązywania: 12 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Okres gwarancji

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Pzp

6. Wyniki

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.

Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy: nieopublikowane

Kod uzasadnienia: Inny interes publiczny

Uzasadnienie późniejszej publikacji: nie dotyczy późniejszej publikacji. Zamawiający na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą pzp, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

pn.: „Dostawa nowej lampy RTG do tomografu komputerowego, wraz z montażem i testami, oraz demontażem i utylizacją uszkodzonej lampy”- zostaje unieważnione, na podstawie art. 256 ustawy pzp Uzasadnienie Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. W dniu 28.11.2025 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP 56/25 pod nazwą „Dostawa nowej lampy RTG do tomografu komputerowego, wraz z montażem i testami, oraz demontażem i utylizacją uszkodzonej lampy”. Przedmiotem zamówienia była dostawa nowej lampy RTG wraz z montażem, testami oraz demontażem i utylizacją uszkodzonej lampy. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 07.01.2026 r. Tymczasem w dniu 04.12.2025 r. nastąpiła awaria urządzenia polegająca na uszkodzeniu lampy (stanowiącej przedmiot zamówienia w postępowaniu ZP 56/25) tomografu komputerowego Somatom Force, producent „Siemens”, rok produkcji 2019, numer seryjny 76117. Awaria wyłączyła urządzenie z użytkowania. Wskazane urządzenie jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala. Badania wykonywane przy jego użyciu w Pracowni TK umożliwiają prowadzenie prawidłowej diagnostyki obrazowej pacjentów, w szczególności pacjentów z podejrzeniem udarów mózgu, procesów rozrostowych oraz zaburzeń neurologicznych. Niezwłoczna naprawa uszkodzonego urządzenia poprzez wymianę uszkodzonego elementu jest konieczna dla wykonywania zarówno świadczeń planowych, jak i świadczeń niezbędnych w sytuacjach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów. Szpital dołożył należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji świadczeń zdrowotnych. W ramach cyklu eksploatacyjnego urządzenia wszczęto ww. postępowanie ZP 56/25. Postępowanie to nie wynikało z przewidywania konkretnej daty wystąpienia awarii ani możliwości nagłego wyłączenia urządzenia z użytkowania, lecz miało charakter prewencyjny, związany z naturalnym zużyciem urządzenia. Zamawiający nie posiadał wiedzy ani danych technicznych pozwalających określić moment wystąpienia usterki. Pomimo zachowania należytej staranności, doszło do nieprzewidywalnej awarii lampy – przed planowanym terminem otwarcia ofert i realizacji zamówienia objętego postępowaniem ZP 56/25. Odroczenie interwencji do czasu zakończenia wspomnianego postępowania może spowodować realne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów Szpitala, w szczególności poprzez: • przekładanie na odległe terminy świadczeń planowych, w ramach których zaplanowano diagnostykę TK, • brak możliwości zapewnienia szybkiej diagnostyki pacjentów w stanach nagłych wymagających pilnej interwencji medycznej. Dalsze kontynuowanie postępowania ZP 56/25 nie pozwala na zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, ponieważ jego zakończenie i podpisanie umowy nastąpiłoby dopiero po upływie terminu składania ofert (07.01.2026 r.), a następnie po przeprowadzeniu czynności badania i oceny ofert oraz uwzględnieniu ewentualnych środków ochrony prawnej. W praktyce oznacza to realną możliwość realizacji zamówienia dopiero po upływie kilku tygodni od dnia 07.01.2026 r. Okoliczności te mają charakter nagły i nieprzewidywalny, a ich skutki uniemożliwiają zapewnienie prawidłowego i ciągłego wykonywania świadczeń zdrowotnych przez Szpital. W związku z powyższym niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do dokonania pilnej naprawy i przywrócenia sprawności urządzenia jest konieczne i uzasadnione interesem pacjentów, bezpieczeństwem zdrowotnym i ochroną życia i zdrowia pacjentów . Podsumowując: Wyjątkowa sytuacja, polegał na nagłej awarii lampy. Awarii tej nie można było przewidzieć, ponieważ jakby była taka awaria możliwa do przewidzenia to a contrario, Zamawiający wszczął by odpowiednio wcześniej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjnym, tak by zdążyć przed wystąpieniem takiej awarii. Należy podkreślić, że wszczęcie postępowania ZP 56/25 miało charakter wyłącznie prewencyjny,

wnikało z cyklu eksploatacyjnego urządzenia a nie z przewidywania konkretnego momentu (daty) wystąpienia awarii. Zamawiający nie posiadał wiedzy ani danych technicznych pozwalających określić datę wystąpienia usterki, a jedynie działał zgodnie z zasadą należytej staranności, na potrzeby wymiany zużywającego się elementu urządzenia. Niespodziewana, awaria lampy nastąpiła jednak przed planowanym terminem realizacji zamówienia objętego postępowaniem ZP 56/25. Ponadto, awaria lampy nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego tj.: wystąpiła nagle w toku prawidłowej eksploatacji (normalnego użycia) urządzenia. Natomiast z uwagi na działalność statutową Zamawiającego i jego obowiązki ustawowe w systemie ochrony zdrowia - wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, aby zapewnić ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym diagnostyki w stanach nagłych, co samo przez się powoduje że nie jest możliwe zachowanie terminów właściwych dla innych trybów udzielenia zamówienia publicznego, gdyż oczekiwanie na zakończenie prowadzonego postępowania konkurencyjnego (w tym przypadku przedmiotowe postępowanie ZP 56/25 z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 07.01.2026) doprowadziłoby do realnego zagrożenia życia i zdrowia pacjentów. W konsekwencji zachodzą łącznie wszystkie przesłanki wskazane w art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, uprawniające Zamawiającego do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Wobec wszystkich okoliczności o których mowa powyżej

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Numer rejestracyjny: 7811621544

Departament: Wielkopolska

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 60-572

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Poznań (PL415)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych

E-mail: przetargi@skp.ump.edu.pl

Telefon: +48 618491375

Faks: +48 618491562

Adres strony internetowej: <https://www.skp.ump.edu.pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

Profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239225

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: (22) 458 78 01

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. **ORG-0000**

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: b1f64c47-5d6a-4032-9342-15ddad92eeec - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 29

Ogłoszenie – data wysłania: 08/12/2025 09:02:42 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 816910-2025

Numer wydania Dz.U. S: 237/2025

Data publikacji: 09/12/2025