

141215-2026 - Concurso

Bélgica – Aparelhos de análise – Marché de fournitures « Fourniture et installation d'analyseurs de la qualité de l'air (ozone, oxydes d'azote, particules en suspension PM10 et PM2.5) pour le réseau fixe de surveillance de la qualité de l'air ambiant en Wallonie »

OJ S 41/2026 27/02/2026

**Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal - Anúncio de alteração
Fornecimentos**

1. Adquirente

1.1. Adquirente

Nome oficial: Institut Scientifique de Service Public

Correio eletrónico: direction@issep.be

Forma jurídica do adquirente: Autoridade da administração central

Atividade da autoridade adjudicante: Serviços públicos das administrações públicas

2. Procedimento

2.1. Procedimento

Título: Marché de fournitures « Fourniture et installation d'analyseurs de la qualité de l'air (ozone, oxydes d'azote, particules en suspension PM10 et PM2.5) pour le réseau fixe de surveillance de la qualité de l'air ambiant en Wallonie »

Descrição: L'objet du marché est l'acquisition (y compris, l'installation et la mise en service) d'instruments ainsi que leurs accessoires afin d'analyser la qualité de l'air ambiant pour le réseau fixe de surveillance de la qualité de l'air ambiant en Wallonie. Les composés visés sont : l'ozone, les oxydes d'azote, les particules en suspension (PM10 ; PM2.5). Ces fournitures relèvent du code CPV : 38432000 Enumération (et détail éventuel) des prestations à exécuter : - livraison - montage/installation - mise en service - formation - service après-vente Lot(s) : Le marché est divisé en lots. Lot 1 : Analyseur de référence de l'ozone (O3) selon la norme NBN EN 14625 :2024, 18 analyseurs. Les références techniques de ces analyseurs sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges. Lot 2 : Analyseur de référence des oxydes d'azote (NO2, NO et NOx) selon la norme NBN EN 14211 :2024, 26 analyseurs. Les références techniques de ces analyseurs sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges. Lot 3 : Analyseur des particules en suspensions PM10 et PM2.5 et leurs accessoires selon la norme NBN EN 16450 :2017, 30 analyseurs, accessoires utiles. Les références techniques de ces analyseurs ainsi que de leurs accessoires sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges. Vous pouvez remettre offre pour plusieurs lots. Tous les lots pourront vous être attribués. Vous pouvez proposer des rabais ou améliorations en cas d'attribution de plusieurs lots : OUI. Variante(s) : Ce marché ne comporte aucune variante autorisée, exigée ou libre. Vous ne pouvez pas introduire de variante. Les variantes libres sont interdites. Les variantes éventuellement proposées ne seront pas prises en compte. Option(s) : Ce marché ne comporte aucune option autorisée, exigée ou libre. Vous ne pouvez pas introduire d'option. Les options libres sont interdites. Les options éventuellement proposées ne seront pas prises en compte. Tranche(s) : Pour chacun des trois lots, le marché est divisé en tranches. Le caractère ferme ou conditionnel des tranches dépend du caractère certain ou non de leur commande par le pouvoir adjudicateur. La conclusion du marché porte sur l'ensemble du marché mais n'engage le pouvoir adjudicateur que pour les tranches fermes. Les tranches

fermes vous sont commandées au moment de la notification du marché. La/Les tranche(s) conditionnelle(s) peu(ven)t être commandée(s) plus tard, mais l'adjudicateur n'y est pas obligé. Le marché contient les tranches fermes suivantes : Lot 1 : Analyseur de référence de l'ozone (O3) selon la norme NBN EN 14625 :2024, achat de 16 analyseurs. Lot 2 : Analyseur de référence des oxydes d'azote (NO2, NO et NOx) selon la norme NBN EN 14211 :2024, achat de 22 analyseurs. Lot 3 : Analyseur des particules en suspensions PM10 et PM2.5 et leurs accessoires selon la norme NBN EN 16450 :2017, achat de 26 analyseurs, accessoires utiles. Le marché contient les tranches conditionnelles suivantes : Lot 1 : Analyseur de référence de l'ozone (O3) selon la norme NBN EN 14625 :2024, achat de 2 analyseurs supplémentaires. Lot 2 : Analyseur de référence des oxydes d'azote (NO2, NO et NOx) selon la norme NBN EN 14211 :2024, achat de 4 analyseurs supplémentaires. Lot 3 : Analyseur des particules en suspensions PM10 et PM2.5 et leurs accessoires selon la norme NBN EN 16450 :2017, achat de 4 analyseurs supplémentaires et leurs accessoires utiles. La commande de la /les tranche(s) conditionnelle(s) vous sera adressée par le pouvoir adjudicateur selon les modalités suivantes : modalités identiques à la commande des analyseurs relatifs aux tranches fermes.

Identificador do procedimento: 68abdb68-ffee-480f-a0ea-93d3b6104e3d

Identificador interno: CSC 22/25

Tipo de procedimento: Aberto

O procedimento é acelerado: não

2.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Fornecimentos

Classificação principal (cpv): 38432000 Aparelhos de análise

2.1.2. Local de execução

Subdivisão do país (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

País: Bélgica

2.1.4. Informações gerais

Base jurídica:

Diretiva 2014/24/UE

2.1.5. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Número máximo de lotes para os quais um proponente pode apresentar propostas: 3

Condições do contrato:

Número máximo de lotes que podem ser adjudicados a um proponente no quadro de um contrato: 0

2.1.6. Motivos de exclusão

Fontes dos motivos de exclusão: Documento do concurso

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: Lot 1 : Analyseur de référence de l'ozone (O3) selon la norme NBN EN 14625 :2024, 18 analyseurs. Les références techniques de ces analyseurs sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges.

Descrição: Principe de mesure : Méthode de référence spécifiée dans la directive 2024/2881 et selon la norme spécifique NBN EN 14625 :2024. Performances : Le modèle d'analyseur doit être conforme et a dû satisfaire à tous les tests d'approbation de type (en laboratoire et

sur site) définis dans la norme NBN 14625 :2024. De plus, il doit satisfaire à la conformité de qualité « QAL1 » selon mais selon la norme EN 15267-1 : 2023 (la norme EN 15267-1 (2009) ayant été officiellement retirée.) De ce fait, le modèle d'équipement doit être repris sur le site <https://gal1.de/en/main-navigation/start/> et détenir un certificat de conformité valable. L'appareil doit satisfaire aux normes de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne. L'analyseur doit être équipé : - D'une alimentation : 230 VAC – 50 Hz - D'un écran d'affichage : pour lecture des concentrations, des alarmes et des paramètres de fonctionnement, graphique, etc - De capteurs pression et température : pour permettre la correction automatique des mesures en CNTP. - D'électrovannes internes à l'appareil télécommandables : voies « zéro », « span » et « sample ». - D'un système interne de génération d'air zéro : pour permettre des contrôles automatiques au zéro - D'un système interne de génération d'ozone : pour permettre des contrôles automatiques au point d'échelle (span). - De raccords de conduites : prévu pour du tubing de 6 mm de diamètre extérieur. - D'un système de fixations pour rack 19". - De ports de communication de type série RS-232 et RJ45 (IP). - D'un filtre d'entrée sur la voie échantillon qui sera placé devant les électrovannes de cycles afin de les protéger des poussières Tout particulièrement concernant le système d'enregistrement et la transmission des données vers un système d'acquisition externe : L'équipement doit pouvoir enregistrer les données sur sa mémoire interne. Mais surtout, l'analyseur sera à 100 % compatible avec le système d'acquisition de données de la marque ENVEA (et ce inclus tous les produits de la gamme ENVEA « XR ». Ex : SAM LITE, SAM LX, etc). Le protocole dédié permettra l'acquisition des données, des paramètres techniques, de tous les défauts et toutes les alarmes ainsi que l'envoi de commandes pour permettre les contrôles automatiques via les voies « zéro » et « span ». Ce protocole doit être disponible en IP (port RJ45) ainsi qu'en RS (RS-232) et sera totalement opérationnel. De ce fait, il devra être répertorié dans le listing des protocoles numériques développés par ENVEA. Ce catalogue ENVEA est mis à la disposition de l'ISSEP et ces aspects seront vérifiés. L'adjudicataire doit également fournir : - l'installation dans les racks 19" des stations de mesure, la mise en service et le raccordement au système d'acquisition des données (ENVEA) ; - une formation d'une journée pour huit personnes présentant l'analyseur, son fonctionnement, son utilisation, ses principales pannes, sa maintenance préventive, etc ; - le mode d'emploi en 2 exemplaires en français ou en anglais comprenant : le circuit fluide de l'analyseur ; les caractéristiques techniques ; le protocole de communication(RS / IP); la description des opérations normales ; la description du fonctionnement des éléments internes la description du montage des pièces de rechange ; les schémas des circuits électroniques ; la liste de recherche des pannes ; la liste des pièces de rechange ; la description des entretiens préventif et correctif. - la fiche de contrôle avec les valeurs de paramètres d'origine testées par le constructeur avant l'expédition de l'appareil.

Identificador interno: 1

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Fornecimentos

Classificação principal (cpv): 38432000 Aparelhos de análise

5.1.2. Local de execução

Subdivisão do país (NUTS): Arr. Liège (BE332)

País: Bélgica

5.1.3. Duração estimada

Duração: 1 Ano

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso

5.1.11. Documentos do concurso

Endereço dos documentos do concurso: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/documents>

Canal de comunicação ad hoc:

URL: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/forum>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/general>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: francês

Catálogo eletrónico: Não autorizado

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Prazo para a receção das propostas: 10/03/2026 09:30:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 120 Dias

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrónica: Necessário

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Conseil d'Etat

Informações sobre os prazos de recurso: Ces informations seront communiqués dans les lettres de notification de la décision.

5.1. Lote: LOT-0002

Título: Lot 2 : Analyseur de référence des oxydes d'azote (NO₂, NO et NO_x) selon la norme NBN EN 14211 :2024, 26 analyseurs. Les références techniques de ces analyseurs sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges.

Descrição: Principe de mesure : Méthode de référence spécifiée dans la directive 2024/2881 et selon la norme spécifique NBN EN 14211 :2024. Performances : Le modèle d'analyseur doit être conforme et a dû satisfaire à tous les tests d'approbation de type (en laboratoire et

sur site) définis dans la norme NBN 14211 :2024. De plus, il doit satisfaire à la conformité de qualité « QAL1 » selon la norme EN 15267-1 : 2023 (la norme EN 15267-1 (2009) ayant été officiellement retirée.) De ce fait, le modèle d'équipement doit être repris sur le site <https://qal1.de/en/main-navigation/start/> et détenir un certificat de conformité valable. L'appareil doit satisfaire aux normes de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne. L'analyseur doit être équipé : - D'une alimentation : 230 VAC – 50 Hz - D'un écran d'affichage : pour lecture des concentrations, des alarmes et des paramètres de fonctionnement, graphique, ... - De capteurs pression et température : pour permettre la correction automatique des mesures en CNTP. - D'électrovannes internes à l'appareil télécommandables : voies « zéro », « span » et « sample ». - D'un système interne de génération d'air zéro : pour permettre des contrôles automatiques du zéro. - D'un système interne permettant l'injection d'un gaz de contrôle en pression afin de permettre des contrôles automatiques au point d'échelle (span). De ce fait, un élément de contrôle/régulation du débit doit être présent pour l'injection du gaz (voie « span »). Par exemple, cette régulation se fera par orifice critique ou par régulation manuelle via un rotamètre. - De raccords de conduites : prévu pour tubing de 6 mm de diamètre extérieur. - D'un système de fixations pour rack 19". - De ports de communication de type série RS-232 et RJ45 (IP). - D'un filtre d'entrée sur la voie échantillon qui sera placé devant les électrovannes de cycles afin de les protéger des poussières Tout particulièrement concernant le système d'enregistrement et la transmission des données vers un système d'acquisition externe : L'équipement doit pouvoir enregistrer les données sur sa mémoire interne. Mais surtout, l'analyseur sera à 100 % compatible avec le système d'acquisition de données de la marque ENVEA (et ce inclus tous les produits de la gamme ENVEA « XR ». Ex : SAM LITE, SAM LX, etc). Le protocole permet l'acquisition des données, des paramètres techniques, de tous les défauts et toutes les alarmes ainsi que l'envoi de commandes pour permettre les contrôles automatiques via les voies « zéro » et « span ». Ce protocole doit être disponible en IP (RJ45 Ethernet) ainsi qu'en RS (RS-232) et sera totalement opérationnel. De ce fait, il devra être répertorié dans le listing des protocoles numériques développés par ENVEA. Ce catalogue ENVEA est mis à la disposition de l'ISSeP et ces aspects seront vérifiés. L'adjudicataire doit également fournir : - l'installation dans les racks 19" des stations de mesure, la mise en service et le raccordement au système d'acquisition des données (ENVEA SAM) - une formation d'une journée pour huit personnes présentant l'analyseur, son fonctionnement, son utilisation, ses principales pannes, sa maintenance préventive, etc ; - le mode d'emploi en 2 exemplaires en français ou en anglais comprenant : le circuit fluide de l'analyseur ; les caractéristiques techniques ; le protocole de communication(RS / IP); la description des opérations normales ; la description du fonctionnement des éléments internes la description du montage des pièces de rechange ; les schémas des circuits électroniques ; la liste de recherche des pannes ; la liste des pièces de rechange ; la description des entretiens préventif et correctif. - la fiche de contrôle avec les valeurs de paramètres d'origine testées par le constructeur avant l'expédition de l'appareil.

Identificador interno: 2

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Fornecimentos

Classificação principal (cpv): 38432000 Aparelhos de análise

5.1.2. Local de execução

Subdivisão do país (NUTS): Arr. Liège (BE332)

País: Bélgica

5.1.3. Duração estimada

Duração: 1 Ano

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso

5.1.11. Documentos do concurso

Endereço dos documentos do concurso: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/documents>

Canal de comunicação ad hoc:

URL: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/forum>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/general>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: francês

Catálogo eletrónico: Não autorizado

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Prazo para a receção das propostas: 10/03/2026 09:30:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 120 Dias

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrónica: Necessário

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Conseil d'Etat

Informações sobre os prazos de recurso: Ces informations seront communiqués dans les lettres de notification de la décision.

5.1. Lote: LOT-0003

Título: Lot 3 : Analyseur des particules en suspensions PM10 et PM2.5 et leurs accessoires selon la norme NBN EN 16450 :2017, 30 analyseurs, accessoires utiles. Les références techniques de ces analyseurs ainsi que de leurs accessoires sont plus détaillées dans les clauses techniques de ce cahier spécial des charges.

Descrição: Principe de mesure : Méthode optique de mesure. Tout autre principe de mesure (ex : rayonnement beta, microbalance) ne sera pas accepté. La méthode de mesure proposée doit être reconnue et démontrée équivalente à la méthode de référence selon la norme spécifique NBN EN 16450 :2017. La mesure des fractions PM10 et PM2.5 doit être réalisée en simultanée par le même instrument. Performances : Le modèle d'analyseur doit être conforme et a dû satisfaire à tous les tests d'approbation de type (en laboratoire et sur site) définis dans la norme NBN 16450 :2017. De plus, il doit satisfaire à la conformité de qualité « QAL1 » selon la norme EN 15267-1 : 2023 (la norme EN 15267-1 (2009) ayant été officiellement retirée.) De ce fait, le modèle d'équipement doit être repris sur le site <https://qal1.de/en/main-navigation/start/> et détenir un certificat de conformité valable. L'équipement devra être également repris dans la liste des appareils conformes pour la mesure réglementaire de la qualité de l'air définie et publiée par le LCSQA (Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air, France. Selon la mise à jour du 09/07/2025). L'appareil doit satisfaire aux normes de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne. L'analyseur doit être équipé : - D'une alimentation : 230 VAC – 50 Hz - D'un écran d'affichage : pour lecture des concentrations, des alarmes et des paramètres de fonctionnement, graphique, ... - De capteurs pression et température : pour permettre la correction automatique des mesures en CNTP. - D'un capteur d'humidité relative présent dans le flux d'échantillonnage afin de contrôler l'hygrométrie de l'aérosol analysé. - D'un système de fixations pour rack 19". - De ports de communication de type série RS-232 et RJ45 (IP). Tout particulièrement concernant le système d'enregistrement et la transmission des données vers un système d'acquisition externe : L'équipement doit pouvoir enregistrer les données sur sa mémoire interne. Mais surtout, l'analyseur sera à 100 % compatible avec le système d'acquisition de données de la marque ENVEA (et ce inclus tous les produits de la gamme ENVEA « XR ». Ex : SAM LITE, SAM LX, etc). Le protocole permet l'acquisition des données, des paramètres techniques, de tous les défauts et toutes les alarmes ainsi que l'envoi de commandes pour permettre les contrôles automatiques via les voies « zéro » et « span ». Ce protocole doit être disponible en IP (RJ45 ethernet) ainsi qu'en RS (RS-232) et sera totalement opérationnel. De ce fait, il devra être répertorié dans le listing des protocoles numériques développés par ENVEA. Ce catalogue ENVEA est mis à la disposition de l'ISSEP et ces aspects seront vérifiés. L'adjudicataire doit également fournir : - tout le matériel nécessaire à l'installation de l'analyseur en station (passe-toit, système d'étanchéité, visserie, etc) ; - l'installation dans les racks 19" des stations de mesure, la mise en service et le raccordement au système d'acquisition des données (ENVEA SAM) ; - une formation d'une journée pour huit personnes présentant l'analyseur, son fonctionnement, son utilisation, ses principales pannes, sa maintenance préventive, etc; - le mode d'emploi en 2 exemplaires en langage français et potentiellement au moins un autre langage, par exemple en anglais, comprenant : le circuit fluide de l'analyseur ; les caractéristiques techniques ; le protocole de communication(RS / IP); la description des opérations normales ; la description du fonctionnement des éléments internes la description du montage des pièces de rechange ; les schémas des circuits électroniques ; la liste de recherche des pannes ; la liste des pièces de rechange ; la description des entretiens préventif et correctif. - la fiche de contrôle avec les valeurs de paramètres d'origine testées par le constructeur avant l'expédition de l'appareil. L'adjudicataire doit fournir également les accessoires techniques suivants : - un kit de maintenance pour un fonctionnement normal durant une période de deux ans. - un kit de contrôle portable prévu pour le terrain afin de garantir la qualité de la mesure optique de l'analyseur. - un kit de contrôle du débit prévu pour le terrain, - un kit de contrôle de l'étanchéité

du circuit prévu pour le terrain, - un kit de contrôle et/ou de calibration de la sonde météo, - un kit permettant de réaliser un contrôle « air zéro » prévu pour le terrain.

Identificador interno: 3

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Fornecimentos

Classificação principal (cpv): 38432000 Aparelhos de análise

5.1.2. Local de execução

Subdivisão do país (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

País: Bélgica

5.1.3. Duração estimada

Duração: 1 Ano

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso

5.1.11. Documentos do concurso

Endereço dos documentos do concurso: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/documents>

Canal de comunicação ad hoc:

URL: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/forum>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/01f54846-f3d6-4392-84c9-2dd29e8ea737/general>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: francês

Catálogo eletrónico: Não autorizado

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Prazo para a receção das propostas: 10/03/2026 09:30:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 120 Dias

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrónica: Necessário

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Conseil d'Etat

Informações sobre os prazos de recurso: Ces informations seront communiquées dans les lettres de notification.

8. Organizações

8.1. ORG-0001

Nome oficial: Institut Scientifique de Service Public

Número de registo: 0241530493_5262

Endereço postal: Rue du Chéra 200

Cidade: Liège

Código postal: 4000

Subdivisão do país (NUTS): Arr. Liège (BE332)

País: Bélgica

Correio eletrónico: direction@issep.be

Telefone: +32 42298311

Endereço Internet: <http://www.issep.be>

Perfil do adquirente: <https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=5262&includeOrganisationChildren=true>

Funções desta organização:

Adquirente

8.1. ORG-0002

Nome oficial: SPF Stratégie et Appui

Número de registo: BE001

Endereço postal: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1

Cidade: Bruxelles

Código postal: 1000

Subdivisão do país (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

País: Bélgica

Correio eletrónico: revise@publicprocurement.be

Telefone: +32 2 740 80 00

Endereço Internet: <https://bosa.belgium.be>

Funções desta organização:

TED eSender

8.1. ORG-0003

Nome oficial: Conseil d'Etat

Número de registo: 0931814266

Cidade: Bruxelles

Código postal: 1000

Subdivisão do país (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

País: Bélgica

Funções desta organização:

Instância de recurso

10. Alteração

Versão do anúncio anterior a alterar

:

2edfdee2-6f76-42ee-b1e2-cad710023d5a-01

Principal motivo da alteração

:

Informações atualizadas

10.1. Alteração

Identificador da secção: PROCEDURE

Os documentos do concurso foram alterados em: 25/02/2026

Informações sobre o anúncio

Identificador/versão do anúncio: e7fbb5b0-349f-4d00-b360-193464ec234f - 01

Tipo de formulário: Concurso

Tipo de anúncio: Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal

Subtipo de anúncio: 16

Data de envio do anúncio: 25/02/2026 00:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Data de envio do anúncio eSender: 25/02/2026 00:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa Central, hora de verão da Europa Ocidental

Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: francês

Número de publicação do anúncio: 141215-2026

N.º de edição do JO S: 41/2026

Data de publicação: 27/02/2026