

Eslováquia-Bratislava: Material médico de consumo

OJ S 141/2021 23/07/2021

Retificativo

Fornecimentos

Base jurídica:

Diretiva 2014/24/UE

Secção I: Autoridade/Entidade adjudicante

I.1. Nome e endereços

Nome oficial: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Número de registo nacional: 00165565

Endereço postal: Limbová

Localidade: Bratislava-Nové Mesto

Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj

Código postal: 837 52

País: Eslováquia

Pessoa de contacto: Ing. Ivana Ichnatoliová

Correio eletrónico: ivana.ichnatoliová@health.gov.sk

Telefone: +421 259373289

Fax: +421 254789321

Endereço(s) Internet:

Endereço principal: <https://www.health.gov.sk/>

Endereço do perfil do adquirente: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/636>

Secção II: Objeto

II.1. Quantidade ou âmbito do concurso

II.1.1. Título

Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19

Número de referência: S16757-2021-OddZZ

II.1.2. Código CPV principal

33140000 Material médico de consumo

II.1.3. Tipo de contrato

Fornecimentos

II.1.4. Descrição resumida

Predmetom zákazky je nákup 250 ks kitov na RT-qPCR detekciu COVID-19 na vykonanie cirka 250 000 reakcií na detekciu SARS-CoV-2. Pre vírus SARS-CoV-2 by mali byť použité najmenej dva ciele genómu ktoré kódujú kľúčové vírusové proteíny podľa odporúčaní WHO a aspoň jeden z cieľov musí byť úplne špecifický pre SARS-CoV-2 vo vzťahu k iným respiračným RNA vírusom. Kit obsahuje špecifické primery a sondy na detekciu SARS-CoV-2 vírusu v qPCR reakcií má spĺňať nasledovné:

- 1) kit s európskou certifikáciou pre in vitro diagnostiku - CE IVD/rovnocenný ekvivalent
- 2) kit určený pre použitie na prístrojoch Real Time PCR s fluorescenčnou detekciou (napr. BioRAD CFX, ThermoFisher ABI 7500, ROCHE LIGHT CYCLER 480 a obdobné)

- 3) kit na princípe TaqMan eseje s fluorescenčnou detekciou amplifikácie; nutná jednokroková esej
- 4) Kit zahŕňa:
- internú kontrolu na sledovanie kvality priebehu RT-PCR (vrátane syntetickej)
 - kontrolu kvality odberu a izolácie cez detekciu ľudského génu
 - pozitívnu kontrolu a pasívnu referenciu na kontrolu kolísania fluorescence
- 5) kit umožňujúci prídanie aspoň 5(mikro)L testovanej vzorky
- 6) limit detekcie na úrovni min. 2 kópií genómu v reakcii so senzitivitou aspoň 95 % kit s expiračnou dobou minimálne 12 mesiacov

Secção VI: Informação complementar

VI.5. Data de envio do presente anúncio

20/07/2021

VI.6. Referência do anúncio inicial

Número do anúncio no JO S: [2021/S 107-279626](#)

Secção VII: Alterações

VII.1. Informação a alterar ou acrescentar

VII.1.2. Texto a alterar no anúncio inicial

Número da secção: IV.2.2)

Ponto onde se encontra o texto a alterar:

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Em vez de:

Data: 23/07/2021 Hora local: 10:00

Ler:

Data: 30/07/2021 Hora local: 10:00

Número da secção: IV.2.7)

Ponto onde se encontra o texto a alterar:

Podmienky na otváranie ponúk

Em vez de:

Data: 23/07/2021 Hora local: 10:30

Ler:

Data: 30/07/2021 Hora local: 10:30

VII.2. Outras informações complementares