

259935-2026 - Procedură concurențială

Croația – Aparate de mamografie – Nabava mamografa s kontrastnom tomosintezom, stereotaksijom i vakuum iglenom biopsijom

OJ S 74/2026 16/04/2026

Anunț de participare sau de concesionare - regim standard - Anunț de schimbare
Produse

1. Cumpărător

1.1. Cumpărător

Denumire oficială: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

E-mail: info@pozeska-bolnica.hr

Forma juridică a achizitorului: Organism de drept public, controlat de o autoritate guvernamentală centrală

Activitatea autorității contractante: Sănătate

2. Procedură

2.1. Procedură

Titlu: Nabava mamografa s kontrastnom tomosintezom, stereotaksijom i vakuum iglenom biopsijom

Descriere: Predmet nabave je isporuka, instalacija i puštanje u rad digitalnog mamografskog sustava s kontrastno pojačanom tomosintezom, stereotaksijom i sustavom za vakuum iglenu biopsiju, uključujući edukaciju korisnika i jamstveno održavanje. Uređaj mora biti nov, proizveden sukladno važećim propisima za medicinske proizvode, s CE oznakom te omogućavati 2D i 3D snimanje, kontrastnu mamografiju, stereotaksijsko navođenje i izvođenje vakuum biopsije uz DICOM kompatibilnost i integraciju s RIS/PACS sustavom naručitelja.

Identifikatorul procedurii: 1ca718d8-2d11-4033-9ede-37b05dadcb2a

Identifikator intern: 73/26

Tip de procedură: Deschisă

Procedura este accelerată: nu

Principalele caracteristici ale procedurii: Otvoreni postupak

2.1.1. Scop

Natura contractului: Produse

Clasificarea principală (cpv): 33111650 Aparate de mamografie

2.1.2. Locul de executare

Subdiviziunea țării (NUTS): Požeško-slavonska županija (HR023)

Țara: Croația

Informații suplimentare: Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, Požega

2.1.3. Valoare

Valoarea estimată fără TVA: 341 000,00 EUR

2.1.4. Informații generale

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

2.1.6. Motive de excludere

Sursele motivelor de excludere: Document de achiziție, Anunț
Participarea la o organizație criminală: Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji
Corupție: Korupcija
Frauda: Prijevarena
Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste: Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima
Combaterea spălării banilor sau a finanțării terorismului: Pranje novca ili financiranje terorizma
Munca copiilor și alte forme de trafic de persoane: Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima
Încălcarea obligației de plată a impozitelor: Plaćanje poreza
Încălcarea obligației de plată a contribuțiilor la asigurările sociale: Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Titlu: Nabava mamografa s kontrastnom tomosintezom, stereotaksijom i vakuum iglenom biopsijom

Descriere: Predmet nabave je isporuka, instalacija i puštanje u rad digitalnog mamografskog sustava s kontrastno pojačanom tomosintezom, stereotaksijom i sustavom za vakuum iglenu biopsiju, uključujući edukaciju korisnika i jamstveno održavanje. Uređaj mora biti nov, proizveden sukladno važećim propisima za medicinske proizvode, s CE oznakom te omogućavati 2D i 3D snimanje, kontrastnu mamografiju, stereotaksijsko navođenje i izvođenje vakuum biopsije uz DICOM kompatibilnost i integraciju s RIS/PACS sustavom naručitelja.

Identifikator intern: 73/26

5.1.1. Scop

Natura contractului: Prognose

Clasificarea principală (cpv): 33111650 Aparat de mamografie

5.1.2. Locul de executare

Subdiviziunea țării (NUTS): Požeško-slavonska županija (HR023)

Țară: Croația

Informații suplimentare: Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, Požega

5.1.3. Durata estimată

Data începerii: 25/05/2026

Durată: 3 Luni

5.1.4. Reînnoire

Numărul maxim de reînnoiri: 0

5.1.5. Valoare

Valoarea estimată fără TVA: 341 000,00 EUR

5.1.6. Informații generale

Participare rezervată:

Participarea nu este rezervată.

Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): da

Această procedură de achiziții publice este adecvată și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri): da

5.1.8. Kriterii de accesibilitate

Nu sunt incluse criterii de accesibilitate pentru persoanele cu handicap, deoarece achizițiile nu sunt destinate a fi utilizate de către persoane fizice

5.1.9. Kriterii de selecție

Sursele criteriilor de selecție: Anunț, Document de achiziție

Criteriu: Înregistrare într-un registru comercial

Descrierea criteriului de selecție: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Criteriu: Mostra, descrieri sau fotografii cu certificare de autenticitate pentru contracte de furnizare

Descrierea criteriului de selecție: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Criteriu: Certificate emise de instituttele de control al calității

Descrierea criteriului de selecție: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

5.1.10. Kriterii de atribuire

Criteriu:

Tip: Preț

Denumire: Cijena ponude

Descriere: Cijena ponude

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 45

Criteriu:

Tip: Calitate

Denumire: Toplinski kapacitet cijevi

Descriere: Toplinski kapacitet cijevi označava maksimalnu količinu toplinske energije koju cijev može akumulirati tijekom rada bez rizika od pregrijavanja te utječe na mogućnost izvođenja većeg broja uzastopnih ekspozicija bez prekida za hlađenje. Veći toplinski kapacitet omogućuje učinkovitiji i kontinuiraniji rad uređaja, što je osobito važno kod postupaka poput tomosinteze, stereotaksije i vakuum iglene biopsije.

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 5

Criteriu:

Tip: Calitate

Denumire: Toplinski kapacitet anode

Descriere: Toplinski kapacitet anode kao dodatni kriterij kvalitete vrednuje se jer izravno utječe na radnu učinkovitost i pouzdanost mamografskog sustava. Veći toplinski kapacitet anode omogućuje izvođenje većeg broja uzastopnih ekspozicija bez potrebe za prekidima rada radi hlađenja rendgenske cijevi, što je osobito važno kod zahtjevnijih postupaka poput digitalne tomosinteze, stereotaksije i vakuumske biopsije dojke.

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 5

Criteriu:

Tip: Calitate

Denumire: Motorizirana rotacija

Descriere: Motorizirana rotacija kao dodatni kriterij kvalitete važna je naručitelju jer omogućuje automatsko i precizno pozicioniranje rendgenske cijevi i detektora tijekom snimanja, posebno kod postupaka tomosinteze, stereotaksije i intervencijskih zahvata. Takvo rješenje doprinosi većoj preciznosti snimanja, lakšem radu osoblja, smanjenju vremena pregleda te većoj

učinkovitosti i pouzdanosti rada sustava, zbog čega se ova značajka opravdano vrednuje kroz dodatno bodovanje.

Categorije a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 5

Criteriu:

Tip: Calitate

Denumire: Kut akvizicije tomosinteze

Descriere: Kut akvizicije tomosinteze predstavlja ukupan raspon kuta (u stupnjevima) kroz koji se rendgenska cijev pomiče tijekom snimanja serije projekcija dojke za potrebe digitalne tomosinteze. Tijekom tog procesa sustav snima više niskodoznih projekcija iz različitih kutova, koje se potom računalnom rekonstrukcijom pretvaraju u slojevite (3D) prikaze dojke.

Categorije a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 5

Criteriu:

Tip: Calitate

Denumire: Veličina piksela

Descriere: Kriterij se odnosi na dostupnu veličinu piksela digitalnog detektora (izraženu u μm). Manja veličina piksela omogućuje veću prostornu rezoluciju i precizniji prikaz sitnih struktura, poput mikrokalcifikacija, te se sustavi s manjom veličinom piksela dodatno boduju.

Categorije a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 5

Criteriu:

Tip: Calitate

Denumire: Tehnologija softverskog rješenja smanjenja raspršenog zračenja (bez rešetke) i provođenje pregleda uz do 20% manju dozu zračenja kod 2D snimanja u usporedbi s dozom pri korištenju konvencionalne rešetke za smanjenje raspršenog zračenja

Descriere: Sustav mora omogućiti smanjenje raspršenog zračenja bez uporabe fizičke rešetke ili uz ekvivalentno tehnološko rješenje, uz istovremeno smanjenje doze zračenja kod 2D snimanja u odnosu na standardnu tehniku s rešetkom. Smanjenje doze zračenja mora biti dokazano usporedivim mjerenjima provedenima u standardiziranim uvjetima (npr. korištenjem standardiziranog fantoma ili kroz kliničku validaciju), uz jasno opisanu metodologiju mjerenja i referentne uvjete usporedbe (snimanje s i bez rešetke). Dostavljena dokumentacija mora sadržavati mjerljive i provjerljive podatke iz kojih je nedvojbeno razvidno ostvarenje traženog učinka.

Categorije a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 5

Criteriu:

Tip: Calitate

Denumire: Rekonstrukcija 2D i 3D sumacijske snimke iz tomosinteze

Descriere: Kriterij se odnosi na mogućnost mamografskog sustava da iz podataka dobivenih tijekom tomosinteznog snimanja softverski rekonstruira 2D sintetsku (sumacijsku) snimku te 3D slojevite prikaze dojke, bez potrebe za dodatnim zasebnim 2D snimanjem. Takva funkcionalnost omogućuje smanjenje doze zračenja pacijentici, skraćanje trajanja pregleda te učinkovitiju analizu dobivenih snimki, pa se sustavi koji omogućuju ovu rekonstrukciju dodatno boduju.

Categorije a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 5

Criteriu:

Tip: Calitate

Denumire: Kako bi se omogućila optimalna prilagodba spektra zračenja različitim debljinama i strukturama dojke te osigurala odgovarajuća kvaliteta slike u skladu s kliničkim zahtjevima, broj filtera ≥ 4

Descriere: Kriterij se odnosi na broj dostupnih rendgenskih filtera u mamografskom sustavu koji omogućuju prilagodbu spektra rendgenskog zračenja različitim debljinama i strukturama dojke. Veći broj dostupnih filtera omogućuje optimalnu prilagodbu kvalitete snimanja i doze zračenja različitim kliničkim situacijama, čime se osigurava odgovarajuća kvaliteta slike i učinkovitija dijagnostika, pa se sustavi koji imaju četiri ili više filtera dodatno boduju.

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 5

Criteriu:

Tip: Calitate

Denumire: Oslikavanje uzoraka bioptiranog tkiva na mamografskom uređaju bez izravnog ozračivanja dojke za vrijeme dok je pacijent i dalje pozicioniran na uređaju

Descriere: Kriterij se odnosi na mogućnost mamografskog sustava da omogući oslikavanje (verifikaciju) uzoraka bioptiranog tkiva izravno na mamografskom uređaju, bez potrebe za dodatnim uređajem i bez ponovnog ozračivanja dojke pacijentice dok je ona i dalje pozicionirana na uređaju. Takva funkcionalnost omogućuje brzu provjeru prisutnosti ciljanih struktura (npr. mikrokalcifikacija) u uzorku tkiva, skraćuje trajanje postupka biopsije te povećava sigurnost i učinkovitost zahvata, pa se sustavi koji posjeduju ovu mogućnost dodatno boduju.

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 5

Criteriu:

Tip: Calitate

Denumire: Kontrastnom mamografijom navođena biopsija

Descriere: Kriterij se odnosi na mogućnost mamografskog sustava da omogućuje biopsiju vođenu kontrastnom mamografijom. Ova funkcionalnost omogućuje precizno ciljanje lezija koje su vidljive nakon primjene kontrastnog sredstva, čime se povećava točnost biopsije i učinkovitost dijagnostičkog postupka, pa se sustavi koji posjeduju ovu mogućnost dodatno boduju.

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 5

Criteriu:

Tip: Calitate

Denumire: Vrijeme trajanja tomosinteze manje ili jednako 5 sec

Descriere: Kriterij se odnosi na ukupno vrijeme potrebno za izvođenje tomosinteznog snimanja, odnosno vrijeme tijekom kojeg sustav prikuplja projekcije potrebne za rekonstrukciju slojevitih prikaza dojke. Sustavi koji omogućuju vrijeme trajanja tomosinteze manje ili jednako 5 sekundi dodatno se boduju jer kraće vrijeme snimanja smanjuje mogućnost zamućenja i izobličenja slike uzrokovanih pokretom pacijentice te doprinosi učinkovitijem izvođenju pregleda.

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 5

5.1.11. Documentele achiziției

Unde se găsesc dokumentele achiziției: <https://eojn.hr/tender-eo/76544>

Canal de comunicare ad-hoc:

Nume: <https://eojn.hr/>

5.1.12. Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Depunere electronică: Obligatorie

Adresa de depunere: <https://eojn.hr/tender-eo/76544>

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: croată

Catalog electronic: Nu este permisă

Variante: Nu este permisă

Ofertanții pot depune mai multe oferte: Nu este permisă

Descrierea garanției financiare: Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude.

Ukoliko uz ponudu nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, Naručitelj će ponudu odbiti kao nepravilnu jer ista nije sukladna Dokumentaciji o nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažurnih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi, neprihvatanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku javnobilježnički solemnizirane bjanko zadužnice sukladno odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17, 154/22) ili javnobilježnički solemnizirane zadužnice sukladno odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 82/17, 154/22) ili bankarske garancije. U slučaju da se kao jamstvo dostavlja bankarska garancija, ona mora biti neopoziva i bezuvjetna, naplativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Jamstvo mora biti s rokom valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti dostavljeno prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju ponuda smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja ponude elektroničkim sredstvima komunikacije. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj je obavezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja putem EOJN RH. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za ozbiljnost ponude: a) mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata (u slučaju jamstva u obliku javnobilježnički solemnizirane bjanko zadužnice ili javnobilježnički solemnizirane zadužnice jedan član podnosi istu dok ostali članovi zajednice moraju biti navedeni kao jamci platci) ili b) svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo za svoj dio jamstva kumulativno do ukupno traženog iznosa Umjesto jamstva za ozbiljnost ponude u obliku javnobilježnički solemnizirane zadužnice/bjanko zadužnice, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa Naručitelja Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 24/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 90 Zile

Informații privind deschiderea publică:

Data deschiderii: 24/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Locul: Opća županijska bolnica Požega Osječka 107 34000 Požega

Informații suplimentare: Ovlaštene predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati prije otvaranja ponuda.

Clauzele contractuale:

Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu

Condiții privind executarea contractului: UGOVORNA KAZNA U slučaju neizvršenja ugovornih obveza u ugovorenom roku iz razloga na strani ugovaratelja, ugovaratelj se obvezuje platiti

ugovornu kaznu u visini od 2 ‰ (dva promila) od ukupne ugovorene cijene bez PDV-a za svaki započeti kalendarski dan kašnjenja. Ukupni iznos ugovorne kazne ne može prelaziti 10% (deset posto) ukupne ugovorene cijene bez PDV-a. Smatra se da je ugovaratelj upoznat s obvezom plaćanja ugovorne kazne te nije potrebna posebna obavijest o nastupanju zakašnjenja. Po dostizanju maksimalnog iznosa ugovorne kazne, naručitelj ima pravo raskinuti ugovor na štetu ugovaratelja. Ako šteta koju naručitelj pretrpi zbog neurednog izvršenja ugovornih obveza ugovaratelja prelazi iznos ugovorne kazne, naručitelj ima pravo zahtijevati naknadu štete u dijelu koji prelazi visinu ugovorne kazne. Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne i/ili naknade štete odbiti od bilo kojeg dospelog računa ugovaratelja ili se naplatiti put...

Facturare electronică: Obligatorie

Se va utiliza comanda electronică: nu

Se va utiliza plata electronică: nu

Acord financiar: Plaćanje na žiro-račun ponuditelja u roku do 30 dana od dana zaprimanja eRačuna na osnovu potpisanog primopredajnog zapisnika. Naručitelj će neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene. Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

5.1.15. Aspecte tehnice

Acord-cadru:

Niciun acord-cadru

Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

8. Organizații

8.1. ORG-0001

Denumire oficială: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

Număr de înregistrare: 40589450667

Adresă poștală: Osječka 107

Localitate: Požega

Cod poștal: 34000

Subdiviziunea țării (NUTS): Požeško-slavonska županija (HR023)

Țara: Croația

Punct de contact: Vesna Zrnčić

E-mail: info@pozeska-bolnica.hr

Telefon: +385 34254505

Adresa de internet: <https://www.pozeska-bolnica.hr>

Rolurile acestei organizații:

Cumpărător

Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac

8.1. ORG-0002

Denumire oficială: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Număr de înregistrare: 95857869241

Adresă poștală: Ulica grada Vukovara 23/V

Localitate: Zagreb

Cod poștal: 10000

Subdiviziunea țării (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Țara: Croația

Punct de contact: Kontakt

E-mail: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559 930

Adresa de internet: <https://www.dkom.hr/>

Rolurile acestei organizații:

Organizația responsabilă cu căile de atac

8.1. ORG-0003

Denumire oficială: Narodne novine d.d.

Număr de înregistrare: TED94

Număr de înregistrare: HR64546066176

Adresă poștală: Savski gaj XIII. 6

Localitate: Zagreb

Cod poștal: 10020

Subdiviziunea țării (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Țara: Croația

Punct de contact: EOJN Helpdesk

E-mail: ejn@nn.hr

Telefon: +385 16652889

Adresa de internet: <https://www.nn.hr/>

Rolurile acestei organizații:

TED eSender

10. Modificare

Versiunea anunțului anterior care urmează să fie modificată

:

35d0bf5f-d555-409b-b245-5ca50c4cab4d-01

Principalul motiv al modificării

:

Informații actualizate

Descriere

:

Izmjene dokumentacije o nabavi izvršene su radi dodatnog pojašnjenja i preciziranja uvjeta te usklađivanja s relevantnim odredbama Zakon o javnoj nabavi, pri čemu se izmjene ne mijenjaju bitno predmet nabave niti uvjeti tržišnog natjecanja.

10.1. Modificare

Identificator secțiune: LOT-0000

Descrierea modificărilor: Ostalo - Izmjene dokumentacije o nabavi izvršene su radi dodatnog pojašnjenja i preciziranja uvjeta te usklađivanja s relevantnim odredbama Zakon o javnoj nabavi, pri čemu se izmjene ne mijenjaju bitno predmet nabave niti uvjeti tržišnog natjecanja. Documentele achiziției au fost modificate la data de: 16/04/2026

Informații privind anunțul

Identificatorul/versiunea anunțului: 3dbf6833-88e4-4554-90cd-f3e43569484b - 01

Tip de formular: Procedură concurențială

Tip de anunț: Anunț de participare sau de concesiune - regim standard

Subtipul anunțului: 16

Data notificării expedierii: 14/04/2026 18:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Limbile în care acest anunț este disponibil oficial: croată

Numărul de publicare al anunțului: 259935-2026

Numărul ediției JO S: 74/2026

Data publicării: 16/04/2026