

Slovenia-Bratislava: Consumabile medicale

OJ S 141/2021 23/07/2021

Erată

Bunuri

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1. Denumire și adrese

Denumire oficială: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Număr național de înregistrare: 00165565

Adresă: Limbová

Localitate: Bratislava-Nové Mesto

Cod NUTS: SK01 Bratislavský kraj

Cod poștal: 837 52

Țară: Slovenia

Persoană de contact: Ing. Ivana Ichnatoliová

E-mail: ivana.ichnatoliová@health.gov.sk

Telefon: +421 259373289

Fax: +421 254789321

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: <https://www.health.gov.sk/>

Adresa profilului cumpărătorului: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/636>

Secțiunea II: Obiect

II.1. Obiectul achiziției

II.1.1. Titlu

Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19

Număr de referință: S16757-2021-OddZZ

II.1.2. Cod CPV principal

33140000 Consumabile medicale

II.1.3. Tipul contractului

Produce

II.1.4. Descriere succintă

Predmetom zákazky je nákup 250 ks kitov na RT-qPCR detekciu COVID-19 na vykonanie cirka 250 000 reakcií na detekciu SARS-CoV-2. Pre vírus SARS-CoV-2 by mali byť použité najmenej dva ciele genómu ktoré kódujú kľúčové vírusové proteíny podľa odporúčaní WHO a aspoň jeden z cieľov musí byť úplne špecifický pre SARS-CoV-2 vo vzťahu k iným respiračným RNA vírusom. Kit obsahuje špecifické primery a sondy na detekciu SARS-CoV-2 vírusu v qPCR reakcií má spĺňať nasledovné:

1) kit s európskou certifikáciou pre in vitro diagnostiku - CE IVD/rovnocenný ekvivalent

2) kit určený pre použitie na prístrojoch Real Time PCR s fluorescenčnou detekciou (napr. BioRAD CFX, ThermoFisher ABI 7500, ROCHE LIGHT CYCLER 480 a obdobné)

- 3) kit na princípe TaqMan eseje s fluorescenčnou detekciou amplifikácie; nutná jednokroková esej
- 4) Kit zahŕňa:
- internú kontrolu na sledovanie kvality priebehu RT-PCR (vrátane syntetickej)
 - kontrolu kvality odberu a izolácie cez detekciu ľudského génu
 - pozitívnu kontrolu a pasívnu referenciu na kontrolu kolísania fluorescencie
- 5) kit umožňujúci pridanie aspoň 5(mikro)L testovanej vzorky
- 6) limit detekcie na úrovni min. 2 kópií genómu v reakcii so senzitivitou aspoň 95 % kit s expiračnou dobou minimálne 12 mesiacov

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5. Data expedierii prezentului anunț

20/07/2021

VI.6. Nr. de referință al anunțului original

Numărul anunțului în JO S: [2021/S 107-279626](#)

Secțiunea VII: Modificări

VII.1. Informații care urmează să fie modificate sau adăugate

VII.1.2. Text care urmează să fie corectat în anunțul original

Numărul secțiunii: IV.2.2)

Locul textului ce urmează să fie modificat:

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

În loc de:

Data: 23/07/2021 Ora locală: 10:00

A se citi:

Data: 30/07/2021 Ora locală: 10:00

Numărul secțiunii: IV.2.7)

Locul textului ce urmează să fie modificat:

Podmienky na otváranie ponúk

În loc de:

Data: 23/07/2021 Ora locală: 10:30

A se citi:

Data: 30/07/2021 Ora locală: 10:30

VII.2. Alte informații suplimentare