

Slovensko-Bratislava: Zdravotnícky spotrebný materiál

OJ S 141/2021 23/07/2021

Korigendum

Dodávky

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1. Názov a adresy

Úradný názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00165565

Poštová adresa: Limbová

Mesto/obec: Bratislava-Nové Mesto

Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj

PSČ: 837 52

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Ivana Ichnatoliová

E-mail: ivana.ichnatoliova@health.gov.sk

Telefón: +421 259373289

Fax: +421 254789321

Internetová adresa (internetové adresy):Hlavná adresa: <https://www.health.gov.sk/>Adresa stránky profilu kupujúceho: <https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/636>**Oddiel II: Predmet**

II.1. Rozsah obstarávania**II.1.1. Názov**

Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19

Referenčné číslo: S16757-2021-OddZZ

II.1.2. Hlavný kód CPV

33140000 Zdravotnícky spotrebný materiál

II.1.3. Druh zákazky

Tovary

II.1.4. Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup 250 ks kitov na RT-qPCR detekciu COVID-19 na vykonanie cirká 250 000 reakcií na detekciu SARS-CoV-2. Pre vírus SARS-CoV-2 by mali byť použité najmenej dva ciele genómu ktoré kódujú kľúčové vírusové proteíny podľa odporúčaní WHO a aspoň jeden z cieľov musí byť úplne špecifický pre SARS-CoV-2 vo vzťahu k iným respiračným RNA vírusom. Kit obsahuje špecifické primery a sondy na detekciu SARS-CoV-2 vírusu v qPCR reakcií má spĺňať nasledovné:

1) kit s európskou certifikáciou pre in vitro diagnostiku - CE IVD/rovnocenný ekvivalent

2) kit určený pre použitie na prístrojoch Real Time PCR s fluorescenčnou detekciou (napr. BioRAD CFX, ThermoFisher ABI 7500, ROCHE LIGHT CYCLER 480 a obdobné)

- 3) kit na princípe TaqMan eseje s fluorescenčnou detekciou amplifikácie; nutná jednokroková esej
- 4) Kit zahŕňa:
- internú kontrolu na sledovanie kvality priebehu RT-PCR (vrátane syntetickej)
 - kontrolu kvality odberu a izolácie cez detekciu ľudského génu
 - pozitívnu kontrolu a pasívnu referenciu na kontrolu kolísania fluorescence
- 5) kit umožňujúci prídanie aspoň 5(mikro)L testovanej vzorky
- 6) limit detekcie na úrovni min. 2 kópií genómu v reakcii so senzitivitou aspoň 95 % kit s expiračnou dobou minimálne 12 mesiacov

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5. Dátum odoslania tohto oznámenia

20/07/2021

VI.6. Odkaz na pôvodné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [2021/S 107-279626](#)

Oddiel VII: Zmeny

VII.1. Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie

VII.1.2. Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: IV.2.2)

Miesto, kde má byť text upravený:

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Namiesto:

Dátum: 23/07/2021 Miestny čas: 10:00

má byť:

Dátum: 30/07/2021 Miestny čas: 10:00

Číslo oddielu: IV.2.7)

Miesto, kde má byť text upravený:

Podmienky na otváranie ponúk

Namiesto:

Dátum: 23/07/2021 Miestny čas: 10:30

má byť:

Dátum: 30/07/2021 Miestny čas: 10:30

VII.2. Ďalšie dodatočné informácie