

Toto oznámenie na webovej stránke TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373972-2021:TEXT:SK:HTML>

**Slovensko-Bratislava: Zdravotnícky spotrebný materiál
2021/S 141-373972**

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 107-279626)

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00165565

Poštová adresa: Limbová

Mesto/obec: Bratislava-Nové Mesto

Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj

PSČ: 837 52

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Ivana Ichnatoliová

E-mail: ivana.ichnatoliov@health.gov.sk

Telefón: +421 259373289

Fax: +421 254789321

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: <https://www.health.gov.sk/>

Adresa stránky profilu kupujúceho: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/636>

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov:

Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19

Referenčné číslo: S16757-2021-OddZZ

II.1.2) Hlavný kód CPV

33140000 Zdravotnícky spotrebný materiál

II.1.3) Druh zákazky

Tovary

II.1.4) Stručný opis:

Predmetom zákazky je nákup 250 ks kitov na RT-qPCR detekciu COVID-19 na vykonanie cirka 250 000 reakcií na detekciu SARS-CoV-2. Pre vírus SARS-CoV-2 by mali byť použité najmenej dva ciele genómu ktoré kódujú kľúčové vírusové proteíny podľa odporúčaní WHO a aspoň jeden z cieľov musí byť úplne špecifický pre SARS-

CoV-2 vo vzťahu k iným respiračným RNA vírusom. Kit obsahuje špecifické primery a sondy na detekciu SARS-CoV-2 vírusu v qPCR reakcií má spĺňať nasledovné:

- 1) kit s európskou certifikáciou pre in vitro diagnostiku - CE IVD/rovnocenný ekvivalent
- 2) kit určený pre použitie na prístrojoch Real Time PCR s fluorescenčnou detekciou (napr. BioRAD CFX, ThermoFisher ABI 7500, ROCHE LIGHT CYCLER 480 a obdobné)
- 3) kit na princípe TaqMan eseje s fluorescenčnou detekciou amplifikácie; nutná jednokroková esej
- 4) Kit zahŕňa:
 - internú kontrolu na sledovanie kvality priebehu RT-PCR (vrátane syntetickej)
 - kontrolu kvality odberu a izolácie cez detekciu ľudského génu
 - pozitívnu kontrolu a pasívnu referenciu na kontrolu kolísania fluorescence
- 5) kit umožňujúci prídanie aspoň 5(mikro)L testovanej vzorky
- 6) limit detekcie na úrovni min. 2 kópií genómu v reakcii so senzitivitou aspoň 95 % kit s expiračnou dobou minimálne 12 mesiacov

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5) **Dátum odoslania tohto oznámenia:**
20/07/2021

VI.6) **Odkaz na pôvodné oznámenie**
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [2021/S 107-279626](#)

Oddiel VII: Zmeny

VII.1) **Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie**

VII.1.2) **Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení**

Číslo oddielu: IV.2.2)

Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Namiesto:

Dátum: 23/07/2021

Miestny čas: 10:00

má byť:

Dátum: 30/07/2021

Miestny čas: 10:00

Číslo oddielu: IV.2.7)

Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk

Namiesto:

Dátum: 23/07/2021

Miestny čas: 10:30

má byť:

Dátum: 30/07/2021

Miestny čas: 10:30

VII.2) **Ďalšie dodatočné informácie:**