

444516-2026 - Súťaž

Maďarsko – Zdravotnícke vybavenie – Orvostechnikai eszközök beszerzése

OJ S 122/2026 29/06/2026

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim
Tovary

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: Dél-budai Egészségügyi Szolgálat

E-mail: drdallos.zs@gmail.com

Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia pod kontrolou miestneho orgánu

Činnosť verejného obstarávateľa: Zdravie

2. Postup

2.1. Postup

Názov: Orvostechnikai eszközök beszerzése

Opis: Adásvételi szerződés orvostechnikai eszközök beszerzésére két részajánlattételi körben a közbeszerzési dokumentumok szerinti műszaki termékleírásban meghatározottak szerint. 1. rész: Kardiológiai eszközök 2. rész: Urológiai és radiológiai eszközök Ajánlattevők részenként, az adott részben meghatározott valamennyi eszközre vonatkozó, teljes ajánlatot nyújthatnak be. Az adott részen belül részajánlat nem tehető. Amennyiben az adott részen belül valamely eszközre vonatkozóan ajánlattevő nem tesz ajánlatot, az az adott részre tett ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Valamennyi részben: - kizárólag gyári, új eszközök ajánlhatók meg. A felújított vagy kiállításokon, szakmai bemutatókon, vásárokon korábban használt vagy bemutatóként üzemeltetett eszközök használt terméknek minősülnek, ezért nem fogadhatók el. - Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az általános forgalmi adón kívül tartalmazzon minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától. Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt. Az ajánlati árak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. Az ajánlati árak magában kell foglalnia különösen a megajánlott készülékek és az előírt kiegészítők árát, a helyszínrre szállítás-, az installálás/telepítés-, az üzembe helyezés- és az 1 napos próbaüzem költségét, valamint használatuk kezelőszemélyzetnek történő betanítását. Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal továbbá, hogy magyar nyelvű használati utasítást biztosít, illetve a leszállított termékek szervizelését ellátja (jótállási időtartam alatt). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapján amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozások szerepelnek, a hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, az előírt hivatkozások minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt értelmezendők, mely alapján az ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az

ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

Identifikátor postupu: 8d99d607-f748-433a-9fa4-c29a97b65db1

Interný identifikátor: EKR000988962026

Druh postupu: Verejná súťaž

Postup je zrýchlený: nie

Hlavné prvky postupu: Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire, az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 33100000 Zdravotnícke vybavenie

2.1.2. Miesto plnenia

Poštová adresa: Káldor Adolf utca 5-9.

Mesto: Budapest

PSČ: 1221

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Budapest (HU110)

Krajina: Maďarsko

2.1.4. Všeobecné informácie

Doplňujúce informácie: 1. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania: szakmai ajánlatként csatolnia kell egyrészt az ártáblázatot (a kiadott minta szerint, az ajánlattétellel érintett rész vonatkozásában) kitöltve .xls vagy .xlsx formátumban és cégszerűen aláírva .pdf formátumban, másrészt az egyes eszközök tekintetében a műszaki elvárásokat/ megajánlott jellemzőket tartalmazó táblázatot (a műszaki leírásként kiadott minta szerint, az ajánlattétellel érintett rész vonatkozásában) kitöltve cégszerűen aláírva .pdf formátumban. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára. 2. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolnia kell a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó termékleírását (gyártói vagy forgalmazói katalógus magyar nyelvű fordítása vagy ennek hiányában az ajánlattevő által a termékről összeállított ismertető), amelyből ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy az ajánlattevő mely termékeket ajánlotta meg és azok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban szereplő műszaki követelményeknek. A termékleírás nem képezi a szakmai ajánlat részét. 3. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolnia kell a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet előírása szerint (9. §) az orvostechnikai eszköz megfelelőségét igazoló az MDR - "legacy device" termék esetén az MDD -, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az MDR - "legacy device" termék esetén az MDD -, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítványt. "Legacy device" eszközök esetén az MDD szerinti dokumentumok elfogadhatók. Ebben az esetben kérjük csatolják a gyártó által kiadott igazolást, hogy az eszköz MDR szerinti minősítése még nem történt meg. Az ezen pont szerinti dokumentum(ok) nem képezi(k) a szakmai ajánlat részét. 4. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az ajánlattevő felelőssége. 5. Az ajánlat részeként csatolandó bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási

címpéldánya, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintája egyszerű másolatban. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazás. 6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65. § (7), 66. § (2), 66. § (6), 67. § (4) bekezdése vonatkozásában. 7. Hiánypótlás a Kbt. 71.§-a szerint biztosított azzal, hogy ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha arra a hiánypótlás során bevont új gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség. 8. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot. 9. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. §-a alapján. 10. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §). 11. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 12. §-a szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről is ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles. 12. Az Európai Unió Tanácsának 2022. április 9-ától alkalmazandó, az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről rendelkező 2022/576 rendelete értelmében tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben való részvétele tekintetében. A rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések és beszerzések esetén tilos bármely közbeszerzési szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére, illetve az ilyen szerződések teljesítésének folytatása. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról. 13. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyamok az irányadók. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni. 14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a benyújtott dokumentumok esetében a képként beillesztett aláírás, bélyegző nem igazolja a dokumentum hitelességét, ezt a formát nem fogadja el az ajánlatkérő. 15. A 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 12/A. § értelmében nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig köteles a KTR Adatbázisban regisztrálni és a szerződés keretében szállítandó termékeket rögzíteni (szerződéskötési feltétel). 16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, továbbá azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5)]. 17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Dallos Zsolt (lajstromszám: 00455).

Právný základ:

Smernica 2014/24/EÚ

2.1.5. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Maximálny počet častí, za ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuky: 2

Podmienky zmluvy:

Maximálny počet častí, za ktoré môžu byť zmluvy zadané jednému uchádzačovi: 2

2.1.6. Dôvody na vylúčenie

Zdroje dôvodov na vylúčenie: Oznámenie

Podobná situácia ako úpadok podľa vnútroštátneho práva: Valamennyi rész tekintetében: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, az

alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bek. előírásaira. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. Igazolási mód: ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bek. meghatározottak szerint az EEKD benyújtásával a 4. § (1) bek. foglaltak szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok hiányát, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 4. § (3)-(4) bek., valamint a 6. § (1)-(2) bek. Közös ajánlattétel esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 3. § (5) bek. az irányadó. Ajánlatkérő az EEKD-t elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére az EKR-ben. Az elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviselőiben az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek. szerint kell nyilatkoznia (elektronikus űrlap kitöltésével). A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 15. § (1) bek. alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozási kötelezettségének. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. foglaltak alkalmazásával ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. §; 10. §, 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. előírt kizáró okok hiányát. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálathoz (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés). Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. §-a alapján az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakra. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló Rendelet szerinti kizáró okokról. [A Tanács (EU) 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról].

Konkurz: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Korupcia: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Dohoda s veriteľmi: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Účasť v zločineckej organizácii: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Podvod: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Platobná neschopnosť: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Aktíva spravované likvidátorom: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Konflikt záujmov z dôvodu účasti na postupe obstarávania: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Priama alebo nepriama účasť na príprave tohto postupu obstarávania: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Porušenie povinnosti platiť príspevky na sociálne zabezpečenie: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Pozastavené podnikateľské činnosti: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Porušenie povinnosti platiť dane: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami: Igazolási mód kapcsán a részletes előírásokat lásd az első BT-67(b) mezőben.

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0001

Názov: Kardiológiai eszközök

Opis: 1. 1 db Felső-közép Kategóriás Ultrahang készülék vizsgálófejjel Gyári saját monitor mérete min. 22" Monitor felbontása min. 1920x1080 pixel Oldalirányokban elfordítható, kezelőfelülettől függetlenül állítható, dönthető monitor Kezelőfelület állítható magasságú és elfordítható Érintőképernyős vezérlőfelület „Multi-touch” LCD érintőképernyő interaktív, dinamikus szoftver menüvel mérete min. 12" Egyidejűleg a készülékhez elosztó adapter nélkül csatlakoztatható vizsgálófejek száma min. 4 Maximális akusztikus frame-rate B-módban min. 2800 kép/sec Maximális akusztikus frame-rate Color Doppler módban min. 200 kép/sec Szöveti harmonikus képalkotás Többfokozatú szemcsésség-csökkentő eljárás Rendszer dinamika tartomány min. 360 dB Automatikus képtimalizálás egy gombnyomásra 2D módban Vizsgálati megjelenítési mélység min. 40 cm (a képernyőn is megjelenő rendszeradat) Digitálisan feldolgozott csatornák száma min. 7.000.000 db max. 12.000.000 db (értékelési szempont) Zoom valós idejű képen min. 12x Zoom kimerevített képen min. 12x 2. 1 db 12 csatornás EKG készülék Könnyen kezelhető, hordozható EKG készülék Kijelző beépített színes kapacitív érintőképernyő min. 8" Képernyő felbontása min. 800 x 480 pixel Alfanumerikus billentyűzet Gyári készülékkocsitól függetlenül, arról levéve is használható Készülék súlya max. 7 kg min. 4 kg (értékelési szempont) Akkumulátoros és hálózati üzemmód Akkumulátoros üzemmódban monitorozási idő min. 3 óra Felvételek tárolására alkalmas belső memória min. 100 felvétel Az EKG készülékhez vonalkódolvasó csatlakoztatható betegadat azonosításához Kijelzőn egyidejűleg megjeleníthető csatornák száma min. 12 Grafikus elvezetés ellenőrzés a pácienskábel pontos felhelyezésének elősegítésére Elektróda leesés figyelmeztetés 12 elvezetési adatgyűjtés és analízis 12 elvezetési mérés és interpretáció Az EKG készülék által készített riport (min. görbék, mérés, interpretáció) a készülék képernyőjén megjeleníthető Automata és manuális üzemmódok Full disclosure EKG tárolás min. 1 görbén Aritmia analízis üzemmód Akut coronaria szindróma elemzés myocardialis infarktus és instabil angina pectoris megállapítására (értékelési

szempont) Defibrillátor védelem Mintavételezési frekvencia (nem pacemaker spyke üzemmódban) min. 500 sps Pacemaker detektálás Frekvencia válasz: min. 0,05 – 150 Hz CMRR (AC szűrő bekapcsolása mellett) min. 100 dB Beépített hőírós nyomtató, mely legalább 12 csatorna egyidejű nyomtatására alkalmas A kinyomtatott felvételen a csatornák hosszúsága csatornánként min. 10mp az összes csatornára vonatkozóan Papírsebesség állítható min. 25, 50 mm/s .pdf formátumú riportok exportálási lehetősége A készülék kardiológiai informatikai menedzsment rendszerrel kompatibilis, abba beköthető, (12 elvezetési EKG felvételek küldése, ahol az EKG felvételek további elemzése, mérése, összehasonlítása, archiválása végezhető, valamint a felvételek a készülékbe visszaküldhetők, annak képernyőjén megjeleníthetők) Wireless hálózati csatlakozás (WLAN) a kardiológiai menedzsment rendszerhez A készülék által megjelenített dátum és idő hálózaton keresztül történő valós idejű automatikus szinkronizálási lehetősége Nyugalmi EKG készülékhez kapcsolódó tartozékok: 1 db páciens kábel készlet 1 db végtagi elektróda készlet 1 db mellkasi elektróda készlet 1 csomag EKG regisztráló papír Gyári gurulóállványos készülékkocsi az EKG fogadására, min. 2 tárolórecesszel További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
Interny identifikátor: EKR000988962026/1

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 33100000 Zdravotnícke vybavenie

5.1.2. Miesto plnenia

Poštová adresa: Káldor Adolf utca 5-9.

Mesto: Budapest

PSČ: 1221

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Budapest (HU110)

Krajina: Maďarsko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 75 Dni

5.1.4. Obnovenie

Maximálny počet obnovení: 0

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Je povinné uviesť mená a odbornú kvalifikáciu zamestnancov určených na plnenie zmluvy:

Požiadavka na ponuku

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): áno

Doplňujúce informácie: Ajánlatkérő tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)

pont szerinti eredménytelenségi okot. A BT-763 mező megjelenítésére tekintettel („Az ajánlattevőnek valamennyi részre be kell nyújtania ajánlatot”) ajánlatkérő egyértelműsíteni kívánja, hogy ajánlatok benyújthatóak egy vagy több részre is. Értékelés: A Kbt. 76.§ (2)

bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont az alábbiak szerint: Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100

Ár szempont: fordított arányosítás a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő

kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (2025.

május 29.) 1. sz. melléklet A.)1.) aa) pontja alapján. Minőségi szempontok 1. Digitálisan

feldolgozott csatornák száma (UH) (min. 7.000.000 db max. 12.000.000 db): előny a több feldolgozott csatorna. Arányosítás a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (2025. május 29.) V. pontja szerint; 2. 2D bal kamra Global Longitudinal Strain és ejekciós frakció mérés speckle tracking módszerrel, egy gomb megnyomásával (UH) (Igen/Nem): előny a megléte. Pontkiosztás módszere - "Igen" válasz esetén 100 pont, "Nem" válasz esetén 0 pont; 3. Készülék súlya (EKG) (max. 7 kg min. 4 kg): előny a kisebb súly. Arányosítás a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (2025. május 29.) V. pontja szerint; 4. Akut coronaria szindróma elemzés myocardialis infarktus és instabil angina pectoris megállapítására (EKG) (Igen/Nem): előny a megléte. Pontkiosztás módszere - "Igen" válasz esetén 100 pont, "Nem" válasz esetén 0 pont.

5.1.7. Strategické verejné obstarávanie

Cieľ strategického verejného obstarávania: Žiadne strategické verejné obstarávanie

Kritériá zeleného verejného obstarávania: Žiadne kritériá zeleného verejného obstarávania

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Oznámenie

Kritérium: Referencie na špecifikované dodávky

Popis výberového kritéria: Igazolási mód: M.1) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett részteljesítés tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva: — a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év /hó/nap bontásban) — a szerződést kötő másik fél (név, székhely), — a referenciát kiállító személy (név, elérhetőség e-mail és/vagy tel.), — a szállítás tárgya, — az ellenszolgáltatás összege, — továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával is igazolható. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint tekintettel arra, hogy három év teljesítésének igazolását írta elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe, továbbá a 21/A. § rendelkezései szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az ajánlatkérő köteles elfogadni azon megvalósult teljesítések igazolását is, amelyek esetén bár szerződésszegés történt, de a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége – a szerződést kötő másik fél által nem vitatottan – nem áll fenn. Amennyiben a teljesítés nem a szerződésnek megfelelően történt, ismertetni kell az igazolásban vagy nyilatkozatban az eltérés okát és mértékét, valamint a gazdasági szereplő szerződésszegése esetén annak tényét, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége fennáll-e. Ha az alkalmasság igazolása az ajánlattevő, a részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával történik, a nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a szerződést kötő másik fél vitatja-e a teljesítés szerződésszerűségét vagy – amennyiben a gazdasági szereplő erről nyilatkozott – azt a körülményt, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége nem áll fenn. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése értelmében az EKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel ajánlatkérő által

meghatározott M.1) alkalmassági követelménynek. A gazdasági szereplőnek az EEKD IV. rész α „alfa” mezőt kell kitöltenie (elektronikus űrlap alkalmazása) anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. foglaltak alkalmazásával jár el. Az előírt alkalmassági követelmény igazolása tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (9) bekezdéseire, a Kbt. 65. § (11)-(12) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ban foglaltakra, valamint a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Alkalmassági minimumkövetelmény: M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben teljesített olyan referenciával, amely magában foglalt legalább nettó 14.000.000 Ft + ÁFA értékben ultrahang berendezés szállítását. Az egyes közbeszerzési részekben szereplő korábbi teljesítések ugyanazon referenciával is igazolhatók. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb alkalmassági követelménynek való megfelelést igazolni, ahol értelmezhető. A 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg az M.1) alkalmassági követelményt és igazolásait: a Közbeszerzési Hatóság „bronz” fokozatú minősítéséhez képest tárgyában szigorúbb előírást tartalmaz.

Kritérium: Technici alebo technické orgány na vykonanie práce

Popis výberového kritéria: Igazolási mód: M.2) Ajánlattevő az EEKD-ba foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést. (A részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő.) A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)- (7) bekezdéseinek alkalmazása esetén benyújtandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek: - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai, melyek tartalmazzák a szakember képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatát; - csatolandó a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai; - a képzettséget igazoló dokumentum(ok) (egyszerű másolat); - a megajánlott ultrahang berendezés gyártója és/vagy forgalmazója által kibocsátott a megajánlott termék szakmai ismeretét igazoló tanúsítvány és/vagy képzési dokumentum (egyszerű másolat). A szakmai gyakorlat bemutatását év/hónap bontásban szükséges rögzíteni. A teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket/képzettségüket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni. Az alkalmasság keretében meghatározott gyakorlati tapasztalat bemutatására vonatkozó előírások: A bemutatott szakmai tapasztalat vonatkozásában az ÉV/HÓNAPtól-ig szerinti bontásban rögzített adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra úgy, hogy - az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer számít bele a szakember szakmai tapasztalatába; - a tapasztalat kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába; - a bemutatott gyakorlati idők vonatkozásában, valamennyi megkezdett hónapot ajánlatkérő egy egész hónapnak tekint. Alkalmassági minimumkövetelmény: M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére amennyiben nem rendelkezik legalább 2 fő felsőfokú és/vagy technikus végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik egészségügyben használt képalkotó diagnosztikai berendezésekre vonatkozó legalább 12 hónapos üzembe helyezési és/vagy szervizelési szakmai tapasztalattal. Fentieken túl a bemutatott szakembernek rendelkeznie kell a megajánlott ultrahang berendezés gyártója és/vagy forgalmazója által kibocsátott a megajánlott termék szakmai ismeretét igazoló tanúsítvánnyal és/vagy képzési dokumentummal. A szakemberek vonatkozásában az adott közbeszerzési részen belül az átfedés nem megengedett (2 fő szakember bemutatása elvárt), ugyanakkor az egyes

közbeszerzési részek vonatkozásában az átfedés megengedett (ugyanaz a 2 fő szakember mindkét közbeszerzési részben bemutatható). A 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg az M.2) alkalmassági követelményt és igazolásait: a Közbeszerzési Hatóság „bronz” fokozatú minősítéséhez képest tárgyában, mértékében és típusában szigorúbb szigorúbb előírást tartalmaz.

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Kvalita

Opis: Digitálisan feldolgozott csatornák száma (UH) (min. 7.000.000 db max. 12.000.000 db)

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 10

Kritérium:

Typ: Kvalita

Opis: 2D bal kamra Global Longitudinal Strain és ejekciós frakció mérés speckle tracking módszerrel, egy gomb megnyomásával (UH) (Igen/Nem)

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 10

Kritérium:

Typ: Kvalita

Opis: Készülék súlya (EKG) (max. 7 kg min. 4 kg)

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 3

Kritérium:

Typ: Kvalita

Opis: Akut coronaria szindróma elemzés myocardialis infarktus és instabil angina pectoris megállapítására (EKG) (Igen/Nem)

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 7

Kritérium:

Typ: Cena

Opis: Ajánlati ár (nettó Ft)

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 70

5.1.11. Súťažné podklady

Adresa súťažných podkladov: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000988962026>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000988962026>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: maďarčina

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Varianty: Nie je povolená

Opis finančnej zábezpeky: Ajánlati biztosíték nem került előírásra.

Lehota na prijímanie ponúk: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 30 Dni

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 30/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Miesto: EKR rendszer (<https://ekr.gov.hu>)

Doplňujúce informácie: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. §-a, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint történik.

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy: Késedelmi kötbér: - késedelmes teljesítés esetén a nettó vételár 0,5%-a naponta, maximuma a nettó vételár 15%-a; - a jótállási időtartam alatt a hibás termék javításának/kicserélésének megkezdésére rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén 20.000, - Ft naponta, maximum 200.000, - Ft. A maximum elérése esetén vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Meghiúsulási kötbér: a szerződés eladó érdekkörében bekövetkezett meghiúsulása esetén a nettó vételár 15%-a. Az érvényesített kötbérek együttes mértéke nem haladhatja meg a nettó vételár 30%-át. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a kötbéren felüli kárának érvényesítésére. Jótállás: Ajánlattevő 24 hónap teljes körű jótállást köteles vállalni a leszállított termékek kapcsán azzal, hogy amennyiben bármelyik vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint a jótállási kötelezettség ennél hosszabb ideig terheli, úgy a jótállás időtartamára a jogszabályi rendelkezések irányadók.

Vyžaduje sa dohoda o nezverejňovaní informácií: nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

Právna forma, ktorú musí mať skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka: Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozását nem teszi lehetővé sem ajánlattevő, sem közös ajánlattevők vonatkozásában.

Mechanizmus financovania: Eladó egy vég számla benyújtására jogosult azzal, hogy előteljesítés megengedett. A vég számla összegének kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései szerint, a számla vevő általi kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre. Késedelmes fizetés esetén vevő a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot fizet. A számlázás, valamint a kifizetés magyar forintban történik. A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Informácie o lehotách na preskúmanie: 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Dél-budai Egészségügyi Szolgálat

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Dél-budai Egészségügyi Szolgálat

Organizácia spracúvajúca ponuky: Dél-budai Egészségügyi Szolgálat

5.1. Časť: LOT-0002

Názov: Urológiai és radiológiai eszközök

Opis: 1. 1 db Magas tudású urológiai/radiológiai ultrahang berendezés Gyári saját monitor mérete min. 23" Monitor felbontása min. 1920x1080 pixel Oldalirányokban elfordítható, kezelőfelülettől függetlenül állítható, dönthető monitor Állítható magasságú, géptesttől függetlenül elforgatható kezelőfelület Kezelőfelület könnyen tisztítható és fertőtleníthető, teljes egészében folyadékálló kivitelű (értékelési szempont) Érintőképernyős vezérlőfelület Érintőképernyő mérete min. 14" Digitális beamformer Rendszer dinamika tartomány min. 300 dB Rendszer frekvencia tartomány felső határa min. 24 MHz Minden megajánlott fejjel alkalmazható szöveti harmonikus képalkotás (THI) Szűrkeségi fokozatok száma min. 256 Maximális vizsgálati mélység min. 45 cm Zoom élő és merevített képen min. 10x 2. 1 db Felső-közép tudású urológiai/radiológiai ultrahang berendezés Gyári saját monitor mérete min. 21,5" Monitor felbontása min. 1920x1080 pixel Oldalirányokban elfordítható, kezelőfelülettől függetlenül állítható, dönthető monitor Állítható magasságú, géptesttől függetlenül elforgatható kezelőfelület Érintőképernyős vezérlőfelület Érintőképernyő mérete min. 13" Digitális beamformer Rendszer dinamika tartomány min. 250 dB Rendszer frekvencia tartomány felső határa min. 22 MHz Minden megajánlott fejjel alkalmazható szöveti harmonikus képalkotás (THI) Szűrkeségi fokozatok száma min. 256 Maximális vizsgálati mélység min. 40 cm Zoom élő és merevített képen min. 10x 3. 3 db Flexibilis cystoscope, 1 db fényforrás Látómező: min: 120° Látószög: min. 0° Mélység élesség: min. 3- 50 mm Hajlíthatóság: minimum 0-210° fel/ 0-120° le Distális vég átmérő: maxi.: 11.7 Fr (4,6 mm) Munkacsatorna: min.: 7 Fr Teljes hossz: max. 700 mm Munkahossz: max. 380 mm 4. 1 db Uroflowméter Vezeték nélküli számítógép alapú digitális uroflowmetriás készülék Digitális uroflow sensor bluetooth dongle kapcsolattal a PC-hez Tölcsér, gyűjtő edény és állítható állvány Automatikus vizsgálat indítás vizelet érzékelésekor Automatikus hiba detektálás Automatikus analízis Vizelet szék, gyermek is Elemmel vagy hálózatról is működtethető uroflow sensor Vizeletfolyási sebesség legalább 25 ml/s és 100 ml/s között több lépésben Mintavételezési frekvencia min. 5 Hz Vizelet mennyiség: min. 0-1000 ml Mérés idő: kb. 180 mp +/- 30 mp 5. 1 db Urológiai vizsgálóágy Beégetett műanyagfestéssel ellátott acél vázszerkezet Három részes fekvő felület Elektromosan állítható magasság, lámpedállal A magasság állítás tartománya min. 55-90 cm Állítható magasságú fejtartó Állítható háttámla A háttámla állíthatóság: min. 0 - 80° Állítható egy részes lábtartó A lábtartó állíthatósága: min. 0 - -80° Goepel- féle csészés lábtartó pár A csészés lábtartó gömbcsuklóval állítható A csészés lábtartó az ágy huzatával megegyezően kárpitozva (értékelési szempont) Trendelenburg állítás lehetősége A Trendelenburg állítás mértéke min. 10° Kihúzható rozsdamentes acél támpontál az ülőlap alá szerelve Műbőrrel borított, min. 6 cm vastag, M2 tűzállóságú, min. 25 kg/m³ sűrűségű szivacs fekvőfelület Legalább 10 féle színben választható, műbőr huzat A négy láb közül legalább egy szintezhető A háttámla hossza: min. 65 cm, max. 75 cm Az ülőlap hossza: min. 40 cm, max. 45 cm Az egy részes lábtartó hossza: min. 40 cm, max. 45 cm A feklap hossza betölt fejtartóval: min. 155 cm, max. 175 cm A feklap hossza kihúzott fejtartóval: min. 175 cm, max. 195 cm A feklap szélessége: min. 55 cm, max. 65 cm Maximális terhelhetősége: min. 200 kg Tartozék: papírlapedőtartó 6. 2 db Kisméretű műszerasztal Rozsdamentes műszerasztal 2 polcos Kerekeken guruló Méret: 60x40x80 cm (+/- 10% eltérés lehet) További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

Interný identifikátor: EKR000988962026/2

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 33100000 Zdravotnícke vybavenie

5.1.2. Miesto plnenia

Poštová adresa: Káldor Adolf utca 5-9.
Mesto: Budapest
PSČ: 1221
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Budapest (HU110)
Krajina: Maďarsko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 75 Dni

5.1.4. Obnovenie

Maximálny počet obnovení: 0

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Je povinné uviesť mená a odbornú kvalifikáciu zamestnancov určených na plnenie zmluvy:

Požiadavka na ponuku

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): áno

Doplňujúce informácie: Ajánlatkérő tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot. A BT-763 mező megjelenítésére tekintettel („Az ajánlattevőnek valamennyi részre be kell nyújtania ajánlatot”) ajánlatkérő egyértelműsíteni kívánja, hogy ajánlatok benyújthatóak egy vagy több részre is. Értékelés: A Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont az alábbiak szerint: Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100
Ár szempont: fordított arányosítás a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (2025. május 29.) 1. sz. melléklet A.)1.) aa) pontja alapján. Minőségi szempontok 1. Kezelőfelület könnyen tisztítható és fertőtleníthető, teljes egészében folyadékálló kivitelű (Magas tud. UH) (Igen/Nem): előny a megléte. Pontkiosztás módszere - "Igen" válasz esetén 100 pont, "Nem" válasz esetén 0 pont; 2. Konvex hasi vizsgálófej látószöge (Magas tud. UH) (min. 65°, max. 105°): előny a nagyobb látószög. Arányosítás a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (2025. május 29.) V. pontja szerint; 3. Teljesképernyős üzemmód egy gombnyomásra (Felső-közép tud. UH) (Igen/Nem): előny a megléte. Pontkiosztás módszere - "Igen" válasz esetén 100 pont, "Nem" válasz esetén 0 pont; 4. A csészés lábtartó az ágy huzatával megegyezően kárpitozva (vizsgálóágy) (Igen/Nem): előny a megléte. Pontkiosztás módszere - "Igen" válasz esetén 100 pont, "Nem" válasz esetén 0 pont.

5.1.7. Strategické verejné obstarávanie

Ciel' strategického verejného obstarávania: Žiadne strategické verejné obstarávanie

Kritériá zeleného verejného obstarávania: Žiadne kritériá zeleného verejného obstarávania

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Oznámenie

Kritérium: Referencie na špecifikované dodávky

Popis výberového kritéria: Igazolási mód: M.1) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett részteljesítés tárgyának megfelelő termékek

legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva: — a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év /hó/nap bontásban) — a szerződést kötő másik fél (név, székhely), — a referenciát kiállító személy (név, elérhetőség e-mail és/vagy tel.), — a szállítás tárgya, — az ellenszolgáltatás összege, — továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával is igazolható. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint tekintettel arra, hogy három év teljesítésének igazolását írta elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe, továbbá a 21/A. § rendelkezései szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az ajánlatkérő köteles elfogadni azon megvalósult teljesítések igazolását is, amelyek esetén bár szerződésszegés történt, de a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége – a szerződést kötő másik fél által nem vitatottan – nem áll fenn. Amennyiben a teljesítés nem a szerződésnek megfelelően történt, ismertetni kell az igazolásban vagy nyilatkozatban az eltérés okát és mértékét, valamint a gazdasági szereplő szerződésszegése esetén annak tényét, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége fennáll-e. Ha az alkalmasság igazolása az ajánlattevő, a részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával történik, a nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a szerződést kötő másik fél vitatja-e a teljesítés szerződésszerűségét vagy – amennyiben a gazdasági szereplő erről nyilatkozott – azt a körülményt, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége nem áll fenn. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel ajánlatkérő által meghatározott M.1) alkalmassági követelménynek. A gazdasági szereplőnek az EEKD IV. rész α „alfa” mezőt kell kitöltenie (elektronikus űrlap alkalmazása) anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. foglaltak alkalmazásával jár el. Az előírt alkalmassági követelmény igazolása tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, a Kbt. 65. § (11)-(12) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ban foglaltakra, valamint a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Alkalmassági minimumkövetelmény: M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben teljesített olyan referenciával, amely magában foglalt legalább nettó 50.000.000 Ft + ÁFA értékben ultrahang berendezés szállítását. Az egyes közbeszerzési részekben szereplő korábbi teljesítések ugyanazon referenciával is igazolhatók. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb alkalmassági követelménynek való megfelelést igazolni, ahol értelmezhető. A 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg az M.1) alkalmassági követelményt és igazolásait: a Közbeszerzési Hatóság „bronz” fokozatú minősítéséhez képest tárgyában szigorúbb előírást tartalmaz.

Kritérium: Technici alebo technické orgány na vykonanie práce

Popis výberového kritéria: Igazolási mód: M.2) Ajánlattevő az EEKD-ba foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést. (A részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő.) A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.

rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)- (7) bekezdéseinek alkalmazása esetén benyújtandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek: - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai, melyek tartalmazzák a szakember képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatát; - csatolandó a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai; - a képzettséget igazoló dokumentum(ok) (egyszerű másolat); - a megajánlott ultrahang berendezés gyártója és/vagy forgalmazója által kibocsátott a megajánlott termék szakmai ismeretét igazoló tanúsítvány és/vagy képzési dokumentum (egyszerű másolat). A szakmai gyakorlat bemutatását év/hónap bontásban szükséges rögzíteni. A teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket/képzettségüket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni. Az alkalmasság keretében meghatározott gyakorlati tapasztalat bemutatására vonatkozó előírások: A bemutatott szakmai tapasztalat vonatkozásában az ÉV/HÓNAPtól-ig szerinti bontásban rögzített adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra úgy, hogy - az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer számít bele a szakember szakmai tapasztalatába; - a tapasztalat kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába; - a bemutatott gyakorlati idők vonatkozásában, valamennyi megkezdett hónapot ajánlatkérő egy egész hónapnak tekint. Alkalmassági minimumkövetelmény: M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére amennyiben nem rendelkezik legalább 2 fő felsőfokú és/vagy technikus végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik egészségügyben használt képalkotó diagnosztikai berendezésekre vonatkozó legalább 12 hónapos üzembe helyezési és/vagy szervizelési szakmai tapasztalattal. Fentiekén túl a bemutatott szakembernek rendelkeznie kell a megajánlott ultrahang berendezés gyártója és/vagy forgalmazója által kibocsátott a megajánlott termék szakmai ismeretét igazoló tanúsítvánnyal és/vagy képzési dokumentummal. A szakemberek vonatkozásában az adott közbeszerzési részen belül az átfedés nem megengedett (2 fő szakember bemutatása elvárt), ugyanakkor az egyes közbeszerzési részek vonatkozásában az átfedés megengedett (ugyanaz a 2 fő szakember mindkét közbeszerzési részben bemutatatható). A 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg az M.2) alkalmassági követelményt és igazolásait: a Közbeszerzési Hatóság „bronz” fokozatú minősítéséhez képest tárgyában, mértékében és típusában szigorúbb szigorúbb előírást tartalmaz.

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Kvalita

Opis: Kezelőfelület könnyen tisztítható és fertőtleníthető, teljes egészében folyadékálló kivitelű (Magas tud. UH) (Igen/Nem)

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 10

Kritérium:

Typ: Kvalita

Opis: Konvex hasi vizsgálófej látószöge (Magas tud. UH) (min. 65°, max. 105°)

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 10

Kritérium:

Typ: Kvalita

Opis: Teljesképernyős üzemmód egy gombnyomásra (Felső-közép tud. UH) (Igen/Nem)

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 5

Kritérium:

Typ: Kvalita

Opis: A csészés lábtartó az ágy huzatával megegyezően kárpitozva (vizsgálóagy) (Igen/Nem)

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 5

Kritérium:

Typ: Cena

Opis: Ajánlati ár (nettó Ft)

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 70

5.1.11. Sút'ážné podklady

Adresa súťažných podkladov: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000988962026>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000988962026>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: maďarčina

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Varianty: Nie je povolená

Opis finančnej zábezpeky: Ajánlati biztosíték nem került előírásra.

Lehota na prijímanie ponúk: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 30 Dni

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 30/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Miesto: EKR rendszer (<https://ekr.gov.hu>)

Doplňujúce informácie: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. §-a, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint történik.

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy: Késedelmi kötbér: - késedelmes teljesítés esetén a nettó vételár 0,5%-a naponta, maximuma a nettó vételár 15%-a; - a jótállási időtartam alatt a hibás termék javításának/kicserélésének megkezdésére rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén 20.000, - Ft naponta, maximum 200.000, - Ft. A maximum elérése esetén vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Meghiúsulási kötbér: a szerződés eladó érdekkörében bekövetkezett meghiúsulása esetén a nettó vételár 15%-a. Az érvényesített kötbérek együttes mértéke nem haladhatja meg a nettó vételár 30%-át. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a kötbéren felüli kárának érvényesítésére. Jótállás: Ajánlattevő 24 hónap teljes körű jótállást köteles vállalni a leszállított termékek kapcsán azzal, hogy amennyiben bármelyik vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint a jótállási kötelezettség ennél hosszabb ideig terheli, úgy a jótállás időtartamára a jogszabályi rendelkezések irányadók.

Vyžaduje sa dohoda o nezverejňovaní informácií: nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

Právna forma, ktorú musí mať skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka: Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozását nem teszi lehetővé sem ajánlattevő, sem közös ajánlattevők vonatkozásában.

Mechanizmus financovania: Eladó egy végszámla benyújtására jogosult azzal, hogy előteljesítés megengedett. A végszámla összegének kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései szerint, a számla vevő általi kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre. Késedelmes fizetés esetén vevő a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot fizet. A számlázás, valamint a kifizetés magyar forintban történik. A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Informácie o lehotách na preskúmanie: 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Dél-budai Egészségügyi Szolgálat

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Dél-budai Egészségügyi Szolgálat

Organizácia spracúvajúca ponuky: Dél-budai Egészségügyi Szolgálat

8. Organizácie

8.1. ORG-0001

Úradný názov: Dél-budai Egészségügyi Szolgálat

Registračné číslo: 15849674243

Poštová adresa: Káldor Adolf Utca 5-9

Mesto: Budapest

PSČ: 1221

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Budapest (HU110)

Krajina: Maďarsko

Kontaktné miesto: Dr. Dallos Zsolt

E-mail: drdallos.zs@gmail.com

Telefón: +36 209663570

Fax: +36 14820046

Internetová adresa: <https://egeszseg22.hu/>

Profil kupujúceho: <https://egeszseg22.hu/>

Roly tejto organizácie:

Kupujúci

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť

Organizácia spracúvajúca ponuky

8.1. ORG-0002

Úradný názov: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Registračné číslo: EKRSZ_40664534_2
Poštová adresa: Riadó u. 5
Mesto: Budapest
PSČ: 1026
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Budapest (HU110)
Krajina: Maďarsko
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefón: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetová adresa: <https://kozbeszerzes.hu>

Roly tejto organizácie:

Organizácia pre preskúmanie
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1. ORG-0003

Úradný názov: Közbesszerzési Hatóság
Registračné číslo: EKRSZ_40664534
Poštová adresa: Riadó utca 5.
Mesto: Budapest
PSČ: 1026
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Budapest (HU110)
Krajina: Maďarsko
E-mail: hirdetmeny@kt.hu
Telefón: +36 18828635
Internetová adresa: <https://kozbeszerzes.hu>

Roly tejto organizácie:

TED eSender

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: 1f9317bc-a46d-4bfb-8dd3-bbf35cf92ddd - 02
Typ formulára: Súťaž
Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim
Podtyp oznámenia: 16
Dátum odoslania oznámenia: 26/06/2026 08:40:41 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas
Dátum odoslania oznámenia (eSender): 25/06/2026 12:48:59 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas
Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: maďarčina
Číslo uverejnenia oznámenia: 444516-2026
Číslo vydania série S úradného vestníka: 122/2026
Dátum uverejnenia: 29/06/2026