

524589-2026 - Súťaž

Slovinsko – Röntgenové prístroje – Dobava digitalnega RTG aparata in ortopantomografa CBCT 2D/3D s cefalostatom

OJ S 144/2026 29/07/2026

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim -

Oznámenie o zmene

Tovary

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

E-mail: info@zd-velenje.si

Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejný podnik

Činnosť verejného obstarávateľa: Zdravie

2. Postup

2.1. Postup

Názov: Dobava digitalnega RTG aparata in ortopantomografa CBCT 2D/3D s cefalostatom

Opis: Predmet javnega nariadenia je Dobava digitalnega RTG aparata in ortopantomografa CBCT 2D/3D s cefalostatom. Podrobnejšia špecifikácia nariadenia je rozdelená z technických špecifikácií določených v 10. kapitole Rozpisnej dokumentácie.

Identifikátor postupu: 5fa899d4-6d78-4c45-8d29-11d7a61ba7fc

Interný identifikátor: JN-76126

Druh postupu: Verejná súťaž

Postup je zrýchlený: nie

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 33111000 Röntgenové prístroje

2.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Savinjska (SI034)

Krajina: Slovinsko

2.1.3. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 420 000,00 EUR

2.1.4. Všeobecné informácie

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

2.1.5. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Maximálny počet častí, za ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuky: 2

Podmienky zmluvy:

Maximálny počet častí, za ktoré môžu byť zmluvy zadane jednému uchádzačovi: 2

2.1.6. Dôvody na vylúčenie

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0001

Názov: Digitalni RTG aparat

Opis: Nakup digitalnega RTG aparat z garancijskim in pogarancijskim vzdrževanjem

Interný identifikátor: 522382

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 33111000 Röntgenové prístroje

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 33111800 Diagnostický röntgenový systém

5.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Savinjska (SI034)

Krajina: Slovinsko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 2 Roky

5.1.5. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 320 000,00 EUR

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): áno

Informácie o predchádzajúcich oznámeniach:

Identifikátor predchádzajúceho oznámenia: 5e725dbd-3a60-4589-a60b-9aabbbaa2f29b-01

5.1.8. Kritériá prístupnosti

Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Súťažný podklad

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Cena aparata

Opis: Cena aparata

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 70

Kritérium:

Typ: Kvalita

Názov: Moč velikega fokusa

Opis: Moč žarišč morajo biti vsaj 33kW (malo) in 80 kW (veliko) (IEC 60613). Zaželeno je čím večja moč, kar naročnik prepoznava kot tehnično prednost.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 5

Kritérium:

Typ: Kvalita

Názov: Motorizirana rotacija rentgenske cevi več od 180°

Opis: Motorizirana rotacija rentgenske cevi okoli vertikalne osi mora biti najmanj $\pm 180^\circ$ signalizirano pri vsaj vsakih 90°. Zaželen je čim večji obseg rotacije, kar naročnik prepoznava kot tehnično prednost.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 5

Kritérium:

Typ: Kvalita

Názov: Teža mobilnega sprejemnika

Opis: Teža mobilnega sprejemnika ne sme biti več kot 3,5 kg. Zaželen je čim lažji detektor, kar naročnik prepoznava kot tehnično prednost.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 5

Kritérium:

Typ: Kvalita

Názov: Dodaten vzdolžni premik v smeri glave in nog

Opis: Naročnik zahteva vzdolžni premik v smeri glave in nog (head/feet) mize vsaj ± 45 cm. Prečni pomik mize, to je pravokotno na smer glava, vsaj ± 12 cm. Zaželen je čim daljši vzdolžni pomik, kar naročnik prepoznava kot tehnično prednost.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 5

Kritérium:

Typ: Kvalita

Názov: Dodatno število ionizacijskih celic

Opis: Naročnik zahteva vsaj 3 ionizacijske celice za upravljanje ekspozicije. Zaželeno je čim večje število celic, kar je prepoznano kot tehnična prednost.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 5

5.1.11. Súťažné podklady

Lehota na vyžiadanie doplnujúcich informácií: 24/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00)

východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Adresa súťažných podkladov: <https://www.enarocanje.si/api/datoteka/get?id=NTg0NjczO0pOMDIfUIRHX1pEX1ZlbGVuamVfcG9wcmF2ZWsxLnppcA>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevald=76126

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: slovinčina

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Varianty: Nie je povolená

Lehota na prijímanie ponúk: 17/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 120 Dni

Informácie o verejnom otvorení ponúk:

Dátum otvorenia: 17/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Miesto: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevald=76126

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL

Informácie o lehotách na preskúmanie: Zakon o pravnom varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami)

5.1. Časť: LOT-0002

Názov: Ortopantomografa CBCT 2D/3D s cefalostatom

Opis: Nabava ortopantomografa CBCT 2D/3D s cefalostatom z garancijskim in pogarancijskim vzdrževaním

Interný identifikátor: 522383

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 33111000 Röntgenové prístroje

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 33111500 Zubné röntgeny

5.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Savinjska (SI034)

Krajina: Slovinsko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 8 Roky

5.1.5. Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH: 100 000,00 EUR

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): áno

Informácie o predchádzajúcich oznámeniach:

Identifikátor predchádzajúceho oznámenia: 5e725dbd-3a60-4589-a60b-9aabbbaa2f29b-01

5.1.8. Kritériá prístupnosti

Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Súťažný podklad

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Cena aparata

Opis: Nasročník bo ponudil maksimalno število točk ponudnku, ki bo ponudil aprat po najnižji ceni.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 80

Kritérium:

Typ: Kvalita

Názov: Samodejno pozicioniranje pacienta

Opis: Aparat omogoča samodejno pozicioniranje pacienta

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 10

Kritérium:

Typ: Kvalita

Názov: »Scout« posnetek z možnostjo proste korekcije pozicije in dimenzije preglednega polja (FOV) na posnetku

Opis: »Scout« posnetek ima možnost proste korekcije pozicije in dimenzije preglednega polja (FOV) na posnetku.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (body, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 10

5.1.11. Súťažné podklady

Lehota na vyžiadanie doplňujúcich informácií: 24/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Adresa súťažných podkladov: <https://www.enarocanje.si/api/datoteka/get?id=NTg0NjczO0pOMDIfUIRHX1pEX1ZlbGVuamVfcG9wcmF2ZWsxLnppcA>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevald=76126

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: slovinčina

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Varianty: Nie je povolená

Lehota na prijímanie ponúk: 17/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 120 Dni

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 17/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Miesto: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevald=76126

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povinná

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15. Techniky**Rámcová dohoda:**

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL

Informácie o lehotách na preskúmanie: Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami)

8. Organizácie**8.1. ORG-0001**

Úradný názov: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Registračné číslo: 5820456000

Poštová adresa: Vodnikova cesta 1

Mesto: Velenje

PŠČ: 3320

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Savinjska (SI034)

Krajina: Slovinsko

E-mail: info@zd-velenje.si

Telefón: 03 8995400

Internetová adresa: <https://www.zd-velenje.si>

Roly tejto organizácie:

Kupujúci

8.1. ORG-0002

Úradný názov: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL

Registračné číslo: 1332716000

Poštová adresa: Slovenska cesta 54

Mesto: Ljubljana

PŠČ: 1000

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)

Krajina: Slovinsko

E-mail: dkom@dkom.si

Telefón: +38612342800

Internetová adresa: <https://www.dkom.si/>

Roly tejto organizácie:

Organizácia pre preskúmanie

10. Zmena

Verzia prechádzajúceho oznámenia, ktorá sa má upraviť

:

5e725dbd-3a60-4589-a60b-9aabbbaa2f29b-01

Hlavný dôvod zmeny

:

Oprava chyby kupujúceho

Opis

:

Naročnik spreminja rok za oddajo ponudbe in rok za odpiranje ponudb in sicer na 17.8.2026. Naroknik podaja naslednje popravke: 1. Naroknik je odkril napako pri dveh merilih za sklop 2. Pravilno število točk, ki jih bo naroknik podelil za obe kakovostni merili je 10 točk (in ne 5). 2. V skladu z odgovorom z dne 20.7.2026 naroknik spreminja zahtevani odzivni čas za odpravo napak med "8. in 16. uro" pri obeh sklopih. 3. V skladu z odgovorom z dne 20.7.2026 naroknik spreminja tehnično zahtevo za sklop 2 v točki E. STENSKI STATIV, točka 2 na »Vertikalni pomik (centralni RTG žarek od tal) mora biti v obsegu najmanj od 30 cm +/-1,5 cm do vsaj 170 cm ali več« 4. V skladu z odgovorom z dne 27.7.2026 naroknik spreminja tehnični zahtev za sklop 2 v točki B. CEPHALOGRAM in sicer v točki 3 na »velikost piksla do največ 140 µm« in točki D. ORTOPANTOMOGRAM S 3D (CBCT)in sicer v točki 5 doda »ali en svetlobni snop (laser) za pravilno pozicioniranje preiskovanca in dva virtualna na živi sliki pacienta.«. 5. V skladu z odgovorom z dne 27.7.2026 naroknik odstranjuje merilo št. 2: Programska oprema za hkratno kombiniranje malega in velikega fokusa ter merilo 3. Moč velikega fokusa za sklop 1: Digitalni RTG aparat 6. V skladu z odgovorom z dne 27.7.2026 naroknik umika tehnično zahtevo za sklop 1 v točki A. OSNOVNE ZAHTEVE, podtočka 10, alineja c: Avtomatsko centriranje RTG cevi in prenosnega slikovnega sprejemnika. V razpisni dokumentaciji: 1. Pri tehničnih zahtevah naroknik umika tehnično zahtevo za sklop 1 v točki A. OSNOVNE ZAHTEVE, podtočka 10, alineja c: Avtomatsko centriranje RTG cevi in prenosnega slikovnega sprejemnika. 2. Pri tehničnih zahtevah v sklopu 1, točka K in sklopu 2, točka F se odzivni čas spremeni na "od 8. - 16. ure". 3. Pri tehničnih zahtevah se v sklopu 2, točka B. CEPHALOGRAM in sicer v točki 3 spremeni na »velikost piksla do največ 140 µm« 4. Pri tehničnih zahtevah se v sklopu 2, točka D. ORTOPANTOMOGRAM S 3D (CBCT)in sicer v točki 5 doda »ali en svetlobni snop (laser) za pravilno pozicioniranje preiskovanca in dva virtualna na živi sliki pacienta.« 5. Pri tehničnih zahtevah se v sklopu 2, točka E. STENSKI STATIV, točka 2 spremeni »Vertikalni pomik (centralni RTG žarek od tal) mora biti v obsegu najmanj od 30 cm +/-1,5 cm do vsaj 170 cm ali več« 6. Odstranjeno merilo 2: Programska oprema za hkratno kombiniranje malega in velikega fokusa za sklop 1: Digitalni RTG aparat. 7. Odstranjeno merilo 3: Moč velikega fokusa za sklop 1: Digitalni RTG aparat. 8. Sprememba točk pri merilu 2. in 3. za sklop 2. V obrazcu predračun: 1. Odstranjena točka II. in III. za sklop 1: Digitalni RTG aparat. V Obrazcu št. 2: Izjava sposobnost zahteve naroknika - Sklop 1: 1. V točki A. OSNOVNE ZAHTEVE, podtočka 10, naroknik umika zahtevo pod alinejo c: Avtomatsko centriranje RTG cevi in prenosnega slikovnega sprejemnika. 2. V točki K. OSTALE ZAHTEVE IN DODATNA OPREMA, podtočka 16 - popravljamo odzivni čas za odpravo napak vsak delovni dan med »8. – 16. ure«. 3. V točki E. STENSKI STATIV, točka 2 popravljamo na »Vertikalni pomik (centralni RTG žarek od tal) mora biti v obsegu najmanj od 30 cm +/-1,5 cm do vsaj 170 cm ali več« V Obrazcu št. 2: Izjava sposobnost zahteve naroknika - Sklop 2: 1. V točki F. OSTALE ZAHTEVE IN DODATNA OPREMA, podtočka 9 - popravljamo odzivni čas za odpravo napak vsak delovni dan med »8. – 16. ure«. 2. V točki B. CEPHALOGRAM in sicer v točki 3 spremeni na »velikost piksla do največ 140 µm« 3. V točki D. ORTOPANTOMOGRAM S 3D (CBCT)in sicer v točki 5 doda »ali en svetlobni snop (laser) za pravilno pozicioniranje preiskovanca in dva virtualna na živi sliki pacienta.« V pogodbi o

dobavi aparata: 1. Sprememba delovnega časa izvajalca v 11. členu med 8. in 16. uro, pisna prijava in 3 delovnih dni. 2. Naročnik spreminja pogodbeno določilo in sicer: "V kolikor napaka ni odpravljena v navedenem roku, lahko naročnik uveljavi pogodbeno kazen v višini 0,01% pogodbene vrednosti za vsak dan zamude in kriti naročniku izpad prihodka, ki je nastal zaradi nedelovanja aparata. Če izvajalec meni, da zamuda ni nastala iz razlogov na njegovi strani, mora to brez odlašanja pisno sporočiti naročniku ter predložiti ustrezna dokazila. Dokazno breme, da zamuda ni nastala iz razlogov, za katere odgovarja izvajalec, nosi izvajalec. Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne razbremeni obveznosti, da napako odpravi, niti ne vpliva na druge pravice naročnika po tej pogodbi ali po veljavnih predpisih." V pogodbi o vzdrževanju aparata: 1. Sprememba delovnega časa izvajalca v 3. in 9. členu med 8. in 16. uro, pisna prijava in 3 delovnih dni. Naročnik spreminja pogodbeno določilo in sicer: "V kolikor napaka ni odpravljena v navedenem roku, lahko naročnik uveljavi pogodbeno kazen v višini 0,01% pogodbene vrednosti za vsak dan zamude in kriti naročniku izpad prihodka, ki je nastal zaradi nedelovanja aparata. Če izvajalec meni, da zamuda ni nastala iz razlogov na njegovi strani, mora to brez odlašanja pisno sporočiti naročniku ter predložiti ustrezna dokazila. Dokazno breme, da zamuda ni nastala iz razlogov, za katere odgovarja izvajalec, nosi izvajalec. Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne razbremeni obveznosti, da napako odpravi, niti ne vpliva na druge pravice naročnika po tej pogodbi ali po veljavnih predpisih."

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: fd0de611-2932-4d3d-9746-c154a41d1253 - 01

Typ formulára: Súťaž

Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim

Podtyp oznámenia: 16

Dátum odoslania oznámenia: 28/07/2026 14:25:34 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: slovinčina

Číslo uverejnenia oznámenia: 524589-2026

Číslo vydania série S úradného vestníka: 144/2026

Dátum uverejnenia: 29/07/2026