

575986-2025 - Predbežné oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu

Dánsko – Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) – Opgradering af MR-scanner til dyr

OJ S 168/2025 03/09/2025

Oznámenie pre dobrovoľnú transparentnosť ex-ante

Tovary

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: Aarhus Universitet

E-mail: suski@au.dk

2. Postup

2.1. Postup

Názov: Opgradering af MR-scanner til dyr

Opis: This purchase is for a partial upgrade of existing equipment for small-animal high field magnetic resonance imaging (MRI). The MRI system is a Bruker Biospec and we intend to upgrade this system by replacing electronic components but leaving in place the large magnet which is a core component of the scanner system. This means that only Bruker components can interface to the existing magnet. Another central aspect of the upgrade concerns our cryo surface array coil for rodent brain imaging. This is a specialty item only offered by Bruker and can therefore only be interfaced to and upgraded with Bruker hardware. Additionally, the hardware works only through proprietary control software developed and supplied by Bruker. For these reasons, the upgrade is only possible with Bruker component.

Identifikátor postupu: 98a5188e-83bf-4b0d-986d-ce5ea85ee59e

Interný identifikátor: 71a0b285-c296-4843-8013-da66d975e094

Druh postupu: Rokovacie konanie bez zverejnenia výzvy na súťaž

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

2.1.2. Miesto plnenia

Poštová adresa: Universitetsbyen 3, Building 1710

Mesto: Aarhus C

PSČ: 8000

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Østjylland (DK042)

Krajina: Dánsko

2.1.4. Všeobecné informácie

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0000

Názov: Opgradering af MR-scanner til dyr

Opis: This purchase is for a partial upgrade of existing equipment for small-animal high field magnetic resonance imaging (MRI). The MRI system is a Bruker Biospec and we intend to upgrade this system by replacing electronic components but leaving in place the large magnet which is a core component of the scanner system. This means that only Bruker components can interface to the existing magnet. Another central aspect of the upgrade concerns our cryo surface array coil for rodent brain imaging. This is a specialty item only offered by Bruker and can therefore only be interfaced to and upgraded with Bruker hardware. Additionally, the hardware works only through proprietary control software developed and supplied by Bruker. For these reasons, the upgrade is only possible with Bruker component.

Interný identifikátor: fd70edaa-ce73-4463-9731-4c4e5cb1d57b

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

5.1.2. Miesto plnenia

Poštová adresa: Universitetsbyen 3, Building 1710

Mesto: Aarhus C

PSČ: 8000

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Østjylland (DK042)

Krajina: Dánsko

5.1.6. Všeobecné informácie

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Klagenævnet for udbud

Informácie o lehotách na preskúmanie: Following the notification, a standstill period of 10 calendar days will be held in accordance to paragraph 3 of Act No. 593 of 2 June 2016 on the Danish Act on the Complaints Board for public Procurement. This implies that the Contracting Authority cannot sign the Contract with the winning Tenderer before the standstill period has expired. In case of complaints about tenders or decisions, e.g. award of contracts covered by Section II or III in the Danish Public Procurement Act must be submitted to the Complaints Board for Public Procurement (Klagenævnet for udbud) within 45 calendar days from the day after the contractor published a notice in the Official Journal on the conclusion of a contract. At the latest concurrently with submission of an appeal to the Complaints Board for Public Procurement, the complainant must inform the Contracting Authority of the alleged infringement, and whether the appeal is to be referred to the board.

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Organizácia podpisujúca zmluvu: Aarhus Universitet

6. Výsledky

Zámer uzavrieť zmluvu

:

Odôvodnenie zámeru uzavrieť zmluvu: Zákazku môže plniť len konkrétny hospodársky subjekt, pretože hospodárska súťaž z technických príčin neexistuje

Iné odôvodnenie: This purchase is for a partial upgrade of existing equipment for small-animal high field magnetic resonance imaging (MRI). The MRI system is a Bruker Biospec and we intend to upgrade this system by replacing electronic components but leaving in place the large magnet which is a core component of the scanner system. This means that only Bruker components can interface to the existing magnet. Another central aspect of the upgrade concerns our cryo surface array coil for rodent brain imaging. This is a specialty item only offered by Bruker and can therefore only be interfaced to and upgraded with Bruker hardware. Additionally, the hardware works only through proprietary control software developed and supplied by Bruker. For these reasons, the upgrade is only possible with Bruker component.

6.1. Identifikátor časti výsledku: LOT-0000

6.1.2. Informácie o víťazoch

Víťaz:

Úradný názov: Bruker Nordic AB

Ponuka:

Identifikátor ponuky: 2025-0888181 Opgradering af MR-skanner, HE CFIN

Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0000

Hodnota ponuky: 9 341 612,00 DKK

Informácie o zmluve:

Identifikátor zmluvy: 2025-0888181 Opgradering af MR-scanner til dyr, HE CFIN

Dátum výberu víťaza: 02/09/2025

Organizácia podpisujúca zmluvu: Aarhus Universitet

8. Organizácie

8.1. ORG-0001

Úradný názov: Aarhus Universitet

Registračné číslo: 31119103

Poštová adresa: Nordre Ringgade 1

Mesto: Aarhus C

PSČ: 8000

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Østjylland (DK042)

Krajina: Dánsko

Kontaktné miesto: susanne louise skifter

E-mail: suski@au.dk

Telefón: 93521509

Internetová adresa: <https://www.au.dk/>

Roly tejto organizácie:

Kupujúci

Organizácia podpisujúca zmluvu

8.1. ORG-0002

Úradný názov: Klagenævnet for udbud

Registračné číslo: 37795526

Poštová adresa: Toldboden 2

Mesto: Viborg
PSČ: 8800
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Vestjylland (DK041)
Krajina: Dánsko
Kontaktné miesto: Klagenævnet for udbud
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefón: +45 72405708
Koncový bod výmeny informácií (URL): <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenævnet-for-udbud>
Roly tejto organizácie:
Organizácia pre preskúmanie

8.1. ORG-0003

Úradný názov: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registračné číslo: 10294819
Poštová adresa: Carl Jacobsens Vej 35
Mesto: Valby
PSČ: 2500
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Byen København (DK011)
Krajina: Dánsko
Kontaktné miesto: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefón: +45 41715000
Koncový bod výmeny informácií (URL): <https://www.kfst.dk>
Roly tejto organizácie:
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1. ORG-0004

Úradný názov: Bruker Nordic AB
Registračné číslo: DK26826861
Poštová adresa: Torshamnsgatan 44
Mesto: Krista
PSČ: 164 40
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Skåne län (SE224)
Krajina: Švédsko
Roly tejto organizácie:
Uchádzač
Vít'az týchto častí: LOT-0000

8.1. ORG-0005

Úradný názov: Mercell Holding ASA
Registračné číslo: 980921565
Poštová adresa: Askekroken 11
Mesto: Oslo
PSČ: 0277
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Oslo (NO081)
Krajina: Nórsko
Kontaktné miesto: eSender
E-mail: publication@mercell.com
Telefón: +47 21018800
Fax: +47 21018801
Internetová adresa: <http://mercell.com/>

Roly tejto organizácie:

TED eSender

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: e01b4341-3c4a-4327-8819-128c0ca64f2a - 01

Typ formulára: Predbežné oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu

Typ oznámenia: Oznámenie pre dobrovoľnú transparentnosť ex-ante

Podtyp oznámenia: 25

Dátum odoslania oznámenia: 02/09/2025 08:37:22 (UTC+00:00) západoeurópsky čas, GMT

Dátum odoslania oznámenia (eSender): 02/09/2025 11:02:37 (UTC+00:00) západoeurópsky čas, GMT

Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: dánčina

Číslo uverejnenia oznámenia: 575986-2025

Číslo vydania série S úradného vestníka: 168/2025

Dátum uverejnenia: 03/09/2025