

576089-2025 - Výsledok

Pol'sko – Zdravotnícke vybavenie – Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.
OJ S 169/2025 04/09/2025
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania alebo oznámenie o udelení koncesie –
štandardný režim
Tovary

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: Szpital Murcki Sp. z o.o.

E-mail: zp@szpitalmurcki.pl

Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia

Činnosť verejného obstarávateľa: Zdravie

2. Postup

2.1. Postup

Názov: Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.

Opis: Przedmiotem postępowania jest „Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki Sp. z o.o.” szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia.

Identifikátor postupu: 5826fe4c-e24a-49bc-8ec7-16c964ee9344

Predchádzajúce oznámenie: 503274-2025

Interný identifikátor: ZP/1888/25

Druh postupu: Verejná súťaž

Postup je zrýchlený: nie

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 33100000 Zdravotnícke vybavenie

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 33111000 Röntgenové prístroje

2.1.2. Miesto plnenia

Poštová adresa: Szpital Murcki Sp. z o.o. Ul. Sokołowskiego 2

Mesto: Katowice

PSČ: 40-749

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Katowicki (PL22A)

Krajina: Poľsko

2.1.4. Všeobecné informácie

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Prawo Zamówień Publicznych - art. 132 Pzp

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0001

Názov: Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.

Opis: Przedmiotem postępowania jest „Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki Sp. z o.o.” szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jeden niepodzielny przedmiot zamówienia, dla którego Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, jak i wymagania zawarte w SWZ.
Interny identyfikator: ZP/1888/25

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary
Hlavná klasifikácia (cpv): 33100000 Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúca klasifikácia (cpv): 33111000 Röntgenové prístroje

5.1.2. Miesto plnenia

Poštová adresa: ul. Sokołowskiego 2
Mesto: Katowice
PSČ: 40-749
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Katowicki (PL22A)
Krajina: Poľsko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 10 Týždne

5.1.6. Všeobecné informácie

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ
Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
Doplňujúce informácie: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie dostawy, instalacji i obsługi serwisowej sprzętu rentgenowskiego. Na potwierdzenie Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 (trzy) realizacje w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia aparatury diagnostycznej RTG wraz z pracami adaptacyjnymi w pracowni RTG (o ile były konieczne) o wartości każdej z nich min. 900 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100 brutto) i z potwierdzeniem, iż zostały wykonane należycie.

5.1.10. Kriteéria na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Opis: Kryterium cena – 60%: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów 60%, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem: $C = (\text{Oferta o najniższej cenie brutto} / \text{Cena brutto oferty badanej}) \times 100 \times 60 \%$ gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (percentá, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 60

Kritérium:

Typ: Kvalita

Opis: Kryterium okres gwarancji –10% (10 punktów); Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Okres gwarancji” zgodnie z opisem poniżej na podstawie okresu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym: Zadeklarowany Okres gwarancji: Minimalny okres 36 miesięcy - 0 punktów, 48 miesięcy i więcej - 10 punktów

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (percentá, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 10

Kritérium:

Typ: Kvalita

Opis: Kryterium parametr techniczny – 30% Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Parametr techniczny” zgodnie z parametrami określonymi w załączniku – nr 2 do SWZ kolumna „punktacja” oraz kolumna „parametr oferowany”. Maksymalna ilość procent w ramach kryterium „Parametr techniczny” wynosi 30. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium wynosi 50 pkt. $P = (\text{ilość punktów w badanej ofercie} / \text{maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium parametr techniczny tj. 50 punktów}) \times 100 \times 30 \%$ gdzie: P – wartość parametru technicznego badanej oferty 1. Parametry urządzenia: Częstotliwość napięcia anodowego generatora - Wymagane wartości graniczne ≥ 400 kHz, Punktacja: ≥ 450 kHz - 10 pkt, < 450 kHz - 0 pkt 2. Parametry urządzenia: Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) - Wymagane wartości graniczne ≥ 65 kW, Punktacja: ≥ 80 kW - 5 pkt, < 80 kW - 0 pkt 3. Parametry urządzenia: Max prąd w radiografii - Wymagane wartości graniczne ≥ 800 mA, Punktacja: ≥ 1000 mA - 5 pkt, < 1000 mA - 0 pkt 4. Parametry urządzenia: Maksymalna wartość mAs - Wymagane wartości graniczne ≥ 800 mAs, Punktacja: ≥ 1000 mAs - 5 pkt, < 1000 mAs - 0 pkt III. Kołpak z lampą rtg i kolimator rtg zamocowany na zawieszeniu sufitowym 1. Parametry urządzenia: Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg - Wymagane wartości graniczne $\geq 1,7$ MHU, Punktacja: ≥ 2 MHU - 10 pkt, < 2 MHU - 0 pkt IV. Uniwersalny stół diagnostyczny 1. Parametry urządzenia: Pochłanianie blatu stołu - ekwiwalent Al - Wymagane wartości graniczne $\leq 0,70$ mm Al, Punktacja: $\leq 0,50$ mm Al - 5 pkt, $> 0,50$ mm Al - 0 pkt V. Statyw do zdjęć odległościowych 1. Parametry urządzenia: Pochłanianie płyty statywu – ekwiwalent Al - Wymagane wartości graniczne $\leq 0,45$ mm Al, Punktacja: $\leq 0,35$ mm Al - 5 pkt, $> 0,35$ mm Al - 0 pkt 2. Parametry urządzenia: Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora - Wymagane wartości graniczne ≤ 50 mm, Punktacja: ≤ 40 mm - 5 pkt, > 40 mm - 0 pkt

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (percentá, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 30

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Informácie o lehotách na preskúmanie: Odwołanie wnosi się w terminach: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób; 2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia; 3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od

dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Organizácia, ktorej rozpočet sa používa na úhradu zákazky: Szpital Murcki Sp. z o.o.
Organizácia vykonávajúca platbu: Szpital Murcki Sp. z o.o.

6. Výsledky

Hodnota všetkých zmlúv udelených v tomto oznámení: 1 269 300,00 PLN

6.1. Identifikátor časti výsledku: LOT-0001

Stav výberu víťaza: Bol vybratý aspoň jeden víťaz.

6.1.2. Informácie o víťazoch

Víťaz:

Úradný názov: 4Rad Sp. z o.o.

Ponuka:

Identifikátor ponuky: 4Rad Sp. z o.o.

Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001

Hodnota ponuky: 1 269 300,00 PLN

Ponuka bola zaradená do poradia: áno

Poradie ponuky: 1

Ponuka je variantné riešenie: nie

Zadávanie zákaziek subdodávateľom: Nie

Informácie o zmluve:

Identifikátor zmluvy: SM/U-ZP/25/29

Názov: Zakup i dostawa aparatu RTG dla Szpitala Murcki sp. z o.o.

Dátum výberu víťaza: 13/08/2025

Dátum uzavretia zmluvy: 01/09/2025

6.1.4. Štatistické informácie

Prijaté ponuky alebo žiadosti o účasť:

Typ prijatých ponúk: Ponuky podané elektronicky

Počet prijatých ponúk alebo žiadostí o účasť: 1

Rozsah ponúk:

Hodnota najnižšej prípustnej ponuky: 1 269 300,00 PLN

Hodnota najvyššej prípustnej ponuky: 1 269 300,00 PLN

8. Organizácie

8.1. ORG-0001

Úradný názov: Szpital Murcki Sp. z o.o.

Registračné číslo: 9542745563

Registračné číslo: 9542745563

Poštová adresa: ul. Sokołowskiego 2

Mesto: Katowice

PSC: 40-749

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Katowicki (PL22A)

Krajina: Poľsko

E-mail: zp@szpitalmurcki.pl

Telefón: 32 2556163

Internetová adresa: www.szpitalmurcki.pl

Koncový bod výmeny informácií (URL): <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmurcki>

Roly tejto organizácie:

Kupujúci

Organizácia, ktorej rozpočet sa používa na úhradu zákazky

Organizácia vykonávajúca platbu

8.1. ORG-0002

Úradný názov: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Registračné číslo: 5262239325

Poštová adresa: ul. Postępu 17

Mesto: Warszawa

PSČ: 02-676

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Krajina: Poľsko

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telefón: +48 224587801

Fax: +48 224587700

Internetová adresa: <https://uzp.gov.pl>

Koncový bod výmeny informácií (URL): <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmurcki>

Roly tejto organizácie:

Organizácia pre preskúmanie

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1. ORG-0003

Úradný názov: 4Rad Sp. z o.o.

Veľkosť hospodárskeho subjektu: Malý podnik

Registračné číslo: 5213220780

Poštová adresa: ul. Suwak 4

Mesto: Warszawa

PSČ: 02-676

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Krajina: Poľsko

E-mail: info@4rad.pl

Telefón: 504 113 552

Internetová adresa: <https://4rad.pl/>

Roly tejto organizácie:

Uchádzač

Vít'az týchto častí: LOT-0001

8.1. ORG-0000

Úradný názov: Publications Office of the European Union

Registračné číslo: PUBL

Mesto: Luxembourg

PSČ: 2417

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Luxembourg (LU000)

Krajina: Luxembursko

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefón: +352 29291

Internetová adresa: <https://op.europa.eu>

Roly tejto organizácie:

TED eSender

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: 17c52b31-9ef6-4ab2-8562-5609806693f8 - 01

Typ formulára: Výsledok

Typ oznámenia: Oznámenie o výsledku verejného obstarávania alebo oznámenie o udelení koncesie – štandardný režim

Podtyp oznámenia: 29

Dátum odoslania oznámenia: 03/09/2025 07:15:10 (UTC+00:00) západoeurópsky čas, GMT

Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: poľština

Číslo uverejnenia oznámenia: 576089-2025

Číslo vydania série S úradného vestníka: 169/2025

Dátum uverejnenia: 04/09/2025