

494243-2026 - Javni razpis

Češka – Sredstva za diagnostiko – Koagulace I. Plně automatizovaná koagulace

OJ S 136/2026 17/07/2026

Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Blago

1. Kupec

1.1. Kupec

Uradno ime: Fakultní nemocnice Olomouc

E-naslov: katerina.bodinkova@fnol.cz

Pravna vrsta kupca: Oseba javnega prava, ki jo obvladuje osrednji državni organ

Dejavnost javnega naročnika: Zdravje

2. Postopek

2.1. Postopek

Naslov: Koagulace I. Plně automatizovaná koagulace

Opis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka přstrojového vybavení včetně příslušenství pro stanovení koagulací

Identifikátor postopka: 44a495ec-8d27-4082-b481-6e4eb3fc79e9

Notranji identifikátor: VZ-2026-000611

Vrsta postopka: Odprti postopek

Postopek je pospešen: ne

2.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33694000 Sredstva za diagnostiko

Dodatna klasifikacija (cpv): 38434000 Analizatorji

2.1.2. Kraj izvajanja

Podregija države (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Država: Češka

Dodatne informacije: Fakultní nemocnice Olomouc

2.1.4. Splošne informacije

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Čezmejni zakon, ki se uporablja: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6. Razlogi za izključitev

Viri izključitvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5. Sklop

5.1. Sklop: LOT-0001

Naslov: Koagulace I. Plně automatizovaná koagulace

Opis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka přstrojového vybavení včetně příslušenství pro stanovení koagulací
Notranji identifikator: VZ-2026-000611

5.1.1. **Namen**

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33694000 Sredstva za diagnostiko

Dodatna klasifikacija (cpv): 38434000 Analizatorji

Možnosti:

Opis možnosti: viz zadávací dokumentace

5.1.2. **Kraj izvajanja**

Podregija države (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Država: Češka

Dodatne informacije: Fakultní nemocnice Olomouc

5.1.3. **Predvideno trajanje**

Datum začetka: 01/10/2026

Trajanje: 6 Leta

5.1.6. **Splošne informacije**

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.7. **Strateško javno naročanje**

Namen strateškega javnega naročanja: Nabava inovativnih rešitev

Opis: Nastavením zadávacích podmínek zadavatel požaduje nejmodernější, nejnovější dostupná řešení. Tato umožní kvalitnější a bezpečnější péči o pacienta.

Javno naročanje inovativnih rešitev: Naročene gradnje, blago ali storitve vključujejo produktne inovacije.

5.1.9. **Merila za izbor**

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. **Merila za oddajo javnega naročila**

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Celková nabídková cena v Kč bez DPH

Opis: Celková nabídková cena v Kč bez DPH Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, která bude převzata z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, a to podle její absolutní výše. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce nejnižší celk. nabídková cena v Kč bez DPH

----- x 100 x váha kritéria, tj. 70% hodnocená celk.

nabídková cena v Kč bez DPH

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 70

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Technické vlastnosti

Opis: 2. kritérium: Technické vlastnosti: 2a) kritérium: stabilita reagensů pro vyšetření č. 2 Zadavatel bude hodnotit délku stability nabídnutých reagensů na palubě analyzátoru pro vyšetření č. 2. Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2a) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud všechny reagensie pro vyšetření číslo 2, které jsou součástí nabídky, mají stabilitu na palubě analyzátoru 5 dnů nebo více. Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 20 bodů. „NE“, pokud jedna nebo více nabízených reagensů pro vyšetření číslo 2 má stabilitu na palubě analyzátoru kratší než 5 dnů. Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2a) uvede název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2a) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2b_I.) kritérium: forma reagensů pro vyšetření č. 2 Zadavatel bude hodnotit, zda součástí hodnocené nabídky jsou reagensie pro vyšetření č. 2, které nejsou lyofilizované ani zmrazené Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2b_I.) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 2 nejsou lyofilizované ani mražené reagensie Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 10 bodů. „NE“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 2 jsou lyofilizované či mražené reagensie Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2b_I.) uvede název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2b_I.) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2b_II.) kritérium: forma reagensů pro vyšetření č. 6 Zadavatel bude hodnotit, zda součástí hodnocené nabídky jsou reagensie pro vyšetření č. 6, které nejsou lyofilizované ani zmrazené Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2b_II.) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 6 nejsou lyofilizované ani mražené reagensie Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 10 bodů. „NE“, pokud součástí hodnocené nabídky pro vyšetření č. 6 jsou lyofilizované či mražené reagensie Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2b_II.) uvede název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2b_II.) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2c) kritérium: vyšetření č. 16 – metoda stanovení Zadavatel bude hodnotit nabídnutou metodu stanovení vyšetření č. 16 „aktivita von Willebrandova faktoru (vWFA)“ Dodavatel uvede v příloze č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2c) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud součástí hodnocené nabídky je vyšetření č. 16 – stanovení pomocí metody vWF: Act (activity) Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 30 bodů. „NE“, pokud součástí hodnocené nabídky je vyšetření č. 16 – stanovení pomocí jiné metody než vWF: Act (activity) Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2c) uvede nabídnutou metodu pro vyšetření č. 16 a název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2c) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. 2d) kritérium: reakční (koagulační) křivky a middleware Zadavatel bude hodnotit, zda nabízené analyzátory zobrazují reakční (koagulační) křivky vč. individuálního grafu reakčního mechanismu měření vzorku a ukládají je a dále zda middleware zajišťuje centralizovaný přístup k náhledu všech křivek ze všech analyzátorů Dodavatel uvede v příloze

č. 5d) Hodnocené parametry, parametr 2d) ve sloupci D „ANO/NE“: „ANO“, pokud všechny nabízené analyzátory zobrazují reakční (koagulační) křivky vč. individuálního grafu reakčního mechanismu měření vzorku a ukládají je a dále middleware zajišťuje centralizovaný přístup k náhledu všech křivek ze všech analyzátorů Odpověď „ANO“ Nabídka obdrží 30 bodů. „NE“, pokud jeden nebo více nabízených analyzátorů nezobrazuje reakční (koagulační) křivky vč. individuálního grafu reakčního mechanismu měření vzorku nebo je neukládají nebo middleware nezajišťuje centralizovaný přístup k náhledu všech křivek ze všech nabízených analyzátorů Odpověď „NE“ Nabídka obdrží 0 bodů. Pokud dodavatel uvede „ANO“ tak dále do poznámky (příloha 5d) sloupec E) u hodnoceného parametru 2d) název a konkrétní stranu dokumentu, který je součástí nabídky a kde lze uvedené ověřit. V případě, že dodavatel uvede v příloze č. 5d) u parametru 2d) ve sloupci D „ANO“, a neprokáže splnění požadavku technickým dokumentem, bude za takovou nabídku přiděleno 0 bodů a nabídka bude dále hodnocena. Pro zjištění celkem získaných bodů za 2. kritérium zadavatel sečte všechny body získané v rámci 2. kritéria, tedy 2a) + 2b_I.) + 2b_II.) + 2c) + 2d) Pro zjištění celkem získaných redukováných bodů za 2. kritérium zadavatel použije hodnocení bodovací metodou a bodové hodnocení vypočte dle vzorce: Hodnocený počet bodů za druhé hodnotící kritérium ----- x 100 x váha kritéria, tj. 30% Nejvyšší

počet bodů za druhé hodnotící kritérium

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 30

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: češčina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 20/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 0 Dan

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Obvezno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Informacije o rokih za revizijo: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se

soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Uradno ime: Fakultní nemocnice Olomouc
Registrska številka: 00098892

Poštni naslov: Zdravotníků 248/7
Mesto: Olomouc - Nová Ulice
Poštna številka: 77900
Podregija države (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Država: Češka
E-naslov: katerina.bodinkova@fnol.cz
Tel.: +420 588445257
Profil kupca: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol>
Vloge te organizacije:
Kupec

8.1. ORG-0002

Uradno ime: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registrska številka: 65349423
Poštni naslov: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Mesto: Brno
Poštna številka: 60200
Podregija države (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Država: Češka
E-naslov: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Spletni naslov: <https://uohs.gov.cz>
Vloge te organizacije:
Organizacija za revizijo
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: 3a52e1c9-1378-45ef-91e5-669e7fa9811b - 01
Vrsta obrazca: Javni razpis
Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Podvrsta obvestila: 16
Datum pošiljanja obvestila: 16/07/2026 12:42:46 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: češčina
Številka objave obvestila: 494243-2026
Številka izdaje UL S: 136/2026
Datum objave: 17/07/2026