

Sverige-Karlskrona: MR-kameror

OJ S 187/2022 28/09/2022

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Varor

**Rättslig grund:**

direktiv 2014/24/EU

## Avsnitt I: Upphandlande myndighet

---

### I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Region blekinge

Ort: Karlskrona

Nuts-kod: SE221 Blekinge län

Land: Sverige

E-post: [dejan.stojanoski@regionblekinge.se](mailto:dejan.stojanoski@regionblekinge.se)

**Internetadress(er):**

Allmän adress: <https://regionblekinge.se/>

### I.4. Typ av upphandlande myndighet

Regional eller lokal myndighet

### I.5. Huvudsaklig verksamhet

Hälso- och sjukvård

## Avsnitt II: Föremål

---

### II.1. Upphandlingens omfattning

#### II.1.1. Benämning på upphandlingen

Uppgradering av MR-system 2022

Referensnummer: RB2022-0080

#### II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

33113110 MR-kameror

#### II.1.3. Typ av kontrakt

Varor

#### II.1.4. Kort beskrivning

Uppgradering av Regionens MR-system till den senaste teknikplattformen.

#### II.1.6. Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

#### II.1.7. Upphandlingens totala värde

Värde exkl. moms: 20 000 000,00 SEK

### II.2. Beskrivning

#### II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE221 Blekinge län

#### **II.2.4. Beskrivning av upphandlingen**

Uppgradering av Regionens MR-system till den senaste teknikplattformen.

#### **II.2.5. Tilldelningskriterier**

Pris

#### **II.2.11. Information om optioner**

Option: nej

#### **II.2.13. Information om EU-medel**

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

#### **II.2.14. Kompletterande upplysningar**

### **Avsnitt IV: Förfarande**

---

#### **IV.1. Beskrivning**

##### **IV.1.1. Typ av förfarande**

Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan

- Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde

Förklaring:

Röntgenavdelningarna vid Blekingesjukhuset i Karlskrona och Karlshamn, Region Blekinge, är i behov av att uppgradera nuvarande MR-system till den senaste teknikplattformen. I Karlskrona finns två MR-system (1,5T och 3T) och i Karlshamn ett MR-system (1,5T). Regionen ämnar tilldela kontraktet till GE Healthcare Sverige AB (vidare benämnt "GE Healthcare").

6 kap 14 § 1 stycket 2:a punkten LOU (2016:1145) är tillämplig, eftersom aktuella uppgraderingen kan av tekniska skäl endast utföras av en leverantör.

Regionen har följande motivering till sitt ställningstagande:

Befintliga MR-system upphandlades år 2009 från GE Healthcare. Den aktuella uppgraderingen omfattar hårdvara och mjukvara som är utvecklade efter avtalets ikraftträdande.

Uppgraderingen av samtliga system är nödvändig för att kunna ta del av den senaste bildrekonstruktionstekniken, vilken bl.a. innebär kortare tid för att genomföra MR-undersökningar, snabbare och säkrare granskning av undersökningar samt mindre behov av kompletterande undersökningar. I samband med uppgraderingen kommer även gantryöppningen öka från 60 cm till 70 cm, vilket ger tillgång till MR-undersökningar för patienter som tidigare inte kunnat undersökas i Blekinge. Sammanlagt medför den planerade uppgraderingen av MR-system en betydligt större patientsäkerhet genom att säkerställa hög klinisk kvalitet av undersökningarna samt möjlighet att undersöka fler patienter.

Region Blekinge planerar ett nytt kirurgblock som kommer att innehålla en ny röntgenavdelning. I samband med detta har den Medicintekniska avdelningen sett över ålder och uppgraderingsmöjligheter för befintliga system för att inte behöva göra kostsamma flyttar av utrustning och avbrott i verksamheten. Uppgraderingen av befintliga MR-system bedöms vara fördelaktig ur flera synpunkter, då nya MR-system kan sättas in direkt i nya byggnaden och nuvarande system kan användas hela vägen fram till dess att Röntgenavdelningen flyttar. På så sätt blir ett driftstopp kortast möjligt, vilket är mycket önskvärt med hänsyn till väntetider för MR-undersökningar.

GE Healthcare anses vara ensam på marknaden att kunna leverera efterfrågade utrustningen till Region Blekinge, då leverantören äger ensamrätt avseende grundutrustningen som ska uppgraderas.

#### **IV.1.3. Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem**

#### **IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling**

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

#### **IV.2. Administrativ information**

#### **IV.2.1. Tidigare offentliggörande angående detta förfarande**

Meddelandenummer i EUT: [2022/S 125-354155](#)

#### **IV.2.8. Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet**

#### **IV.2.9. Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande**

### **Avsnitt V: Kontraktstilldelning**

---

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

#### **V.2. Kontraktstilldelning**

#### **V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt**

27/06/2022

#### **V.2.2. Information om anbud**

Antal mottagna anbud: 1

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

#### **V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress**

Officiellt namn: GE Healthcare Sverige AB

Ort: Stockholm

Nuts-kod: SE11 Stockholm

Land: Sverige

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

#### **V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde**

Kontraktets/delens totala värde: 20 000 000,00 SEK

#### **V.2.5. Information om underentreprenader**

### **Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar**

---

#### **VI.3. Kompletterande upplysningar**

#### **VI.4. Överprövningsförfaranden**

#### **VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning**

Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Växjö

Ort: Växjö

Land: Sverige

#### **VI.5.**

**Datum då meddelandet sänts**

23/09/2022