

Sverige-Stockholm: Bentäthetsmätare

OJ S 207/2021 25/10/2021

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Karolinska Universitetssjukhuset

Nationellt registreringsnummer: 232100-0016

Postadress: Inköpsavdelningen

Ort: Stockholm

Nuts-kod: SE11 Stockholm

Postnummer: 171 76

Land: Sverige

Kontaktperson: Kristina Månros

E-post: kristina.manros@sll.se

Internetadress(er):

Allmän adress: <http://www.karolinska.se>

I.4. Typ av upphandlande myndighet

Regional eller lokal myndighet

I.5. Huvudsaklig verksamhet

Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning

II.1.1. Benämning på upphandlingen

Benmineralmätare DXA-utrustning

Referensnummer: K 2021-8664

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

33111660 Bentäthetsmätare

II.1.3. Typ av kontrakt

Varor

II.1.4. Kort beskrivning

Karolinska Universitetssjukhuset kommer att genomföra en förhandsinsyn utan föregående annonsering i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145, 6 Kap. 14§ 1 st. 2-3 p.). Karolinska Universitetssjukhuset har med detta avsikt att ingå avtal med Tromp Medical AB avseende 1 st Hologic Horizon A.

Karolinska Sjukhuset har sedan slutet av 90-talet bedrivit Benmineral mätning med DXA med två olika typer av utrustningar som är väletablerade på den svenska marknaden samt forskning och uppföljning av patienter och dess mätdata. Olika patienter mäts med olika

system vilket gör att det är viktigt för uppföljningen av patienterna att det fortsatt finns det system kvar som de har påbörjat mätningarna med.

II.1.6. Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.1.7. Upphandlingens totala värde

Värde exkl. moms: 1 100 000,00 SEK

II.2. Beskrivning

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

33111000 Röntgenapparat

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE110 Stockholms län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Stockholm ME Barnradiologi på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

1 st Hologic Horizon A, tillhandahåller en rörlig bädd som är höj- och sänkbar och en rörlig arm för helkroppsscanning som medger även scanning från sidan utan att behöva flytta patienten. Patientdata mellan de två olika versionerna av Hologic är helt översättningsbart med normalvärdet vilket säkerställer att patienternas data kan uppföljas korrekt.

Då Patientgruppen avser pediatrika patienter från 4 år och uppåt som brukar följas upp i flera omgångar under deras tillväxt skulle byte av röntgensystem inte vara tillämpligt då patientens referensvärden från tidigare undersökning är av en större betydelse för denna patientgrupp och säkerställer normalvärden. Försämring eller förbättring är av avgörande betydelse för beslut om tillämplig behandling. Detta är ett starkt argument för att patienter tidigare undersökta på Hologic kan fortsätta undersökas på samma system och därmed ett argument för att införskaffa utrustning av märket Hologic.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Motivering:

1. Att kunskaperna inom DXA skulle minska om vi inte skulle kunna följa två system vilket skulle gravt skulle skada forskningen och den fortsatta utvecklingen inom området.
2. Att patienter som idag följs med Hologic systemet inte skulle få en korrekt uppföljningsdata vilket kan leda till fördröjd diagnos och behandling

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1. Beskrivning

IV.1.1. Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande

Förklaring:

De olika typerna av system på marknaden är med fast eller rörlig bädd och arm på utrustningen men även att systemen bygger på olika typer av strålar gör att det inte helt översättningsbart med måtten mellan de två systemen. Differens kan vara så stor att det kan äventyra uppföljningen av patienter under pågående behandlingar. Därav behöver båda systemen vara i fungerande bruk och i drift.

1. Att kunskaperna inom DXA skulle minska om vi inte skulle kunna följa två system vilket skulle gravt skulle skada forskningen och den fortsatta utvecklingen inom området.
2. Att patienter som idag följs med Hologic systemet inte skulle få en korrekt uppföljningsdata vilket kan leda till fördröjd diagnos och behandling

- Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:
 - Konkurrens saknas av tekniska skäl

IV.1.3. Information om ramavtal

IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2. Administrativ information

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2. Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

18/10/2021

V.2.2. Information om anbudet

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress

Officiellt namn: Tromp Medical AB

Nationellt registreringsnummer: 556979-7235

Postadress: Sjöängsvägen 9

Ort: Sollentuna

Nuts-kod: SE110 Stockholms län

Postnummer: 19272

Land: Sverige

E-post: sales.sweden@trompmedical.com

Telefon: +46 0852503127

Internetadress: <http://www.trompmedical.se>

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: ja

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde

Uppskattat totalt ursprungligt värde av kontraktet/kontraktsdelen/koncessionen: 1 100 000,00

SEKKontraktets/delens/koncessionens totala värde: 1 100 000,00 SEK

V.2.5. Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3. Kompletterande upplysningar

Mercell annons: <https://opic.com/id/afszwwgzqw>

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm

Ort: Stockholm

Land: Sverige

VI.4.3. Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Karolinska har möjlighet att teckna avtal med leverantör efter att 10 dagars avtalsspärr löpt ut

VI.5. Datum då meddelandet sänts

20/10/2021