

556750-2026 - Konkurrensumsättning

Slovakien – Diagnostiska artiklar – Nájom imunohistochemického automatu na 5 rokov s IHC reagensiami.

OJ S 153/2026 11/08/2026

Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem

Varor

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare

Officiellt namn: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

E-postadress: marian.pavelcak@vhagy.sk

Köparens rättsliga status: Offentligt styrt organ som kontrolleras av en statlig myndighet

Den upphandlande myndighetens verksamhet: Hälso- och sjukvård

2. Förfarande

2.1. Förfarande

Titel: Nájom imunohistochemického automatu na 5 rokov s IHC reagensiami.

Beskrivning: Nájom s reagensiami na 5 rokov – IMUNOHISTOCHEMICKÝ AUTOMAT – ODDELENIE PATOLÓGIE. Základná technická špecifikácia imunohistochemického farbiaceho automatu - Plnoautomatický, voľno-stojací automat pre imunohistochemické vyšetrenie a in situ hybridizáciu, vrátane tlačiarne štítkov na podložné sklá. - Možnosť automatizovaného vykonávania imunohistochemie a in situ hybridizácie. - Kontinuálne funkcie bez zásahu obsluhy: automatizované sušenie rezov, deparafinizácia tkaniva, odmaskovanie antigénov, kondicionovanie buniek, dávkovanie detekčných a farbiacich činidiel, dofarbenie. - Možnosť plne automatického behu prístroja počas noci, bez prítomnosti obsluhy - Kapacita a výkonnosť prístroja: minimálne 90 skiel/ 24 hodín. - Minimálne 30 pozícií pre preparáty - Minimálne 30 pozícií pre protilátky a detekčné systémy. - Plne kompatibilný systém, tzv. plne otvorený systém – možnosť použitia protilátok rôznych výrobcov. - Homogenita farbenia v celom rozsahu farbiacej zóny. - Prevádzkové činidlá bez obsahu organických rozpúšťadiel. - Prepojenie a manipulácia automatu s počítačom. - Napojenie imunohistochemického automatu do systému digitalizácie – komunikácia imunohistochemického automatu s laboratórnym informačným systémom – typ Lis -názov: LIAPathology - Kontrola množstva reagensií a počtu dostupných testov v stroji pred zahájením behu aj pri pridávaní skiel v priebehu procesu – ochrana pred začatím farbenia bez dostatočného množstva reagensií na dokončenie procesu. - Kontrola dostupného objemu pre odpad v závislosti od použitých metód farbenia pred začatím behu prístroja - Ochrana odpadových nádob pred pretečením (monitorovanie hladiny odpadu). - Veľkoobjemové zásobníky pre reagenty a odpad. - Uživatelské rozhranie prístroja, vrátane ovládacieho softvéru v slovenskom alebo českom jazyku. - K prístroju musí byť dodaný návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, vyhlásenie o zhode prístroja, potvrdenie o odbornej aplikačnej a servisnej podpore - Online servisná podpora. - Dostupnosť servisného technika do 48 hodín od nahlásenia servisnej požiadavky. - Dodanie reagensií maximálne do 7 pracovných dní. - Doprava a inštalácia automatu. - Odborné zaškolenie. - Preventívna kontrola raz ročne. - V prípade potreby aktualizáciu softvéru a databázy. - V prípade potreby aplikačná podpora. - Bezplatný servis podľa potreby vrátane dopravy a náhradných dielov, počas celej doby trvania platnej zmluvy.

Opis predmetu obstarávania : ZÁKLADNÉ REAGENCIE NA 31000 TESTOV (NÁJOM 5 ROKOV) : EnVision™ FLEX, High pH EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x) (Dako Omnis) Dako Omnis Mixing Strip Wash Buffer (20x) (Dako Omnis) Hematoxylin (Dako Omnis) Sulfuric Acid, 0.3 M, cleaning Reag Clearify Cleaning Agent Seymour Label Kit for 3000 Labels SPOTREBNÝ MATERIÁL: Názov položky Počet kusov Dako Omnis Small Vial, 2 mL 200 Dako Omnis Large Vial, 30 mL 380 EnVision™ FLEX+ Rabbit LINKER 50 EnVision™ FLEX+ Mouse LINKER 120 EnVision FLEX DAB Enhancer 10 PD-L1 control slides 20 Antibody diluent with Background 35 PROTILÁTKY: Protilátka Počet testov bcl -2 (124) 120 BAP1 (C-4) 120 bcl-6 (PG-B6p) 120 BSAP (DAK-Pax5) 350 Calretinin (DAK- CD10) 180 CD10 (DAK CD10) 240 CD117 (YR145) 100 CD138 (EP201) 60 CD15 (Carb-3) 80 CD1a (O10) 60 CD20 cy (L26) 300 CD23 (DAK-CD23) 240 CD3 270 CD30 (Ber-H2) 210 CD34 (QBEnd 10) 160 CD43 (DF-T1) 120 CD45 LCA (2B11+PD7/26) 240 CD5 (4CT) 240 CD56 (123C3) 120 CD68 (Kp-1) 120 CD79 a (JCB117) 120 CD99 (12E7) 60 CDX2 (DAK-CD23) 1200 CEA 60 CK- pan (AE1/3) 1000 CK20 (Ks20.8) 800 CK5/6 (D4/16 B4) 200 CK7 (O-TL 12 /30) 2100 CK8/18 60 Cyclin D1, (EP12) 320 Desmin (D33) 80 EBV (CS.1-4) 60 E-cadherin (NCH-38) 1000 EMA (E29) 60 ER (klon EP1) 600 ERG (EP111) 60 FLI-1 60 GATA3 (L50-823) 800 Helicobacter Pylori 120 HMB45 (HMB-45) 120 Chromogranin A (DAK-A3) 600 INSM1 (BSB-123) 1200 Kappa (ZM81) 120 Ki-67 (MIB-1) 1600 Lambda (BSB-16) 120 MAML 120 Melan A (MART-1 A103) 160 MUM1 (MUM1p) 80 Napsín A (MRQ-60) 1800 NeuroD1 120 NKX3.1 (EP356) 280 NSE (BBS/NC/VI-H14) 60 NUT 120 p16 (R15A) 360 p40 (DAK-p40) 3000 p53 (DO-7) 60 PAX-8 (ZR1) 700 PD-L1 (22C3) 2000 PHH3 (ZR285) 240 PLAP (8A9) 60 Podoplanín (D2-40) 60 POUF2F3 120 PR (Clone PgR 1294) 600 PTH (OP-4) 60 S100 240 SALL4 (6E3) 60 SMA (1A4) 200 SMARCA4 120 SOX10 (BC34) 300 SS18 SSX (RBT-SS18-SSX) 100 STAT6 (EP325) 120 Synaptofyzin (DAK SYNAP) 1000 TdT (EP266) 120 Thyreoglobulin (polyclonal) 60 TTF-1 (8G763/1) 4700 vimentín (V9) 500 WT1 (6-H2) 400

Ekvivalentná ponuka: verejný obstarávateľ umožní nahradiť predmet obstarávania podľa vyššie uvedených technických opisov ekvivalentnými výrobkami alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Förfarandets identifierare: 183844b2-5a63-45f3-a187-42e75cc70806

Intern identifierare: 20/2026

Typ av förfarande: Öppet

Förfarandet är påskyndat: nej

2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Varor

Huvudklassificering (cpv): 33124130 Diagnostiska artiklar

2.1.2. Leveransplats

Del av land (NUTS): Prešovský kraj (SK041)

Land: Slovakien

2.1.4. Allmänna upplysningar

Rättslig grund:

Direktiv 2014/24/EU

2.1.6. Uteslutningsgrunder

Källor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument

5. Del (anbudsområde)

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0001

Titel: Nájom imunohistochemického automatu na 5 rokov s IHC reagensiami.

Beskrivning: Nájom s reagensiami na 5 rokov – IMUNOHISTOCHEMICKÝ AUTOMAT – ODDELENIE PATOLÓGIE. Základná technická špecifikácia imunohistochemického farbiaceho automatu - Plnoautomatický, voľno-stojací automat pre imunohistochemické vyšetrenie a in situ hybridizáciu, vrátane tlačiarne štítkov na podložné sklá. - Možnosť automatizovaného vykonávania imunohistochemie a in situ hybridizácie. - Kontinuálne funkcie bez zásahu obsluhy: automatizované sušenie rezov, deparafinizácia tkaniva, odmaskovanie antigénov, kondicionovanie buniek, dávkovanie detekčných a farbiacich činidiel, dofarbenie. - Možnosť plne automatického behu prístroja počas noci, bez prítomnosti obsluhy - Kapacita a výkonnosť prístroja: minimálne 90 skiel/ 24 hodín. - Minimálne 30 pozícií pre preparáty - Minimálne 30 pozícií pre protilátky a detekčné systémy. - Plne kompatibilný systém, tzv. plne otvorený systém – možnosť použitia protilátok rôznych výrobcov. - Homogenita farbenia v celom rozsahu farbiacej zóny. - Prevádzkové činidlá bez obsahu organických rozpúšťadiel. - Prepojenie a manipulácia automatu s počítačom. - Napojenie imunohistochemického automatu do systému digitalizácie – komunikácia imunohistochemického automatu s laboratórnym informačným systémom – typ Lis -názov: LIAPathology - Kontrola množstva reagensií a počtu dostupných testov v stroji pred zahájením behu aj pri pridávaní skiel v priebehu procesu – ochrana pred začatím farbenia bez dostatočného množstva reagensií na dokončenie procesu. - Kontrola dostupného objemu pre odpad v závislosti od použitých metód farbenia pred začatím behu prístroja - Ochrana odpadových nádob pred pretečením (monitorovanie hladiny odpadu). - Veľkoobjemové zásobníky pre reagenty a odpad. - Uživatelské rozhranie prístroja, vrátane ovládacieho softvéru v slovenskom alebo českom jazyku. - K prístroju musí byť dodaný návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, vyhlásenie o zhode prístroja, potvrdenie o odbornej aplikačnej a servisnej podpore - Online servisná podpora. - Dostupnosť servisného technika do 48 hodín od nahlásenia servisnej požiadavky. - Dodanie reagensií maximálne do 7 pracovných dní. - Doprava a inštalácia automatu. - Odborné zaškolenie. - Preventívna kontrola raz ročne. - V prípade potreby aktualizáciu softvéru a databázy. - V prípade potreby aplikačná podpora . - Bezplatný servis podľa potreby vrátane dopravy a náhradných dielov, počas celej doby trvania platnej zmluvy.

Opis predmetu obstarávania : ZÁKLADNÉ REAGENCIE NA 31000 TESTOV (NÁJOM 5 ROKOV) : EnVision™ FLEX, High pH EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x) (Dako Omnis) Dako Omnis Mixing Strip Wash Buffer (20x) (Dako Omnis) Hematoxylin (Dako Omnis) Sulfuric Acid, 0.3 M, cleaning Reag Clearify Cleaning Agent Seymour Label Kit for 3000 Labels SPOTREBNÝ MATERIÁL: Názov položky Počet kusov Dako Omnis Small Vial, 2 mL 200 Dako Omnis Large Vial, 30 mL 380 EnVision™ FLEX+ Rabbit LINKER 50 EnVision™ FLEX+ Mouse LINKER 120 EnVision FLEX DAB Enhancer 10 PD-L1 control slides 20 Antibody diluent with Background 35 PROTILÁTKY: Protilátka Počet testov bcl -2 (124) 120 BAP1 (C-4) 120 bcl-6 (PG-B6p) 120 BSAP (DAK-Pax5) 350 Calretinin (DAK- CD10) 180 CD10 (DAK CD10) 240 CD117 (YR145) 100 CD138 (EP201) 60 CD15 (Carb-3) 80 CD1a (O10) 60 CD20 cy (L26) 300 CD23 (DAK-CD23) 240 CD3 270 CD30 (Ber-H2) 210 CD34 (QBEnd 10) 160 CD43 (DF-T1) 120 CD45 LCA (2B11+PD7/26) 240 CD5 (4CT) 240 CD56 (123C3) 120 CD68 (Kp-1) 120 CD79 a (JCB117) 120 CD99 (12E7) 60 CDX2 (DAK-CD23) 1200 CEA 60 CK- pan (AE1/3) 1000 CK20 (Ks20.8) 800 CK5/6 (D4/16 B4) 200 CK7 (O-TL 12 /30) 2100 CK8/18 60 Cyclin D1, (EP12) 320 Desmin (D33) 80 EBV (CS.1-4) 60 E-cadherin (NCH-38) 1000 EMA (E29) 60 ER (klon EP1) 600 ERG (EP111) 60 FLI-1 60 GATA3 (L50-823) 800 Helicobacter Pylori 120 HMB45 (HMB-45) 120 Chromogranin A (DAK-A3) 600

INSM1 (BSB-123) 1200 Kappa (ZM81) 120 Ki-67 (MIB-1) 1600 Lambda (BSB-16) 120 MAML 120 Melan A (MART-1 A103) 160 MUM1 (MUM1p) 80 Napsín A (MRQ-60) 1800 NeuroD1 120 NKX3.1 (EP356) 280 NSE (BBS/NC/VI-H14) 60 NUT 120 p16 (R15A) 360 p40 (DAK-p40) 3000 p53 (DO-7) 60 PAX-8 (ZR1) 700 PD-L1 (22C3) 2000 PHH3 (ZR285) 240 PLAP (8A9) 60 Podoplanín (D2-40) 60 POUF2F3 120 PR (Clone PgR 1294) 600 PTH (OP-4) 60 S100 240 SALL4 (6E3) 60 SMA (1A4) 200 SMARCA4 120 SOX10 (BC34) 300 SS18 SSX (RBT-SS18-SSX) 100 STAT6 (EP325) 120 Synaptofyzin (DAK SYNAP) 1000 TdT (EP266) 120 Thyreoglobulin (polyclonal) 60 TTF-1 (8G763/1) 4700 vimentín (V9) 500 WT1 (6-H2) 400

Ekvivalentná ponuka: verejný obstarávateľ umožní nahradiť predmet obstarávania podľa vyššie uvedených technických opisov ekvivalentnými výrobkami alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Intern identifierare: 20/2026

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Varor

Huvudklassificering (cpv): 33124130 Diagnostiska artiklar

5.1.2. Leveransplats

Del av land (NUTS): Prešovský kraj (SK041)

Land: Slovakien

5.1.3. Uppskattad löptid

Varaktighet: 60 Månader

5.1.6. Allmänna upplysningar

Reserverad upphandling:

Deltagande är inte reserverat.

Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA : nej

Upphandlingen är också lämplig för små och medelstora företag: ja

5.1.7. Strategisk upphandling

Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller innovation i upphandlingen

5.1.9. Urvalskriterier

Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument

5.1.10. Tilldelningskriterier

Kriterium:

Typ: Pris

Namn: Najnižšia cena.

Beskrivning: Najnižšia cena.

Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (poängtal, exakt)

Sifferangivelse för tilldelningskriterium: 100

5.1.11. Upphandlingsdokument

Språk som upphandlingsdokumenten är officiellt tillgängliga på: slovakiska

Adress till upphandlingsdokumenten: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/dokumenty/563123>

Ad hoc-kommunikationskanal:

Namn: Elektronická platforma.

5.1.12. Upphandlingsvillkor

Villkor för inlämning:

Elektronisk inlämning: Krävs

Adress för inlämning: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/detail/563123>

De språk som kan användas i anbuderna eller anbudsansökningarna: slovakiska

Elektronisk katalog: Ej tillåten

Alternativa anbud: Ej tillåten

Tidsfrist för mottagande av anbud: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 143 Dagar

Information om offentlig anbudsöppning:

Öppningsdatum: 14/09/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Plats: Seminárna miestnosť na 4. poschodí NÚTPCH a HCH Vyšné Hágy.

Kontraktsvillkor:

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej

Elektronisk fakturering: Krävs

Elektronisk beställning kommer att användas: ja

Elektronisk betalning kommer att användas: ja

5.1.15. Metoder

Ramavtal:

Upphandlingen avser inte ett ramavtal

Information om det dynamiska inköpssystemet:

Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Prövningsorganisation: Úrad pre verejné obstarávanie

Information om tidsfrist för prövning: Lehoty na predloženie námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Úrad pre verejné obstarávanie

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officiellt namn: Úrad pre verejné obstarávanie

Registreringsnummer: 31797903

Registreringsnummer: 2021511008

Postadress: Ružová dolina 10

Ort: Bratislava - mestská časť Ružinov

Postnummer: 82109

Del av land (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)

Land: Slovakien

E-postadress: info@uvo.gov.sk

Tfn: +421250264111

Webbadress: www.uvo.gov.sk

Den här organisationens roller:

TED eSender

Prövningsorganisation

Organisation som ger mer information om provningsförfaranden

8.1. ORG-0002

Officiellt namn: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Registreringsnummer: 00227811

Registreringsnummer: 2021212622

Postadress: Vyšné Hágy 23001

Ort: Vysoké Tatry

Postnummer: 05984

Del av land (NUTS): Prešovský kraj (SK041)

Land: Slovakien

E-postadress: marian.pavelcak@vhagy.sk

Tfn: +421524414594

Köparprofil: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-profilov/detail/849>

Den här organisationens roller:

Upphandlare

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: f8297499-1d66-422c-b087-e0253195ad5f - 01

Formulärtyp: Konkurrensutsättning

Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem

Meddelandets undertyp: 16

Avsändningsdatum för meddelandet: 10/08/2026 13:20:17 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: slovakiska

Meddelandets publiceringsnummer: 556750-2026

EUT S-nummer: 153/2026

Publiceringsdatum: 11/08/2026